

平顶山市生态环境局汝州分局汝州市市控县级地表水
水站 2026 年运维服务及“杨寨中村”国控
水站基础保障项目

竞争性谈判文件

采购编号：汝财谈判采购-2026-73

采 购 人：平顶山市生态环境局汝州分局

代理机构：河南呈祥工程咨询有限公司

日 期：二零二六年七月



目 录

第一章	竞争性谈判公告
第二章	供应商须知
第三章	评分办法
第四章	服务内容及要求
第五章	合同协议书格式
第六章	响应文件格式

平顶山市生态环境局汝州分局汝州市市控县级地表水水站 2026 年
运维服务及“杨寨中村”国控水站基础保障项目
竞争性谈判公告

项目概况

平顶山市生态环境局汝州分局汝州市市控县级地表水水站 2026 年运维服务及“杨寨中村”国控水站基础保障项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（<http://www.rzggzy.com>）获取谈判文件，并于 2026 年 7 月 29 日 8 时 30 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：汝财谈判采购-2026-73
- 2、项目名称：平顶山市生态环境局汝州分局汝州市市控县级地表水水站 2026 年运维服务及“杨寨中村”国控水站基础保障项目
- 3、采购方式：竞争性谈判
- 4、预算金额：518900.00 元
最高限价：518900.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	1	平顶山市生态环境局汝州分局汝州市市控县级地表水水站 2026 年运维服务及“杨寨中村”国控水站基础保障项目	518900.00	518900.00

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
 - 5.1 采购内容：地表水水站 2026 年运维服务及“杨寨中村”国控水站基础保障服务
 - 5.2 资金来源：财政资金
 - 5.3 项目地点：汝州市
 - 5.4 质量要求：符合国家或行业现行标准规定，满足业主需求
 - 5.5 服务期：一年
 - 5.6 谈判范围：谈判文件包含的全部内容；（详见谈判文件）
 - 5.7 标段划分：本项目共划分为一个标段
- 6、合同履行期限：一年

- 7、本项目是否接受联合体谈判：否
- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实的节能环保、中小微型企业扶持（含支持监狱企业发展、促进残疾人就业）等相关政府采购政策；

- 3、本项目的特定资格要求：

- 3.1 供应商具有独立承担民事责任的能力，具有有效营业执照；
- 3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务制度(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)；
- 3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)；
- 3.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)；
- 3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)；
- 3.6 供应商需提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”和“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）；
- 3.7 本次谈判不接受联合体申请。

注：采购人有权在签订合同前要求成交人提供相关证明材料以核实成交人承诺事项的真实性。

三、获取采购文件

- 1、时间：2026年7月20日至 2026年7月28日，每天上午 00：00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）
- 2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）公共资源交易系统（www.rzggzy.com）
- 3、方式：

①供应商须在公共资源交易平台（河南省·汝州市）注册入库（操作说明：<http://www.rzggzy.com/HNRZ/ServiceInteraction/indexMore.do?id=fdd6c8fc-bb0a-4c07-8715-d29609fc7a80>，并办理数字证书（CA）；②登录交易系统选择进入计划投标的项目，下载电子谈判采购文件（gef 格式），或者访问网站‘交易信息’找到并点开项目招标或采购公告，下载电子谈判采购文件（gef 格式）；③电子谈判采购文件（gef 格式）使用‘电子投标人工具箱’打开，电子投标人工具箱的安装包下载和使用说明见网站‘办事服务’-‘下载专区’和‘系统操作指南’。

4、售价：0 元

四、响应文件提交

1、截止时间：2026 年 7 月 29 日 08 时 30 分（北京时间）

2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）电子交易系统上传

五、响应文件开启

1、时间：2026 年 7 月 29 日 08 时 30 分（北京时间）

2、地点：汝州市公共资源交易中心开标室

六、发布谈判公告的媒介及谈判公告期限

本次谈判公告在《河南省政府采购网》、《汝州市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（<http://www.rzggzy.com>）上发布。

谈判公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1、受理投诉监督管理部门：汝州市财政局

联系电话：0375-6600017、03756862799

邮箱地址：rzcgb406@163.com

联系地址：汝州市望嵩中路 116 号

2、本项目采用“不见面”谈判方式，供应商只需要递交电子版谈判响应文件，无需到达现场提交原件资料、无需到现场参加谈判会议活动。

3、供应商应当在谈判会议活动开始前，登录谈判会议大厅，在线准时参加谈判会议活动并进行电子版谈判响应文件解密。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：平顶山市生态环境局汝州分局

地址：汝州市向阳中路 324 号

联系人：陈先生

联系方式：13937529908

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南呈祥工程咨询有限公司

地址：汝州市春禾国贸 1012 室

联系人：陈先生

联系方式：17530879771

3. 项目联系方式

项目联系人：陈先生

联系方式：17530879771

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1	采购人	名称：平顶山市生态环境局汝州分局 地址：汝州市向阳中路 324 号 联系人：陈先生 联系方式：13937529908
2	采购代理机构	名称：河南呈祥工程咨询有限公司 地址：汝州市春禾国贸 1012 室 联系人：陈先生 联系方式：17530879771
3	项目名称	平顶山市生态环境局汝州分局汝州市市控县级地表水水站 2026 年运维服务及“杨寨中村”国控水站基础保障项目
4	项目地点	汝州市
5	资金来源	财政资金
6	谈判范围	谈判文件包含的全部内容；（详见谈判文件）
7	服务期	一年
8	标段划分	本项目共划分为一个标段
9	质量要求	符合国家或行业现行标准规定，满足业主需求
10	供应商资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 落实的节能环保、中小微型企业扶持（含支持监狱企业发展、促进残疾人就业）等相关政府采购政策；

		3、本项目的特定资格要求： 3.1 供应商具有独立承担民事责任的能力，具有有效营业执照； 3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务制度(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)； 3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)； 3.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)； 3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(供应商无需提供证明材料，只需在响应文件格式中填写汝州市政府采购供应商信用承诺函)； 3.6 供应商需提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”和“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）； 3.7 本次谈判不接受联合体申请。 注：采购人有权在签订合同前要求成交人提供相关证明材料以核实成交人承诺事项的真实性。
11	踏勘现场	☒ 不组织 ☐ 组织
12	供应商提出问题的截止时间	时间：递交响应文件截止之日 3 天前
13	采购人书面澄清的时间	采购人对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改的，在响应截止时间 3 日前发出通知。
14	谈判保证金、履约保证金、质量保证金	不收取

15	构成谈判文件的其他材料	除谈判文件外，采购人在谈判期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是谈判文件的组成部分。
16	供应商要求澄清谈判文件的截止时间	时间：递交响应文件截止之日 3 天前 形式：通过“全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）公共资源交易系统（www.rzggzy.com）”电子交易平台
17	谈判响应截止时间	2026 年 7 月 29 日 8 时 30 分（北京时间）
18	供应商确认收到谈判文件澄清的时间	时间：在收到相应澄清文件后 24 小时内。形式：通过“全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）公共资源交易系统（www.rzggzy.com）”电子交易平台
19	供应商确认收到谈判文件修改的时间	时间：在收到相应修改文件后 24 小时内。形式：通过“全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）公共资源交易系统（www.rzggzy.com）”电子交易平台
20	构成响应文件的其他材料	供应商认为有必要提供的其他材料
21	控制价	小写：¥ <u>518900.00</u> 元 供应商的投标总报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标予以拒绝。
22	谈判有效期	<u>60</u> 日历天。（从提交响应文件截止之日起计算）
23	电子化谈判响应文件的递交	1. 本项目为全流程电子化交易项目，供应商只需要递交电子响应文件，不用再提供纸质响应文件。 2. 使用浏览器访问-全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（网址：www.rzggzy.com），第一步：点击网站首页右上角‘市场主体登录’，登录交易系统选择进入计划投标的项目，点击‘我要投标’，下载当前项目或标段的‘电子投标响应文件（壳文件）’；第三步：使用‘电子投标人工具箱’打开电子投标响应文件，编辑投标信息并导入投标文件，然后使用数字证书（CA）进行签章并固化，最后进入‘我要投标’页面，上传已固化的电子投标文件（gef 格式），

		上传过程自动加密。 3. 供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，响应文件未在响应截止时间前成功上传的，其响应文件不予接收。
24	签字或盖章要求	1、谈判供应商在生成电子版谈判响应文件后，应对电子版谈判响应文件进行签章，未进行签章的视为无效谈判响应文件。 2、电子化谈判响应文件具体制作教材请供应商通过 CA 证书登录汝州市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。 3. 竞争性谈判文件规定的谈判响应文件格式中所有签字盖章的地方必须按竞争性谈判文件明示的方式签字或盖章，委托代理人或其他人员需要电子版的签字盖章页应用签字盖章后的扫描件。
25	是否退还响应文件	☒ 否 ☐ 是
26	谈判时间和地点	开标时间：同投标截止时间。 开标地点：全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）电子交易系统上传
27	谈判小组的组成	谈判小组构成：共 3 人组成；由业主代表 1 人、相关经济类专家 1 人、技术类专家 1 人构成。 谈判小组成员确定方式：经济、技术专家应在谈判前由采购人从符合相关规定的评标专家库中随机抽取确定。
28	是否授权谈判小组确定成交供应商	☐ 是 ☒ 否，推荐的成交候选人数为三名；采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交供应商。
29	成交供应商公示媒介	与公告发布媒体相同。
30	是否采用电子招标投标	☒ 是
说明：本表中内容与本谈判文件供应商须知其他处（评标办法除外）要求内容不一致的，以本表内容为准。 成交单位须在领取成交通知书前向招标代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费由成		

交人支付，本次项目代理服务费参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文规定。

根据工信部联企业【2011】300号文，本项目属于其他未列明行业。

本谈判文件前后不符的，以谈判文件供应商须知前附表为准。

投标文件解密截止时间： 响应文件提交截止半个小时内解密。

一、总则

1、概况

1.1 项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目的开展进行竞争性谈判。

1.1.1 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.2 本项目代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 谈判范围和服务期及其质量要求

1.3.1 本次谈判范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本次项目的服务期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本次项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求：

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件：详见供应商须知前附表；

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 被责令停业的；
- (3) 被暂停或取消投标资格的；
- (4) 财产被接管或冻结的；
- (5) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加竞争性谈判活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与竞争性谈判活动的各方应对竞争性谈判文件和响应性文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与谈判有关的语言均使用中文。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

本项目不组织踏勘现场。

2、竞争性谈判文件

2.1 竞争性谈判文件的组成

谈判文件由以下部分组成：

- (1) 竞争性谈判公告
- (2) 供应商须知
- (3) 评分办法
- (4) 服务内容及要求
- (5) 合同协议书格式
- (6) 响应文件格式

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，以网上问题质询方式提交，逾期未提交或未按照要求提交的澄清函将不予受理。采购人将视情况对供应商的澄清要求以网上答疑形式予以答复，答复中不包括问题的来源；

2.2.2 谈判文件的澄清将在供应商须知前附表规定的谈判截止时间 3 天前以网上答疑形式发给所有供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距谈判截止时间不足 3 天且影响响应文件的编制的，相应延长谈判截止时间。

2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1 在谈判截止时间 3 天前，采购人可以以网上发布变更公告形式修改谈判文件。如果修改谈判文件的时间距谈判截止时间不足 3 天且影响响应文件的编制的，相应延长谈判截止时间。

3、谈判响应文件

3.1 谈判响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

- 一、竞争性谈判函与谈判报价表
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、服务内容及方案
- 五、服务承诺及技术规格响应/偏离表
- 六、资格审查资料
- 七、反商业贿赂承诺书
- 八、响应承诺函
- 九、供应商认为有必要提供的其他资料

3.2 谈判报价

3.2.1 本项目设定最高限价为：伍拾壹万捌仟玖佰元整（¥518900.00 元），谈判报价高于最高限价的，按无效处理。

3.2.2 如响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.2.3 供应商的报价应为完成本项目服务要求等内容的所有费用。

3.3 响应文件的有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应文件有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 如果出现特殊情况，采购人可要求供应商将有效期延长一段时间。要求与答复在电子交易系统中进行。

3.4 谈判保证金

本项目不收取谈判保证金。

3.5 资格审查资料

按第六章“响应文件格式”中“资格审查资料”要求填写。

3.6 响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，采购项目承诺书在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 响应文件应当对竞争性谈判文件有关服务期限、质量要求、谈判有效期等实

质性内容作出响应。

4、响应文件

4.1 响应文件

4.1.1 供应商所上传的电子版谈判响应文件，应是通过中心谈判响应文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版谈判响应文件。

4.2 响应文件的递交

本项目为全流程电子化交易项目。

使用浏览器访问 - 全国公共资源交易平台（河南省·汝州市）（网址：www.rzggy.com），第一步：点击网站首页右上角‘市场主体登录’，登录交易系统选择进入计划投标的项目，点击‘我要投标’，下载当前项目或标段的‘电子投标响应文件(壳文件)’；第三步：使用‘电子投标人工具箱’打开电子投标响应文件，编辑投标信息并导入投标文件，然后使用数字证书(CA)进行签章并固化，最后进入‘我要投标’页面，上传已固化的电子投标文件(gef 格式)，上传过程自动加密。

供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在响应截止时间前成功上传的，其响应文件不予接收。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在谈判须知前附表规定的响应文件递交截止时间前，谈判供应商可以修改或撤回已递交的电子版谈判响应文件。

5、竞争性谈判

5.1 谈判时间和地点

5.1.1 供应商须知前附表规定的时间和地点开标。

5.2 谈判程序

5.2.1 电子响应文件解密后，谈判小组按先初审、后谈判的程序进行评审，谈判小组首先对谈判响应文件进行初步评审。有一项不符合审查标准的，将不能通过初步评审，取消进入下一阶段谈判的资格。

5.2.2 谈判小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对通过资格评审的谈判响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

5.3 谈判小组

5.3.1 谈判小组的组建：评审由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购

人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。谈判小组成员人数为单数，其中技术、经济等方面的专家人数应不少于成员总数的2/3，具体详见响应人须知前附表。

5.3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或响应人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与响应人有经济利益关系，可能影响对谈判公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.4谈判原则

谈判活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.5响应文件的澄清

5.5.1在谈判期间，谈判小组有权在电子交易系统中要求谈判响应人对其响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。谈判响应人应对此接受质询。并非每个谈判供应商都将被质询。

5.5.2谈判小组认为有必要，可要求谈判响应人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。

谈判响应人的澄清材料作为响应文件的补充。响应人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.5.3谈判响应人不按谈判小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

5.6注意事项

5.6.1谈判响应人出现下列情形之一的，谈判小组可取消其谈判资格：

- (1) 未按谈判文件要求和规定提交有关材料的；
- (2) 有违反政府采购法律、法规行为的。

5.6.2谈判响应人出现下列情形之一的，谈判小组在评审中将不予评审：

- (1) 服务期不确切或不符合谈判文件要求的；
- (2) 最后报价有选择性的；
- (3) 最后报价超过采购人预算的；
- (4) 被谈判小组认定存在重大负偏离的；

所谓重大负偏离是指谈判响应人对谈判文件的响应在范围、质量、数量和完工期限等方面明显不能满足要求。重大负偏离的认定须经谈判小组三分之二以上同意；

(5) 不符合谈判文件中规定的其他实质性要求。

5.7谈判过程保密

5.7.1在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应性文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何谈判响应人或与谈判工作无关的人员。

5.7.2谈判响应人不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则其响应性文件将被作为无效响应性文件。

5.7.3采购代理机构和谈判小组不向未成交的谈判响应人解释未成交原因，也不对谈判过程中的细节问题进行公布。

6、合同授予

6.1成交供应商确定

6.1.1坚持公平、公正地对待所有谈判供应商。

6.1.2按照同一评审程序及标准评审谈判响应人的响应文件。

6.1.3谈判小组将严格按照谈判文件的要求从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的响应人中，按照报价最低的原则推荐3名成交响应人，编写评审报告。

6.2成交通知

于公示期结束且无异议后，采购人将以书面形式向成交响应人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

6.3签订合同

6.3.1采购人和成交响应人应当自成交通知书发出之日起15天内，根据谈判文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人将取消其成交资格。给采购人造成损失的成交供应商应当予以赔偿。

6.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，应当赔偿损失。

6.3.3如果根据本章第6.3.1项规定，采购人取消了成交人的成交资格，在此情况下，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新招标。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.3.4在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，供应商在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”获取融资渠道和方式。（详见河南省财政厅文件-豫财办【2020】33号文）（详见附件1）。

7、纪律和监督

7.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏竞争性谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.2对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通参加谈判或者与采购人串通参加谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；响应人不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

7.3对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选响应人的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员不得擅自离职守，影响谈判程序正常进行，不得使用没有规定的评审因素和标准进行评标。

7.4对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应性文件的评审和比较、成交候选响应人的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响谈判程序正常进行。

7.5质疑

7.5.1响应人认为谈判文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

7.5.2质疑响应人应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

7.6投诉

供应商和其他利害关系人认为本次谈判活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

8、重新组织采购

8.1 重新组织采购

8.1 出现下列情形之一时，采购人将依法终止谈判活动，除采购任务取消外采购人将重新组织采购，并将理由通知所有供应商：

8.1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.1.2 因重大变故，采购任务取消的；

8.1.3 在递交响应文件截止时间前参加谈判供应商不足3家的；

8.1.4 经谈判小组评审后否决所有谈判的；

8.1.5 法律法规规定的其他条款。

注：《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令74号）第27条第二款规定情形除外。

9、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

10、出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的响应人或者对招标文件作实质响应的响应人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）响应人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有响应人。

附件 1:

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购【2017】10 号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章 评审办法

条款号		评审因素	评审标准
1	形式评审标准	供应商名称	与营业执照一致
		响应文件格式	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章
		谈判报价	谈判报价不得超过招标控制价
2	资格评审标准	供应商资格	符合第二章“供应商须知”前附表第10项规定
3	响应性评审标准	服务期	符合第二章“供应商须知”前附表第7项规定
		质量要求	符合第二章“供应商须知”前附表第9项规定
		谈判有效期	符合第二章“供应商须知”前附表第22项规定
		服务内容及要求	符合第四章“服务内容及要求”规定
以上项目有一项不符合评审标准的，将不能通过符合性评审。			

1. 谈判方法

本次采用最低评标价法。谈判小组对满足谈判文件实质性要求的响应文件，按照本章第 2.2 款规定的谈判程序进行谈判，从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照报价最低的原则推荐 3 名成交响应人，但谈判报价低于其成本的除外。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见谈判办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准：见谈判办法前附表。

2.1.3 本次资格审查由谈判小组负责，供应商须按资格审查标准提交相关证件（相

关证件以加盖供应商公章的复印件或扫描件为准），以便谈判小组核验。通过资格审查的供应商，由谈判小组依据本章第 2.1.2 款规定的标准对响应文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，谈判小组应当否决其投标。

2.1.4 响应人有以下情形之一的，谈判小组应当否决其投标：

- （1）第二章“供应商须知”第 10 项规定的任何一种情形的；
- （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- （3）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

2.1.5 谈判报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对谈判报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，谈判小组应当否决其投标。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

2.2. 谈判程序

2.2.1 本次竞争性谈判采购原则上采取二轮报价制，第一轮报价为电子版谈判响应文件的报价，第二轮报价由谈判小组在电子交易系统向谈判供应商发起（**二次报价不得超过首次报价**）且为最后报价。

谈判响应人如为小微企业，则对其最终报价给予 10% 的扣除，用扣除的价格参与评审，但谈判响应人须提交《中小企业声明函》。（在政府采购招投标活动中，投标供应商为中小企业的，具体内容详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》）根据财库[2022]19 号文件的通知。

通过初步审核后，谈判小组所有成员集中在电子交易系统中向谈判响应人逐一发起谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透漏与谈判有关其他响应人的具体价格和其他信息。

谈判结束后，谈判小组要求参加谈判的响应人在规定的时间（30 分钟）内在电子交易系统中进行最后报价。如若出现并列第一成交候选人的情况下，由谈判小组向谈判响应人再次发起报价谈判，直至谈判响应人的谈判报价均不相同【注：1、最终报价不得超出采购人招标控制价，超过最高限价的报价采购人不予接受，做无效标处理。

2.2.2 谈判小组发现响应人的报价明显低于其他谈判报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其谈判报价可能低于其个别成本的，应当要求该响应人在电子交易系统

中作出说明并提供相应的证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该响应人以低于成本报价投标，其投标作废标处理。

2.3 响应文件的澄清和补正

2.3.1 在谈判过程中，谈判小组可以在电子交易系统中要求响应人对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。响应人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

2.3.3 谈判小组对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

2.4 谈判结果

2.4.1 除第二章“须知”前附表另有规定外，谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的响应人中，按照报价最低的原则推荐3名成交响应人。

2.4.2 谈判小组完成谈判后，应当向采购人提交书面谈判报告。

第四章 服务内容及要求

一、采购项目内容（范围）及服务要求

1.1 项目概况

1. 汝州市 2018 年以来在河南省市控县级责任目标断面上陆续建设了菜园、白土泉、南王庄 3 个地表水水质自动监测站。主要监测因子为 COD、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮，水质五参数（水温、电导率、pH、溶解氧、浊度）监测设备。

2. “杨寨中村”国控水站位于北汝河汝州市-郏县赵寨南村，由生态环境部直接管理。该水站的用电、废液处理、采水单元设施及监控单元基础保障由汝州市保障。

为切实保证汝州市“杨寨中村”国控水站及市控水站的长期稳定运行和自动监测数据准确、有效，从而更好的服务于环境管理，为政府环境保护科学决策提供良好的技术支撑，采购单位特申请对汝州市县界水站的运行管理采用政府购买服务的方式，即采取政府公开招标的方式委托第三方社会化公司运行管理。

1.2 项目需求与内容

1.2.1 项目需求

本次采购的“杨寨中村”国控水站基础保障及3个市控地表水责任目标断面水质自动站为期1年（2026年—2027年）的日常运行维护、管理及基础保障。根据“功能一致，统筹高效、便于维护，利于管理”的原则进行公开招标。

1.2.2 项目要求

（1）本项目招标为汝州市“杨寨中村”国控水站基础保障及3个市控地表水责任目标断面水质自动站2026年—2027年的运维权。招标后，成交单位（以下简称乙方）与（以下简称甲方）统一签订1年运维权合同。

（2）本招标文件中所指水站均为有站房的地表水水质自动监测站。

（3）成交单位需要承诺对本招标文件所有要求及招标文件中所有服务响应，人员、办事处以及备品备件签订合同后20个工作日必须全部到位。

1.3 项目报价要求

(1) 投标单位应根据水质自动站的仪器设备的实际情况总体进行报价。报价内容包括：

- 1、水站的年度运行维护价格（含试剂、耗材、维修及相关备件，标准样品）
- 2、核查费用；考核及考核用标样费用；
- 3、水站水、电、网络通讯、站房等基础设施保养、维修；及水站各项安全保障；
- 4、采水、配水、留样系统运行维护；
- 5、工控系统、传输系统的维护运行及升级费用；
- 6、站点的基本动力费用包括站点电费、年度站房防雷、消防等费用；
- 7、站点日常手工监测数据、标液核查的费用；国、市控水站危废收集处理费用；
- 7、车辆交通、运行费用及运维人员工资、办事处等费用；
- 8、菜园水站房屋维修；更换高锰酸盐指数仪器测量模块；
- 9、南王庄水站院墙建设；
- 10、每年对甲方 2-3 人一次集中培训，培训内容：仪器操作、运维及维修、试剂配置和耗材更换等，现场有原机可供使用，时间不少于三天，费用由乙方负责；
- 11、水站看护人员工资、水电费及光纤使用费用等；
- 12、白土泉水站高压计量更换为低压计量；更换高锰酸盐指数仪器测量模块；
- 13、取水口维护及疏通等其他临时费用；
- 14、水站业主的电力设施（高低压线路及变压器等设施）维修保障；
- 15、水站采水浮船维修用冲锋舟购买。

1.3 运维工作内容及技术要求

1.3.1 成交单位主要职责

运维必须满足《地表水自动监测技术规范》（HJ 915-2017）、河南省生态环境厅自动监测《六个制度》及《关于印发河南省地表水环境质量自动监测站运行管理办法》（豫环文〔2015〕285 号）要求，做好运维管理工作，具体要求如下：

(1) 负责水站的定期巡检、维护、后勤保障工作，包括水站管理、技术人员和车辆的调配，试剂的购置与更换，比对实验的保障等工作。做好防雷设施等的年度检定工作。危废收集处理。

(2) 负责水站的所有设备故障的现场维修工作，向甲方报送故障排除情况报告。

(3) 负责保障水站的安全和环境卫生。上报每月运行安全管理报告；对出现的事故应以书面报告形式上报甲方。

(4) 负责招标文件、响应性文件及合同中约定的其他相关工作。

1.3.2 运维目标要求

1.3.2.1 仪器设备运维要求

总体要求：满足地表水环境质量自动监测相关技术规范运行维护管理方针与目标

(1) 运行维护管理方针运行规范、反应及时、数据准确、管理有效。

(2) 运行维护管理目标。

全面贯彻质量方针、提供及时、准确、有效的技术服务，不断提高水站的运行质量，确保水质自动站能够按照招标方的技术要求，提供准确监测数据所必须达到的软、硬件环境，并达到以下指标：

系统正常运行率达到 85%以上； 数据捕获率均达到 90%以上； 异常情况处理率 100%。

注：不可抗力（如地震、洪水、旱灾、火灾、外部高压线路故障等）造成系统无法运行、数据的缺失不计入统计考核指标。

(4) 运行异常情况响应

水站异常情况响应时间：8 小时内到达处理，更换配件时长 72 小时内；整机维修一周时间内。废液及时收集处理。

1.3.2.2 质控考核要求

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

每日通过网络平台对各终端设备进行远程监视检查，观察设备的运行状况是否正常、分析各设备的监测数据是否正常，分析各设备的报警信息，检查数据传输系统是否正常，检查数据捕获率。

每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况：

(1) 每周对水质自动站仪器至少进行一次标准溶液或标准样品核查；

(2) 每月对水质自动站仪器至少进行一次校准；

(3) 每月一次接受业主方的标准样品考核，要求测定 不超过 3 次，准确度达到相对误差 $\pm 10\%$ 内：pH 不大于 0.1pH，溶解氧不大于 0.5mg/L，其他仪表 $\leq \pm 10\%$ ；

(4) 每月进行一次实际水样比对实验，即采用实验室方法同步分析实际水样，与自动监测仪器的测定结果相比对，采集瞬时样，比对实验结果相对误差按照河南省水质

自动监测数据有效性判定原则执行：

- A. 当自动监测数据和实验室监测数据同时在Ⅲ类（即 $\text{COD} \leq 20\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 1.0\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ）以内时，不考虑允许相对误差，认为自动监测数据有效。
- B. 当水质为Ⅳ类（即 $\text{COD} \leq 30\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 1.5\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.3\text{mg/L}$ ）时，允许相对误差为 50%。
- C. 当水质为Ⅴ类（即 $\text{COD} \leq 40\text{mg/L}$, 氨氮 $\leq 2\text{mg/L}$, 总磷 $\leq 0.4\text{mg/L}$ ）时，允许相对误差为 30%。
- D. 当水质为劣Ⅴ类（即 $\text{COD} > 40\text{mg/L}$, 氨氮 $> 2\text{mg/L}$, 总磷 $> 0.4\text{mg/L}$ ）时，允许相对误差为 20%。

（5）每月进行一次仪器盲样考核测试；

（6）每半年进行一次仪器性能测试，参照《水质自动监测站验收考核办法》对设备进行准确度与精密度、检出限、线性检查等；

将以上结果整理成册，并附设备原始记录图片及时上报业主方；同时对校准、质控和异常等数据做出标识，并于每周一的 12:00 之前将上周原始数据（做出标识的）报甲方。

1.3.2.3 数据质量管理要求

水站各分析仪器数据传输率不低于 90%，数据有效率不低于 90%（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。

保证在运营维护管理期内，数据误差符合检测项目性能指标要求。

采用间歇测定情况下（4 小时/次），五参数自动分析仪（1 小时/次）。

对水站运行状况及监测数据进行远程监视，运维人员每天上午和下午分别进行两次，发现水质监测数据异常时立即通知监测站，并及时赶赴水站现场予以核实。

当确认水站仪器正常运行，而监测数据异常，须 4 小时内报告业主，同时继续保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助业主进行手工监测。

1.3.2.4 站房维护要求

（1）站房内外环境整洁，日常用具摆放有序；供水供电通讯设施运转正常；工作区生活区界限分明。

（2）站房内空调正常工作，保持仪器运行温度在 $18 \sim 28^{\circ}\text{C}$ 之间，站房内温度日波动范围小于 5°C ，相对湿度保持在 80% 以下。

（3）站房内应保持各仪器干净整洁，内部管路通畅，流路正常。对于各类分析仪

器，应防止日光直射，保持环境温度稳定，避免仪器振动。仪器设备标识清楚。

(4) 进行自动站维护时，应规范操作，注意安全，防止意外危害事故发生。

(5) 保证采水系统的保温、防冻、防压、防淤、防撞措施有效。

(6) 水站应具备必要的防火能力，站房内需配备干粉灭火器。

(7) 水站的避雷设施、变压器等应定期检测和维护。

1.3.2.5 运维报告要求

中标人每月提供运行维护月报：运维、质控及校准、数据审核，以及各类仪器的运行良好率和故障率的比对报告。

运维结束最后月份提供年度运维报告。

1.3.3 水质自动监测站的运维管理内容

1.3.3.1 运维工作内容

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

(1) 保证站房清洁，整齐。

(2) 对水站集成系统（含供电、采水、配水、留样、控制、数采与通讯系统、辅助系统）和仪器设备进行维护、保养，保证水站正常工作。

(3) 及时排除水站集成系统和仪器设备出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

(4) 对水站仪器设备定期开展质量控制工作（校准、核查、比对、性能测试），保证数据准确、有效。

(5) 随时接受各级管理部门不定期现场质量管理检查与现场质控考核，定期或不定期接收密码质控样进行考核。

(6) 每月提供运维月报（文字版和电子版）。

(7) 提供年度运维报告。

(8) 按要求定期更换仪器备件耗材。

(9) 购买采样水泵及清水泵存于水站。

(10) 补齐水站消防器材，并定期检查。做好水站各项安全工作。

1.3.3.2 运维工作要求

1、不定期维护

不定期对采水系统维护，保证采水系统正常运行。

2、每日定时监控

技术人员每天查看水站监测数据，并对站点进行远程管理和巡视，内容包括：

（1）运维公司数据审核的时间为每天的 10 点之前完成，审核数据必须说明审核原因。如果因审核不及时涉及的数据变动，运维公司须提供正式报告，并在考核报告上记录 1 次，作为考核依据。

（2）负责对水站运行状况及监测数据进行远程监视，运维人员每天上午和下午分别进行两次，发现水质监测数据异常时立即通知环境监测站，并及时赶赴水站现场予以核实。

（3）根据仪器监测数据、质控数据判断仪器运行情况；

（4）根据多项参数的数据变化趋势分析判断是否有水质异常变化。

（5）根据管路压力数据判断水泵运行情况；

（6）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。

3、每周定期巡检

每周巡检水站不少于 1 次，填写巡检记录表，内容如下：

（1）查看各台分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；

（2）检查水站电路系统、通讯线路是否正常；

（3）检查采水系统、配水系统是否正常。

巡检各项工作必须记录备查，检查内容如下：

（1）通讯检查：确保控制和数据上传通道畅通。

（2）工控机检查：检查清洗工控机散热风扇及滤网，检查内存及 CPU 使用性能，必要时重启工控机。

（3）PLC 与通信设施检查：确保控制和数据上传通道畅通。

（4）面板开关检查：检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常。

（5）配电板状态检查：检查确保配电板上各个接线接头不松动。

（6）接地检查：确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。

（7）温湿度仪检查：检查温湿度仪是否显示正确，保证温湿度探头反应灵敏。

(8) UPS 检查：断电情况下清扫 UPS 各个散热孔上的灰尘；检查确保 UPS 充放电正常。

(9) UPS 电池箱检查：做好绝缘措施情况下清扫 UPS 电池箱内的灰尘；确保箱内各个电池联线接触良好牢固；确保各个电池无漏液，外观正常。

(10) 机柜台面检查：检查机柜台面及玻璃是否清洁；检查机柜各门是否关于完好。

(11) 实验区检查：确保室内整齐清洁；按要求存储试剂；按要求处置废液。

(12) 各仪器维护根据仪器作业指导书进行。

4、每月维护

(1) 室内管路清洗：确保管路清洁，无泥沙藻类附着。

手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回；检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换；检查管路反清设施

(如空压机与加压泵) 工作是否正常。

(2) 室外取水管路清洗清淤：确保管路无泥沙附着。

(3) 电动球阀清洗检查：确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏，必要时更换。

(4) 单向阀清洗：确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏，必要时更换。

(5) 压力表测试：确保清洗后压力表读数正常。

(6) 取水系统综合测试：确保系统取水正常。

完成上述测试后复原所有阀门到正确位置；检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好；检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。

5、年度维护

每年对室内空调系统进行 1 次专业维护，委托有资质单位对防雷系统进行 1 次检查。

1.3.4 质量控制要求

(1) 每日进行一次零/标准液核查、每月进行一次水样比对。

(2) 每月接受监测站定期盲样考核。

(3) 每月进行一次仪器性能测试和核查。

(4) 每季度对监测仪器进行 1 次检定和多点校准。

1.3.5 试剂质量要求

水站所用试剂必须为分析纯或优级纯级别，且未失效；所用纯水或超纯水须达到相

关技术要求。

- (1) 标准溶液和试剂的配制按计量认证的要求进行；
- (2) 标准贮备液在冷藏柜（4℃）中保存期限一般不得超过一年；
- (3) 标准使用液在冷藏柜（4℃）中贮存期除有明确的规定外，一般不得超过三个月，或根据需要临用现配；
- (4) 水站仪器所用试剂更换周期应根据试剂稳定性有所区别，一般不超过两星期，最长不得超过一个月。

1.3.6 安全要求

- (1) 对水站站房及配套设施安全负责。做好各水站安全防盗工作，保证门禁系统运行正常，确保水站财产安全。
- (2) 做好消防安全工作。
- (3) 负责对站房漏水及栈桥保养的维护和维修。
- (4) 做好站房防雷工作。
- (5) 对仪器设备外壳和机柜接地情况进行检测，如不符合相关技术标准要求，及时整改到位，保证接地良好。
- (6) 做好确保 VPN 数据传输设备、门禁系统、视频监控设施、供电系统和光纤通讯线路等安全运行工作。
- (7) 委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标方有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

1.3.7 记录表格要求

认真、及时做好各类记录，每季度以书面形式报甲方，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

- (1) 水站日远程巡视结果记录表；
- (2) 水站巡检记录表；
- (3) 水站试剂更换记录表；
- (4) 水站备品备件更换记录表；
- (5) 故障处理情况表；
- (6) 水站质控样核查结果记录表；

(7) 月度水质自动监测数据统计表；

1.3.8 应急措施要求

1、突发污染事故要求

当水站监测数据出现异常或所在断面发生污染事件时，须 2 小时内报告业主，8 小时内到达现场，确认仪器是否正常，做好现场记录，同时进行手工采样送质控实验室和监测站进行比对测试。

按业主要求及时启动加密监测，同时加强运维与质控工作保证数据准确，通信畅通。

2、系统仪器故障

当系统仪器出现故障时，8 小时内到达处理，更换配件时长 72 小时内；整机维修一周时间内。废液及时收集处理。

1.3.9 其他

1、要求在省内有整套备用仪器，保障水站仪器故障在 72 小时内恢复运行。

二、运行维护考核办法

业主单位对运营机构的运营管理工作进行考核，每季度考核一次，其中技术考核以每个自动监测系统为单位从仪器档案、维护情况、质量保证、维修情况和客户意见反馈等方面进行考核，考核总分为 100 分。若运维护低于 80 分为不合格。考核评分表如下：

运营机构考核评分表（100 分）

序号	考核内容	考核要求	分值	评分标准
		站房：保持清洁，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行需求，辅助设备工作正常。	3	以日常（或考核）检查/抽查为准，发现 1 次站房清洁等问题，扣 1 分，扣完为止。 消防设备超过有效期或不能正常使用，扣 3 分。
		样品进出管路：定期维护和清洁，保证内部管路通畅，防止堵塞和泄漏。	3	以日常（或考核）检查/抽查为准，每发现 1 次管路堵塞等问题扣 1 分，扣完为止。
		电路、仪器传输系统：保持正常工作； 废液处置：废水监测仪器废液集中回收处理。	3	以日常（或考核）检查/抽查为准，每发现 1 次废液没有回收扣 1 分，扣完为止。
		维护工作：定时远程监测及对自动监测系统中的仪器设备进行现场维护。	3	以日常（或考核）检查/抽查为准，发现 1 次没有正常维护扣 1 分，扣完为止。

2	质量 保 证 (32 分)	操作人员：经培训考核合格后，持 证上岗。	4	无证上岗扣 4 分。
		具有自动校准功能的仪器，不超过 24 小时自动校准一次仪器相关系 数，手动校准的仪器，不超过 1 个月检 查校准曲线。	3	以日常(或考核)检查/抽查为准，发 现 1 次未按要求执行扣 1 分，扣完为 止。
		周比对监测校验。	15	以比对报告为准，发现 1 项未按要 求执行扣 3 分，扣完为止。
		质控考核	10	以考核抽查为准，考核样测定结果相 对误差≤±10%，每项不符合要求 扣 5 分，扣完为止。
3	监 测 数 据 要 求 (21 分)	以有效小时数据的完整率计分，大 于90%为满分；低于 80%为0 分。	5	每低于 1 个百分点扣 0.5 分。
		数据准确性分析、数据缺失和异常情 况处理。	4	按照《河南省水环境自动监测网运 行管理实施细则》中的相关要求对 数据进行审核判别，对缺失和异常 进行标记补遗。每缺 1 次扣0.5 分。
		系统无故障运行时间：平均无故障连 续运行时间大于 720 小时，得满 分；	6	每低于 10%扣 1.5 分，扣完为止。
		传输至站监测平台数据的传输率 高于 95%（含事后补录），且有效 传输率高于 75%。	6	不符合要求不得分。
4	档 案 制 度 (10 分)	仪器操作说明或维护技术要求：有 仪器操作使用说明及维护规程，记 录清晰、完整，符合要求。	3	完全符合要求的，得满分，否则得 0 分。
		日常维护记录：运行维护、校验、 检修、停运、药剂更换记录、试剂 废液转移等记录清晰、完整，符合 标准要求。	6	每1 项不符合要求扣 1 分，扣完为 止。
		建立运行维护的操作管理制度，并 在现场端张贴	1	不符合要求不得分。
5	响 应 时 间 (5 分)	运营机构在维护时发生故障应 及时解决，发生故障或故障通知 1 小 时要响应，24 小时内现场处理，超过72 小时的应使用备机或备件替代；由 于采集器故障引起的数据无法上传， 应 12 小时内使用备用采 集器替代，并向主管部门报告，说明 原因、时段等情况。	5	故障响应时间超过 1 小时的，每次 扣 1 分；超过规定修复时间没有恢 复正常工作的情况下每次扣 1 分； 采集器故障超过 12 小时没有恢复 的，发现一次扣 1 分。
6	日 常 监 管 考 核 (20分)	按照《河南省水环境自动监测网运 行管理实施细则》要求协助业主做好 自动监测考核工作等。	5	不协助业主按照《河南水质自动监 测站运行管理实施细则》要求开展 自动监测考核工作扣 5 分。
		按要求按时提交运营报告、各类报 表。	5	所提交运营报告、各类报表 1 项不 符合要求或缺失的每项扣 1 分。
		按要求配合各级主管部门考核及 检查工作。	10	检查不符合要求每项 3 分，扣完为 止。
备注	运营机构考核评分表是针对单个自动站进行评分，平均分在 80 分以上为合格。数据完整率的计算应 扣除非运营机构原因（如不可抗拒和突发事件等）造成的数据缺损。			

三、管理要求

1、在委托管理期间，中标人拥有管理自主权，未经采购方同意，中标人不得利用本项目的资料对外开展技术交流，业务联系，数据交换等。

2、在委托管理期间，中标人应严格按照采购方制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器的正常运行，达到采购方提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受采购方代表提出的各项指令，接受采购方检查和考核。

3、在委托管理期间，中标人应承担安全生产责任。中标人应按安全生产有关规定，建产安全生产制度，切实消除安全隐患。

4、不论何时，中标人都应承担监测数据保密责任。中标人按照采购方要求，进行报告和传输有关监测数据，均不得向外界传递任何监测数据。

5、不论何时，中标人无权将采购方的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

四、其他要求

质保期	国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的原则上不少于 12 个月
售后技术服务要求	含安装、调试、维修、保养等。
服务周期及地点	服务周期：1年 地点：汝州市内
付款方式	另行约定
备品备件及耗材等要求	无
售后服务保障或维修响应时间要求	无

五、采购人对项目的特殊要求及说明

采购人的特殊要求及说明理由： 无

**平顶山市生态环境局汝州分局汝州市市控县级地表水水站 2026 年运维服务
及“杨寨中村”国控水站基础保障项目**

单位：元

序号	项目	明细	规格型号	一个水站 单位	三个 水站 数量	备注
1	试剂 费	COD 仪器用试剂：标准量程溶液，试剂. 所用试剂半月需更换一次，并做曲线校准	1) 测量方法：重铬酸钾法/TOC 中温催化燃烧法； 2) 测量范围：0~200mg/L, 可调； 3) 重复性：≤3%； 4) 精密度：≤3%； 5) 准确度：±5%；6) 零点漂移±3mg/L； 7) 量程漂移：±5%8) 定量下限：≤10mg/L；9) 检出限：≤3mg/10) MTBF：≥1440h/次；11) 实际水样比对实验：≤10%。 12) 试剂：硫酸亚铁、硫酸汞、硫酸银、硫酸、邻苯二甲酸氢钾、重铬酸钾以上试剂符合有关技术要求，为优级纯或分析纯级，实验用水为实验室级超纯水。 13) 用量及更换周期：每 2 周不低于 500-1000 毫升，每 2 周更换新试剂。14) 产生废液为危废，需专业收集、运输、交由有资质的公司处理。	套/年	3	1、所用试剂、标准量程溶液从仪器生产商购买； 2、或者用其他质量不低于仪器生产商的试剂、标准量程溶液，但由此造成仪器异常或者损坏，全额赔偿或者无偿更换同型号仪器。 3、本次招标市控水站第 7 年运维服务。
2		氨氮仪器用试剂：标准量程溶液，试剂. 所用试剂半月需更换一次，并做曲线校准	1) 测定方法：纳试剂分光光度法、氨气敏电极法； 2) 测量范围：0~10mg/L, 可调； 3) 检出限：≤0.05mg/L； 4) 零点漂移：≤0.02mg/L； 5) 量程漂移：≤1.0%；6) 重复性：≤2.0%； 7) 示值误差：±8.0%（标液浓度为 2.0mg/L 时）；±5.0%（标液浓度为 5.0mg/L 时）；±3.0%（标液浓度为 8.0mg/L 时）；8) 实际废水样品比对试验：≤0.2mg/L（水样浓度<2.0mg/L 时）；≤10.0%（水样浓度≥2.0mg/L 时）；9) 记忆效应：±0.3mg/L（标液浓度为 2.0mg/L 时）；±0.2mg/L（标液浓度为 8.0mg/L 时）；10) pH 干扰试验：±6.0%；11) 试剂：无氨水、轻质氧化镁、盐酸、纳氏试剂、二氧化汞、碘化钾、碘化汞以上试剂符合有关技术要求，为优级纯或分析纯级，实验用水为实验室级超纯水。	套/年	3	1、所用试剂、标准量程溶液从仪器生产商购买； 2、或者用其他质量不低于仪器生产商的试剂、标准量程溶液，但由此造成仪器异常或者损坏，全额赔偿或者无偿更换同型号仪器。 3、本次招标市控水站第 7 年运维服务。

			12) 用量及更换周期: 每 2 周不低于 500-1000 毫升, 每 2 周更换新试剂。 13) 产生废液为危废, 需专业收集、运输、交由有资质的公司处理。			
3		总磷仪器用试剂: 标准量程溶液, 试剂. 所用试剂半月需更换一次, 并做曲线校准	1) 测定方法: 钼酸铵分光光度法; 2) 测量范围: 0~2mg/L, 可调; 3) 检出限: $\leq 0.005\text{mg/L}$; 4) 重复性: $\leq 3\%$; 5) 直线性: $\pm 10\%$; 6) 零点漂移: $\pm 5\%$; 7) 量程漂移: $\pm 5\%$; 8) MTBF: $\geq 720\text{h/次}$; 9) 实际水样比对试验: $\pm 10\%$。 10) 硫酸、过硫酸钾、钼酸铵、抗坏血酸、氢氧化钠、磷酸二氢钾以上试剂符合有关技术要求, 为优级纯或分析纯级, 实验用水为实验室级超纯水。 11) 用量及更换周期: 每 2 周不低于 500-1000 毫升, 每 2 周更换新试剂。 12) 产生废液为危废, 需专业收集、运输、交由有资质的公司处理。	套/年	3	
4		总氮仪器用试剂: 标准量程溶液, 试剂. 所用试剂半月需更换一次, 并做曲线校准	1) 测定方法: 过硫酸钾消解-紫外分光光度法; 2) 测量范围: 0~10/50 mg/L (可调); 3) 检出限: $\leq 0.1\text{mg/L}$; 4) 重复性: $\pm 5\%$; 5) 零点漂移: $\pm 5\%$; 6) 量程漂移: $\pm 5\%$; 7) MTBF: $\geq 1440\text{h/次}$; 8) 实际水样比对试验: $\leq 10\%$ 9) 试剂: 无氨水、氢氧化钠、过硫酸钾、硝酸钾、盐酸、硫酸、硝酸钾以上试剂符合有关技术要求, 为优级纯或分析纯级, 实验用水为实验室级超纯水。 10) 用量及更换周期: 每 2 周不低于 500-1000 毫升, 每 2 周更换新试剂。 11) 产生废液为危废, 需专业收集、运输、交由有资质的公司处理。	套/年	3	
5		高锰酸盐指数仪器用试剂: 标准量程溶液, 试剂. 所用试剂半月需更换一次, 并做曲线校准	1) ★测量原理: 高锰酸钾氧化法; 2) 测量范围: 0~20mg/L, 量程可调; 3) 零点漂移: $\pm 5\%$; 4) 量程漂移: $\pm 5\%$; 5) 葡萄糖试验: $\pm 5\%$ (测量误差) 6) 重复性: $\leq \pm 5\%$; 7) 检出限: $\leq 0.2\text{mg/L}$; 8) MTBF: $\geq 1440\text{ h/次}$; 9) 实际水样比对试验: $\pm 10\%$。 10) 试剂: 硫酸、氢氧化钠、草酸钠、高锰酸钾以上试剂符合有关技术要求, 为优级纯或分析纯级, 实验用水为实验室级超纯水。 11) 用量及更换周期: 每 2 周不低于 500-1000 毫升, 每 2 周更换新试剂。 12) 产生废液为危废, 需专业收集、运输、交由有资质的公司处理。	套/年	3	

6	PH、水温在线分析仪:PH值4.1、7.1、10.1标准溶液每月更换一次,电解液每半月更换一次,并做校准和质控。	(1)、水温水质自动分析仪 1) 测定方法: 热电阻/热电偶; 2) 量程: 0~60℃, 可调; 3) 准确度: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$; 4) 重复性: $\leq 0.3^{\circ}\text{C}$; 5) MTBF: $\geq 720\text{h/次}$; 6) 响应时间: $\leq 30\text{s}$ 。(2)、pH水质自动分析仪 1) 测定方法: 玻璃电极法; 2) 量程: pH 0~14 (0~40℃), 可调; 3) 准确度: $\pm 0.1\text{pH}$; 4) 重复性: $\leq 0.05\text{pH}$; 5) 漂移 (pH=4、7、9): $\pm 0.1\text{pH}$; 6) MTBF: $\geq 720\text{h/次}$; 7) 响应时间: $\leq 30\text{s}$; 8) 温度补偿精度: $\pm 0.1\text{pH}$; 9) 实际水样比对试验: $\pm 0.1\text{pH}$ 防护等级: $\geq \text{IP65}$ 。	套/年	3	
7	溶解氧在线分析仪: 无氧、饱和氧标准溶液每半月更换一次,并做校准和质控。	1) 测定方法: 电化学法或荧光法; 2) 量程: 0~20mg/L, 可调; 3) 零点漂移: $\pm 0.3\text{mg/L}$; 4) 量程漂移: $\pm 0.3\text{mg/L}$; 5) 重复性: $\pm 0.3\text{mg/L}$; 6) 响应时间 (T90): $\leq 60\text{s}$; 7) 温度补偿精度: $\pm 0.3\text{mg/L}$; 8) MTBF: $\geq 720\text{h/次}$; 9) 实际水样比对试验: $\pm 0.3\text{mg/L}$; 10) 防护等级: $\geq \text{IP65}$ 。	套/年	3	
8	浊度在线分析仪: 无浊度标准溶液 500ml、1000ml; 1000ml 标准溶液,并做校准和质控。	1) 测定方法: 光散射法; 2) 量程: 0~1000NTU, 可调; 3) 重复性: $\leq 5\%$; 4) 零点漂移: $\pm 3\%$; 5) 量程漂移: $\pm 5\%$; 6) 线性误差: $\pm 5\%$; 7) MTBF: $\geq 720\text{h/次}$; 8) 实际水样比对试验: $\pm 10\%$; 9) 防护等级: $\geq \text{IP65}$ 。	套/年	3	
9	电导率在线分析仪: 标准量程溶液及电解液	1) 测定方法: 电极法; 2) 量程: 0~200mS/cm (0~40℃), 可调; 3) 准确度: $\pm 2\%$; 4) 重复性: $\pm 1\%$; 5) 零点漂移: $\pm 1\%$; 6) 量程漂移: $\pm 1\%$; 7) 响应时间 (T90): $\leq 30\text{s}$; 8) 温度补偿精度: $\pm 1\%$; 9) MTBF: $\geq 720\text{h/次}$; 10) 实际水样比对试验: $\pm 1\%$; 11) 防护等级: $\geq \text{IP65}$ 。	套/年	3	
10	(总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数)质控仪器用试剂: 总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数 1000mg/L 母液,半月更换一次,每日日质控及0漂和跨度核查等	1、质控功能: 四参数日质控,定期开展加标回收率,空白核查,标液核查,跨度核查等,满足《地表水水质自动监测技术规范 HJ915-2017》第7条质控工作。2、精密密度: $\leq 0.5\%$; 3、准确度: $\pm 1.0\%$;	套/年	3	

11		森空超纯水仪器滤芯	1、预处理：PP 滤芯、活性炭滤芯、软化滤芯，每月更换一次；2、反渗透膜：RO 膜；每年更换三次；3、超纯化部分：纯化柱，每年更换二次。4、出水标准：电阻率 ≥ 17 兆欧。	套	6	
12	耗材及 配件 费用	COD 仪器	主板、测量模块、分析模块、蠕动泵模块、O 型圈、热电偶、风扇信号板、串口线、信号板、电路板等整机维修	套	3	1、水站用国产仪器 不超过 8 年需更新，本次为水站第 7 年运维，仪器相对故障率高，备品备件和耗材更换率高。2、整机维护维修包含整机所有电路板、模块等主、配件。3、更换的主配件存水站并计入记录。
13		氨氮仪器	主板、测量模块、分析模块、蠕动泵模块、O 型圈、热电偶、风扇信号板、串口线、信号板、电路板等整机维修	套	3	
14		总磷仪器	主板、测量模块、分析模块、蠕动泵模块、O 型圈、热电偶、风扇信号板、串口线、信号板、电路板等整机维修	套	3	
15		总氮仪器	主板、测量模块、分析模块、蠕动泵模块、O 型圈、热电偶、风扇信号板、串口线、信号板、电路板等整机维修	套	3	
16		高锰酸盐指数仪器	主板、测量模块、分析模块、蠕动泵模块、O 型圈、热电偶、风扇信号板、串口线、信号板、电路板等整机维修	套	3	
17		水质五参数仪器	水质五参数的维护维修及整机更换	套	3	
18		（总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数） 质控仪器	主板、测量模块、分析模块、蠕动泵模块、O 型圈、热电偶、风扇信号板、串口线、信号板、电路板等整机维修	套	3	
19		工控机系统	主板等整机维护维修	套	3	
20		专用变压器及 线路保障	专用变压器、配件及线路维修维护	套	3	
21		白土泉水站	更换高锰酸盐指数仪器测量模块	套	1	
22		菜园水站	更换高锰酸盐指数仪器测量模块	套	1	
23	通信 费	互联网专线	30M	条	3	固定 IP 专线
24	运维 人员 工资	工资（含五险一金）	2 名专职运维人员，男性，本科，持中国环境监测总站发放的运维证书。运维人员无节假日周末，工资含节假日周末补贴五险一金等，由运维公司支付工资等费用。异常及故障 24 小时响应并恢复运行，大件故障更换不超过 48 小时。每周至少到水站运维一次。	人/年	2	

25	看站 人员工 资	工资(含五险一 金)	人/年	人/年	3	水站在野外, 需看护,每个 水站一人看 护
26	交通 费	车辆保障费用	车辆燃料、维修维护、保险	辆/年	1	与汝阳交界 距离远.所需 燃料、保险、 保养维修等 费用
27	办事 处	人员住宿,存放 试剂耗材等	租房一处,带仓库,配置电脑网线,每 日审核、查看数据	套	1	房租、水电通 讯费用等
28	其它	水电费	水站仪器设备,水泵、空调等用电	站/年	3	每个站点单 独变压器
29		仪器设备升级 费用	所有仪器设备及系统升级	站/年	3	
30		采水系统维护 保养费用	专用采水泵两台(轮换抽水):扬程大 于40米 及水电等及配套设施	站/年	4	1、每年更换 专用采水泵; 2、水管材质 为磐石水管 加装保温棉; 3、防水防腐 防晒国标电 缆; 4、配套管路 加温设施
31		配水及预处理 单元维护保养 费用	所用材质附后国家水站运行标准	站/年	3	电磁阀,球阀 及控制电路 系统等
32		控制单元维护 保养费用	所用材质达到国家水站运行标准	站/年	3	电磁阀,球阀 及控制电路 系统等
33		清洗系统	一台一寸清水泵:扬程大于35米,及 配套设施	站/年	3	清水泵、电磁 阀,球阀及控 制电路系统 等
34		辅助单元	门禁一体机、电控锁、1万伏三相交流 净电稳压电源、视频监控系统、空调、 配电系统	站/年	3	
35		数据采集传输 单元	所用材质符合国家水站运行标准	站/年	3	
36		考核试剂费用	每站每月考核一次,COD、总磷、总氮、 氨氮、高锰酸盐指数所需有证标准环境 样品,水质五参数所需试剂考试所用有 证环境标准样品从环标所采购	一个站一 年	3	

37		质控费用	采用质控所用有证环境标准样品和配置标准样品进行质控，每月有证环境标准样品质控不少于一次。 每站每月三次质控，需购买 COD、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数环境标准样品或者标准试剂，五参数每月质控一次	一个站一年	3	
38		实际水样比对费用	每站每月一次实际水样比对，需现场采样送有资质的检测公司分析 COD、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数 Ph、溶解氧，出具 CMA 章报告一式三份。	一个站一年	3	
39		温湿度校准仪校准	每个水站一个温湿度校准仪校准	个/次	3	每年一次
40	市控南王庄、菜园、白土泉水站及杨寨中村国控水站	4 个水站 1 年：仪器设备防雷设施维护保养及检定、变压器及线路维护及检定，出具正规鉴定报告；及三个监控维护保养费用。	独立变压器及专线的维护、仪器设备三级防雷设施的维护及更换，出具正规鉴定报告；报平顶山市生态环境局及省生态环境厅备案。	元/站. 年	四个站 1 年	
		1 杨寨中村国控水站危废、用电线路及设施，采水水泵管线等基础保障	更换购买采水泵两台，清水泵一台，并做好记录检查。国标一寸水泵，扬程 50 米，每小时启动一次。	元/站. 年	一个站一年	
		2. 根据运维要求每季度处理危废一次，收集、储存、转运及手续办理等；	每年产生约 500L 危废（500 公斤）根据运维要求每季度处理危废一次，含收集、储存、转运及手续办里等费用	元/站. 年	一个站一年	
		市控南王庄、菜园、白土泉水站 2026-2027 年危废	每个水站产生约 400L 危废，三个水站一年共产生量约 1200L。	元/站. 年	3 个水站	
41	南王庄水站院墙及大门	砖混院墙：2 米高，7 米宽，15 米长，总长 44 米，3 米宽不锈钢简易大门 混凝土+地圈梁 地基：0.6 米*0.5 米（7.5 米+15.5 米）*2，	院墙：88 平方米；地基：13.8 立方米； 大门：不锈钢大门；			

42	菜园 水站	1. 外墙粉饰： 2.5 米宽，7 米 长，3 米高，总 长 19 米；水泥 外粉。一层加装 雨棚：一楼 2.5 米宽，7 米长， 总长 19 米；雨 棚宽 0.6 米， 0.5mm*90cm*1 米不锈钢彩钢 瓦，加人工费用 2. 加装两个摄 像头（监控门口 和变压器）	外墙面积：57 平方米；雨棚面积：11.4 平方米；更换一层屋门 加装两个摄像头（监控门口和变压器）			
43	白土 泉水 站	1. 变压器改加 装低压计量 2. 加装两个摄 像头（监控门口 和变压器）	水站高压计量因雷击损坏更换；加装两 个摄像头（监控门口和变压器）			
44	冲锋 舟	加厚铝板载 4-6 人，油动，3.6 米，二冲程，9.8 匹短轴，救生衣 6 套	加厚铝板载 4-6 人，油动，3.6 米，二 冲程，9.8 匹短轴，救生衣 6 套，杨寨 中村国控水站等水站取水口维修及采 样用冲锋舟			
总计						

第五章 合同协议书格式

(参考格式，详细条款由招标人、中标人约定。)

项目名称： _____

项目编号： _____

招标人（甲方）： _____

中标人（乙方）： _____

平顶山市生态环境局汝州分局以____（项目编号）招标文件对____（项目名称）在国内进行公开招标。经评标委员会评定，确定____（乙方）为本项目标段的中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同标的

根据招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件和招标人采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。

二、合同价格

1、_____元人民币。

2、本合同价格包括产品金额及运输、财产及第三方人身损害赔偿保险、储存、使用、税金等费用，是在产品交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的指导、检验等售后服务价格的总和。

三、交货时间和地点

1、乙方在合同签定后_____日内供货、安装、调试、验收完毕，并提供相关检验报告。

2、乙方自定运输方式，自付费用将合同标的送达甲方指定地点：运输过程中所涉及的安全、损耗等责任均由乙方承担。

四、技术规格

1、乙方提供产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁或行业标准，并满足标的清单中的规定。

2、乙方保证提供的产品是未使用过的正品，并可享受厂家及乙方承诺的所有服务。

五、 售后服务

1、产品质量：乙方所供产品必须符合国家或行业标准的规定，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按质量保证承诺书负责，并按有关法律法规规定承担相应的责任。

2、产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方知道解决时，乙方及时给予解决。

六、验收及异议

1、甲方验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收合格报告及收货清单；

2、甲方在验收中，如果发现与合同规定不符的，应在三天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告，并同时将书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在收到甲方书面异议后，应在 3 天内予以纠正，对纠正情况以书面形式告知有关部门。

七、付款方式：_____八、违约责任

1、乙方不能按时交货或因特殊原因不能按时交货而未在工期限内书面告知甲方的，应向甲方偿付不能交货部分货款 1%的违约金；

2、乙方所交招标的品牌、规格、质量等不符合合同规定，且不能调换的，按违约处理，并承担由此给甲方带来的损失。

3、甲方应在接到乙方验收申请后 30 日内组织，超过 30 日的，按违约处理， 并承担由此给乙方带来的损失。

4、甲方应按照本合同的付款方式付款，若因财政拨款不及时造成付款逾期， 甲方不承担违约责任，不计取违约金及利息。

十、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，灾区的有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由平顶山市仲裁委员会仲裁。

十二、本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。十三、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充约定，补充约

定与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同正本两份，甲乙双方各执一份，每份正本具有同等法律效力。副本两份，分别报相关主管部门备案。

甲方：

乙方：

单位名称（公章）

单位名称（公章）

法定代表人：

法定代表人：

授权代表：

授权代表：

地址：

地址：

电话：

电话：

签约日期： 年 月 日

签约日期： 年 月 日

第六章 响应文件格式

平顶山市生态环境局汝州分局汝州市市控县级地表水水站 2026
年运维服务及“杨寨中村”国控水站基础保障项目

响 应 文 件

采购编号：汝财谈判采购-2026-73

供应商：_____（全称并盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：____年____月____日

目 录

- 一、竞争性谈判函与谈判报价表
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、服务内容及方案
- 五、服务承诺及技术规格响应/偏离表
- 六、资格审查资料
- 七、反商业贿赂承诺书
- 八、响应承诺函
- 九、供应商认为有必要提供的其他资料

一、竞争性谈判函与谈判报价表

（一） 竞争性谈判函

_____（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（小写：¥_____）的总报价，按合同约定实施和完成相关服务，质量达到：_____。

2. 我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本竞争性谈判函递交的谈判函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照谈判文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同咨询。

4. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5. _____（其他补充说明）。

供应商：_____（单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____

（二）谈判报价表

项目名称	
供应商	
响应内容	符合谈判文件规定
响应总价（元）	大写： 小写：
服务期	
质量要求	
响应有效期	
备注：供应商在竞争性谈判文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写，可另附页	

供应商：_____（单位公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明

供应商：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____年 龄：_____职 务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（单位公章）

_____年_____月_____日

三、授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人，现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证复印件。

供应商：_____（单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年____月____日

四、服务内容及方案

五、服务承诺及技术规格响应/偏离表

1.服务承诺

（格式自拟）

2. 技术规格响应/偏离表

序号	名称	招标规格	投标规格	偏离情况说明	描述

响应人（公章）： _____

法定代表人或其委托代理人（签字）： _____

年 月 日

注：1. 响应/偏离内容应根据磋商文件中的技术规格条款逐条对应填写。

六、资格审查资料

注：以加盖公章的扫描件或复印件为准

附件：

汝州市政府采购供应商信用承诺函

致_____（采购人或采购代理机构）：

单位名称：_____

统一社会信用代码：_____

法定代表人：_____

联系地址和电话：_____

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章)：

法定代表人或授权代表(签字或电子印章)：

日期： 年 月 日

注：

1、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应谈判文件要求，按无效投标处理。

2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”，前文已提供的此处不再重复提供。

3、采购人有权在签订合同前要求供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。（提供营业执照，2025 年度经审计符合国家及相关行业标准，质量要求合格的财务审计报告（若为新成立企业，则以企业成立年月份向后推算，提供相应年月份的经审计符合国家及相关行业标准，质量要求合格的财务审计报告或财务报表）；2026 年 1 月以来任意一个月依法纳税证明和社保缴纳证明。

七、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____（项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：_____（单位公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：____年____月____日

八、响应承诺函

致：_____（招标人）

_____（供应商全称）参加贵方_____（项目名称）的谈判活动，
就我公司在响应及后续工作中做出如下承诺：

- 1、遵守有关法规规定，主动维护投标秩序，不串通作弊、哄抬标价；
- 2、保证所提供证件或证明材料的真实有效性；
- 3、在规定的响应有效期内不随意撤销、修改所提交响应文件；
- 4、在收到成交通知书后，按照相关法规规定及时签订合同协议书；
- 5、我方一旦中标，承诺在定标后 5 日内支付招标代理等相关费用。

如果我方违反以上承诺，我方自愿承担相关法律责任。造成招标人及其他第三方损失的，我公司承诺同意招标人以其他方式（包括并不限于通过法律途径、报送相关部门）对本公司进行经济追偿、执照资质吊销、扣分、列入黑名单等惩罚行为。

供应商：_____（单位公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：____年____月____日

九、供应商认为有必要提供的其他资料

附件 1:

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，参与工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：