

YZCG-DLG2026087 禹州市人民医院眼科手术显微镜等医疗设备 采购项目更正公告

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：YZCG-DLG2026087
- 2、原公告的采购项目名称：禹州市人民医院眼科手术显微镜等医疗设备采购项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2026 年 09 月 08 日、《河南省政府采购网》《中国政府采购网》《许昌市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》
- 4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2026 年 09 月 29 日 08 时 30 分（北京时间）

二、更正信息

1. 更正事项：采购公告、采购文件
2. 原文件获取时间：2026 年 09 月 08 日- 2026 年 09 月 29 日（北京时间）文件获取截止时间变更为：2026 年 09 月 29 日 08:30（北京时间）

3. 原开标时间：2026 年 09 月 29 日 08 时 30 分（北京时间）

开标时间变更为：2026 年 09 月 29 日 08 时 30 分（北京时间）

4. 原采购信息内容

本项目招标文件第二章项目需求第二标段“口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备”相关技术参数内容

- 4.2 CT/全景探测器有效感光面积 $\geq 20\text{cm} \times 20\text{cm}$;

5.1 CBCT 视野 (FOV)：最大单圈成像视野直径 $\geq 15\text{cm}$ ，高度 $\geq 15\text{cm}$ ，满足全口及颌面部大范围扫描需求。

- 7.2 曝光参数：管电压可调（涵盖 60-70kV 常用区间），管电流 $\geq 5\text{mA}$;

- 9.3.3 解剖结构分析：自动识别并标注舌侧管、颞孔等关键解剖结构；
变更为：

- 4.2 CT/全景探测器有效感光面积 $\geq 400\text{cm}^2$ 。

5.1 CBCT 视野 (FOV)：最大单圈成像视野直径 $\geq 15\text{cm}$ ，单圈高度 $\geq 14\text{cm}$ ，满足全口及颌面部大范围扫描需求。

7.2 曝光参数：管电压可调（涵盖 60-70kV 常用区间），管电流 $\geq 5\text{mA}$ ；招标文件删除本条（7.2）全部要求；

9.3.3 解剖结构分析：自动识别并标注神经管、颞孔等关键解剖结构；

5.更正日期：2026 年 09 月 11 日

三、其他补充事宜

监督单位：禹州市政府采购监督管理办公室

联系电话：0374-8112523

本项目招标文件除上述更正内容外，其他条款、参数及要求保持不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：禹州市人民医院

地址：禹州市康复路 1 号

联系人：席先生

联系电话：0374-6068852

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：许昌德源招标有限公司

地址：禹州市钧台街道画圣路北段

联系人：杨先生

联系方式：0374-8636669

3. 项目联系方式

项目联系人：杨先生

联系方式：0374-8636669

2026 年 9 月 11 日