

襄城县卫生健康委员会襄城县医共体资源共享中心和中心药房建设采购项目(第二批)第一标段技术

参数变更内容

原第一标段招标文件中的参数:

41	全自动特定蛋白分析仪	2	台	1. 测试速度: $\geq 200\text{T/h}$; 2. 光学系统: 激光光源; 3. 测试方法: 散射比浊法、终点法、两点终点法; 4. 分析原理: 散射比浊法、比色法; 5. 样本种类: 血清(浆)、全血、尿液、脑脊液、精浆等; 6. 稀释功能: 样本自动稀释、自定义稀释、一键稀释; 7. 试剂位: ≥ 40 个; 8. 样本位: ≥ 50 个; 9. 反应杯: ≥ 32 个, 机内自动清洗半永久反应杯; 10. 检测项目: 风湿免疫, 尿蛋白, 脑脊液蛋白等。 11. 联网功能: 支持数据全兼容 LIS 系统、HIS 系统。
42	糖化血红蛋白分析仪	1	台	1、检测原理: 离子交换高效液相色谱法 (HPLC) ; 2、检测模式: 糖化血红蛋白检测模式 (可识别 HbE、HbD、 HbS、HbC 四种血红蛋白变体) ; 3、进样系统: ≥ 100 个自动进样位, 1 个急诊位; 4、测试速度: 变体模式检测 ≤ 60 秒/样本; 5、结果报告单位: 可报告 IFCC/NGSP 结果; 6、重复性: $CV \leq 1.0\%$; 7、试剂模组: 不停机更换试剂; 8、试管摇匀功能: 仪器支持试管颠倒摇匀或旋转摇匀; 9、联网功能: 支持数据全兼容 LIS 系统、HIS 系统;
50	全自动生化分析仪	5	台	1、检测速度: 全自动随机任选分立式, 单双试剂恒速 $\geq 800\text{T/H}$, ISE 模块 $\geq 600\text{T/H}$; 支持模块化拓展。 2、测试原理: 比色法、比浊法、散射比浊法、离子选择电极法; 3、同时分析项目: ≥ 95 个; 4、试剂盘 : ≥ 145 个、24 小时 $2\sim 8^{\circ}\text{C}$ 试剂仓连续冷藏;

				5、试剂/样本针 试剂针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞功能；自动内、外壁清洗功能；样本针； 6、具有堵针（凝块）检测功能； 7、样本处理：具有急诊样本优先处理功能； 8、清洗系统：自动 8 阶温水清洗；携带污染率 $\leq 0.005\%$ ； 9、比色杯：永久性反应杯，反应杯 ≥ 165 个，支持单个更换； 10、搅拌系统：不少于 2 组独立搅拌系统，搅拌针不少于 4 根； 11、联网功能：免费支持数据全兼容 LIS 系统、HIS 系统。
62	全自动血液体液分析仪	1	台	1.检测原理：采用荧光染色、流式细胞计数法、液压聚焦阻抗法； 2.检测速度：全血血常规五分类速度 $\geq 200T/h$ ，体液检测 $\geq 30T/h$ ； 3.用量：血常规检测全血样本最低需血量 $\leq 200\mu l$ ，体液检测需样量 $\leq 85\mu l$. 4.预稀释模式：支持稀释液自动配液； 5.样本类型：支持静脉全血、末梢微量血、预稀释血液、体液； 6.检测项目（可报告参数）： ≥ 32 项血液报告参数， ≥ 6 项体液报告参数； 7.血小板计数：具备两种方法进行血小板的定量计数，阻抗法 PLT-I 和光学法 PLT-O、且对应方法学均可提供相应校准品进行校准； 8.网织红细胞检测功能（Ret）：使用核酸荧光染色及流式细胞技术，具有全自动网织红细胞定量计数和对网织红细胞成熟度的分类； 9.体液检测：可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数, 并对白细胞进行分类； 10.联网功能：免费支持数据全兼容 LIS 系统、HIS 系统。

现第一标段技术参数要求变更为:

41	全自动特定蛋白分析仪	2	台	1.测试速度： $\geq 200T/h$ ； 2.光学系统：激光光源； 3.测试方法：散射比浊法、终点法、两点终点法； 4.分析原理：散射比浊法、比色法； 5.样本种类： 血清（浆）、全血、尿液、脑脊液等 ； 6.稀释功能：样本自动稀释、自定义稀释、一键稀释； 7.试剂位： ≥ 40 个； 8.样本位： ≥ 50 个；
----	------------	---	---	---

				9. 反应杯：≥32 个，机内自动清洗半永久反应杯； 10. 检测项目：风湿免疫，尿蛋白，脑脊液蛋白等。 11. 联网功能：支持数据全兼容 LIS 系统、HIS 系统。
42	糖化血红蛋白分析仪	1	台	1、检测原理：离子交换高效液相色谱法（HPLC）； 2、检测模式：糖化血红蛋白检测模式（可识别 HbE、HbD、HbS、HbC 四种血红蛋白变异体）； 3、进样系统：≥40 个自动进样位，1 个急诊位； 4、测试速度：变异体模式检测≤60 秒/样本； 5、结果报告单位：可报告 IFCC/NGSP 结果； 6、重复性：CV≤1.0%； 7、试剂模组：不停机更换试剂； 8、试管摇匀功能：仪器支持试管颠倒摇匀或旋转摇匀； 9、联网功能：支持数据全兼容 LIS 系统、HIS 系统；
50	全自动生化分析仪	5	台	1、检测速度：全自动随机任选分立式，单双试剂恒速≥800T/H，ISE 模块≥300T/H；支持模块化拓展。 2、测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法； 3、同时分析项目：≥95 个； 4、试剂盘：≥145 个、24 小时 2~8℃试剂仓连续冷藏； 5、试剂/样本针 试剂针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞功能；自动内、外壁清洗功能；样本针； 6、具有堵针（凝块）检测功能； 7、样本处理：具有急诊样本优先处理功能； 8、清洗系统：自动 8 阶温水清洗；携带污染率≤0.01%； 9、比色杯：永久性反应杯，反应杯≥165 个，支持单个更换； 10、搅拌系统：不少于 2 组独立搅拌系统，搅拌针不少于 4 根； 11、联网功能：免费支持数据全兼容 LIS 系统、HIS 系统。
62	全自动血液体液分析仪	1	台	1. 检测原理：采用荧光染色、流式细胞计数法、液压聚焦阻抗法； 2. 检测速度：全血常规五分类速度≥200T/h，体液检测≥30T/h； 3. 用血量：血常规检测全血样本最低需血量≤200ul，体液检测需样量≤200ul。 4. 预稀释模式：支持稀释液自动配液； 5. 样本类型：支持静脉全血、末梢微量血、预稀释血液、体液； 6. 检测项目（可报告参数）：≥32 项血液报告参数，≥6 项体液报告参数；

				7. 血小板计数：具备两种方法进行血小板的定量计数，阻抗法 PLT-I 和光学法 PLT-O、且对应方法学均可提供相应校准品进行校准； 8. 网织红细胞检测功能（Ret）：使用核酸荧光染色及流式细胞技术，具有全自动网织红细胞定量计数和对网织红细胞成熟度的分类； 9. 体液检测：可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数, 并对白细胞进行分类； 10. 联网功能：免费支持数据全兼容 LIS 系统、HIS 系统。
--	--	--	--	---

襄城县卫生健康委员会襄城县医共体资源共享中心和中心药房建设采购项目(第二批)第三标段技术

参数变更内容

原第三标段招标文件中的参数:

9	全自动生化分析仪	1	台	1、检测速度：全自动随机任选分立式，单双试剂恒速≥800T/H，ISE 模块≥300T/H； 2、测试原理：比色法、比浊法、散射比浊法、离子选择电极法； 3、同时分析项目：≥95 个； 4、试剂盘：≥145 个（单盘）、24 小时 2~8℃试剂仓连续冷藏； 5、试剂/样本针 试剂针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞功能；自动内、外壁清洗功能；样本针； 6、具有堵针（凝块）检测功能； 7、样本处理：具有急诊样本优先处理功能； 8、清洗系统：自动 8 阶温水清洗；携带污染率≤0.005%； 9、比色杯：永久性反应杯，反应杯≥165 个，支持单个更换； 10、搅拌系统：不少于 2 组独立搅拌系统，搅拌针不少于 4 根； 11. 联网功能：免费支持数据全兼容 LIS 系统、HIS 系统
---	----------	---	---	--

现第三标段技术参数要求变更为:

9	全自动生化分析仪	1	台	1、检测速度：全自动随机任选分立式，单双试剂恒速≥800T/H，ISE 模块≥300T/H； 2、测试原理： 比色法、比浊法、离子选择电极法 ； 3、同时分析项目：≥95 个； 4、试剂盘：≥145 个（单盘）、24 小时 2~8℃试剂仓连续冷藏； 5、试剂/样本针 试剂针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞功能；自动内、外壁清洗功能；样本针； 6、具有堵针（凝块）检测功能； 7、样本处理：具有急诊样本优先处理功能； 8、清洗系统：自动 8 阶温水清洗； 携带污染率≤0.01% ； 9、比色杯：永久性反应杯，反应杯≥165 个，支持单个更换； 10、搅拌系统：不少于 2 组独立搅拌系统，搅拌针不少于 4 根； 11. 联网功能：免费支持数据全兼容 LIS 系统、HIS 系统
---	----------	---	---	---

襄城县卫生健康委员会襄城县医共体资源共享中心和中心药房建设采购项目(第二批)第四标段技术

参数变更内容

原第四标段招标文件中的参数:

9	全自动生化分析仪	1	台	1、检测速度：全自动随机任选分立式，单双试剂恒速 $\geq 800\text{T/H}$ ，ISE 模块 $\geq 300\text{T/H}$ ； 2、测试原理：比色法、比浊法、散射比浊法、离子选择电极法； 3、同时分析项目： ≥ 95 个； 4、试剂盘： ≥ 145 个（单盘）、24 小时 2~8℃试剂仓连续冷藏； 5、试剂/样本针 试剂针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞功能；自动内、外壁清洗功能；样本针； 6、具有堵针（凝块）检测功能； 7、样本处理：具有急诊样本优先处理功能； 8、清洗系统：自动 8 阶温水清洗；携带污染率 $\leq 0.005\%$ ； 9、比色杯：永久性反应杯，反应杯 ≥ 165 个，支持单个更换； 10、搅拌系统：不少于 2 组独立搅拌系统，搅拌针不少于 4 根； 11. 联网功能：免费支持数据全兼容 LIS 系统、HIS 系统.
---	----------	---	---	---

现第四标段技术参数要求变更为:

9	全自动生化分析仪	1	台	1、检测速度：全自动随机任选分立式，单双试剂恒速 $\geq 800\text{T/H}$ ，ISE 模块 $\geq 300\text{T/H}$ ； 2、测试原理： 比色法、比浊法、离子选择电极法 ； 3、同时分析项目： ≥ 95 个； 4、试剂盘： ≥ 145 个（单盘）、24 小时 2~8℃试剂仓连续冷藏； 5、试剂/样本针 试剂针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞功能；自动内、外壁清洗功能；样本针； 6、具有堵针（凝块）检测功能； 7、样本处理：具有急诊样本优先处理功能； 8、清洗系统：自动 8 阶温水清洗； 携带污染率$\leq 0.01\%$ ； 9、比色杯：永久性反应杯，反应杯 ≥ 165 个，支持单个更换； 10、搅拌系统：不少于 2 组独立搅拌系统，搅拌针不少于 4 根； 11. 联网功能：免费支持数据全兼容 LIS 系统、HIS 系统.
---	----------	---	---	---

襄城县卫生健康委员会襄城县医共体资源共享中心和中心药房建设采购项目(第二批)第五标段技术

参数变更内容

原第五标段招标文件中的参数:

15	全自动生化分析仪	1	台	1、检测速度：全自动随机任选分立式，单双试剂恒速 $\geq 800\text{T/H}$ ，ISE 模块 $\geq 300\text{T/H}$ ； 2、测试原理：比色法、比浊法、散射比浊法、离子选择电极法； 3、同时分析项目： ≥ 95 个； 4、试剂盘： ≥ 145 个（单盘）、24 小时 2~8℃试剂仓连续冷藏； 5、试剂/样本针 试剂针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞功能；自动内、外壁清洗功能；样本针； 6、具有堵针（凝块）检测功能； 7、样本处理：具有急诊样本优先处理功能； 8、清洗系统：自动 8 阶温水清洗；携带污染率 $\leq 0.005\%$ ； 9、比色杯：永久性反应杯，反应杯 ≥ 165 个，支持单个更换； 10、搅拌系统：不少于 2 组独立搅拌系统，搅拌针不少于 4 根； 11. 联网功能：免费支持数据全兼容 LIS 系统、HIS 系统
----	----------	---	---	--

现第五标段技术参数要求变更为:

15	全自动生化分析仪	1	台	1、检测速度：全自动随机任选分立式，单双试剂恒速 $\geq 800\text{T/H}$ ，ISE 模块 $\geq 300\text{T/H}$ ； 2、测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法； 3、同时分析项目： ≥ 95 个； 4、试剂盘： ≥ 145 个（单盘）、24 小时 2~8℃试剂仓连续冷藏； 5、试剂/样本针 试剂针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞功能；自动内、外壁清洗功能；样本针； 6、具有堵针（凝块）检测功能； 7、样本处理：具有急诊样本优先处理功能； 8、清洗系统：自动 8 阶温水清洗； 携带污染率$\leq 0.01\%$； 9、比色杯：永久性反应杯，反应杯 ≥ 165 个，支持单个更换； 10、搅拌系统：不少于 2 组独立搅拌系统，搅拌针不少于 4 根； 11. 联网功能：免费支持数据全兼容 LIS 系统、HIS 系统
----	----------	---	---	---