

ZFCG-G2026090 号 许昌市中心医院“许昌市中心医院体外膜肺设备项目”更正公告

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：许财招标采购-2026-110
- 2、原公告的采购项目名称：许昌市中心医院体外膜肺设备项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2026年9月14日，《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《许昌市人民政府门户网站》
- 4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2026年10月15日08时30分（北京时间）

二、更正信息

- 1、更正事项：☐ 采购公告 ☒ 采购文件

- 2、原采购信息内容：

（1）第二章项目需求二、采购清单序号1“体外膜肺（ECMO）”技术规格及主要参数中：

“▲8. 离心泵转速 5500rpm，转速可调。（大于 5500rpm 为优于）”

现变更为：

“8. 离心泵最高转速 $\leq 6000\text{rpm}$ 且 $\geq 3000\text{rpm}$ ，离心泵转速可调。（离心泵最高转速数值在此区间范围内为满足）”

（2）第二章项目需求二、采购清单序号1“体外膜肺（ECMO）”技术规格及主要参数中：



“10. 流量监测为无创夹持式传感器，可实现流量的实时监测。”

现变更为：“▲10. 流量监测为无创夹持式传感器 1 个，可实现流量的实时监测。（无创夹持式传感器数量大于 1 个为优于）”

更正日期：2026年9月29日

三、其他补充事宜

请各投标人登录许昌市公共资源电子交易系统按照提示重新下载文件制作投标文件。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：许昌市中心医院

地址：许昌市文轩路 666 号

联系人：陈惠霞

联系电话：0374-3353703

2. 采购代理机构信息名称：许昌市政府采购服务中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心 C 座

联系人：许昌市政府采购服务中心

联系方式：0374-2968687

3. 项目联系方式

项目联系人：李先生

联系方式：0374-2968687

