

襄城县卫生健康委员会襄城县医共体资源共享中心和中心药房建设采购项目(第一批)第二标段技术

参数变更内容

原第二标段招标文件中的参数:

8	全自动生化分析仪	1	台	1、检测速度: 全自动随机任选分立式, 单双试剂恒速 $\geq 800\text{T/H}$, ISE 模块 $\geq 300\text{T/H}$; 2、测试原理: 比色法、比浊法、散射比浊法、离子选择电极法; 3、同时分析项目: ≥ 95 个; 4、试剂盘 : ≥ 145 个(单盘)、24 小时 2~8℃试剂仓连续冷藏; 5、试剂/样本针 试剂针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞功能; 自动内、外壁清洗功能; 样本针; 6、具有堵针(凝块)检测功能; 7、样本处理: 具有急诊样本优先处理功能; 8、清洗系统: 自动 8 阶温水清洗; 携带污染率 $\leq 0.005\%$; 9、比色杯: 永久性反应杯, 反应杯 ≥ 165 个, 支持单个更换; 10、搅拌系统: 不少于 2 组独立搅拌系统 , 搅拌针不少于 4 根; 11、联网功能: 免费支持数据全兼容 LIS 系统、HIS 系统
---	----------	---	---	--

现第二标段技术参数要求变更为:

8	全自动生化分析仪	1	台	1、检测速度: 全自动随机任选分立式, 单双试剂恒速 $\geq 800\text{T/H}$, ISE 模块 $\geq 300\text{T/H}$; 2、测试原理: 比色法、比浊法、离子选择电极法; 3、同时分析项目: ≥ 95 个; 4、试剂盘 : ≥ 145 个(单盘)、24 小时 2~8℃试剂仓连续冷藏; 5、试剂/样本针 试剂针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞功能; 自动内、外壁清洗功能; 样本针; 6、具有堵针(凝块)检测功能; 7、样本处理: 具有急诊样本优先处理功能; 8、清洗系统: 自动 8 阶温水清洗; 携带污染率 $\leq 0.01\%$; 9、比色杯: 永久性反应杯, 反应杯 ≥ 165 个, 支持单个更换; 10、搅拌系统: 不少于 2 组独立搅拌系统 , 搅拌针不少于 4 根; 11、联网功能: 免费支持数据全兼容 LIS 系统、HIS 系统
---	----------	---	---	---