

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号：襄财招标采购-2026-41

项目名称：襄城县医共体资源共享中心和中心药房建设采购 项目(第二批)第
三标段

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	便携式彩色多普勒超声	迈瑞/Crius ME7P	符合招标要求，技术规格偏离表	台	1	358000.00	358000.00	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
2	心脏彩超	迈瑞/ResonaI8	符合招标要求，技术规格偏离表	台	1	905000.00	905000.00	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
3	急救车(负压式)	宇通/ZK5033XJH36H	符合招标要求，技术规格偏离表	辆	2	315000.00	630000.00	宇通客车股份有限公司
4	C臂X光机	普爱/PLXC2218	符合招标要求，技术规格偏离表	台	1	690000.00	690000.00	南京普爱医疗设备股份有限公司
5	数字化X线摄影系统	迈瑞/DigiEye350	符合招标要求，技术规格偏离表	台	1	483000.00	483000.00	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
6	角膜曲率计	苏州六六/YZ38	符合招标要求，技术规格偏离表	台	1	26000.00	26000.00	苏州六六视觉科技股份有限公司
7	眼科AB超	天津迈达/MD-2200S	符合招标要求，技术规格偏离表	台	1	130000.00	130000.00	天津迈达医学科技股份有限公司
8	骨科器械	山东新华	符合招标要求，技术规格偏离表	台	1	200000.00	200000.00	山东新华健康产业有限公司

襄城县医共体资源共享中心和中心药房建设采购 项目(第二批)-投标文件

9	全自动生化分析仪	深圳迈瑞/BS-1100M	符合招标要求, 技术规格偏离表	台	1	126000.00	126000.00	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
10	呼吸机	深圳迈瑞/SV300	符合招标要求, 技术规格偏离表	台	1	140000.00	140000.00	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
11	电子纤维结肠镜	深圳开立/X-2200	符合招标要求, 技术规格偏离表	台	1	492000.00	492000.00	深圳开立生物医疗科技股份有限公司
12	电子纤维胃-十二指肠镜	深圳开立/X-2200	符合招标要求, 技术规格偏离表	台	1	480000.00	480000.00	深圳开立生物医疗科技股份有限公司
13	腹腔镜	迈瑞/UX3-NOR	符合招标要求, 技术规格偏离表	台	1	873000.00	873000.00	武汉迈瑞生物医疗科技有限公司
14	显微镜	苏州速迈/oms2650	符合招标要求, 技术规格偏离表	台	2	200000.00	400000.00	苏州速迈医学科技股份有限公司、苏州睿视医疗科技有限公司
		苏州睿视/Roms100						
15	超短波治疗仪	安徽语路/YK-C-VI	符合招标要求, 技术规格偏离表	台	2	40000.00	80000.00	安徽康达智能科技有限公司
16	蜡泥疗制备系统	安徽语路康达/AMW-E	符合招标要求, 技术规格偏离表	套	1	250000.00	250000.00	安徽康达智能科技有限公司
17	电脑牵引床	渡康/DK-601	符合招标要求, 技术规格偏离表	台	2	30000.00	60000.00	石家庄渡康医疗器械有限公司
合计		大写：陆佰叁拾贰万叁仟元整 小写：6323000.00 元						

投标人（并加盖公章）：河南九州通医疗器械有限公司

4.2 技术规格偏离表

项目编号：襄财招标采购-2026-41

项目名称：襄城县医共体资源共享中心和中心药房建设采购 项目(第二批)第
三标段

序号	货物名称	招标文件技术规格及主要参数	投标技术规格及主要参数	偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	偏离内容说明
一	便携式彩色多普勒超声				
1.	二维灰阶模式：				
1.1		数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D $\geq$ 12 bit；	数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D 12 bit；	无偏离	详见规格书 Crius ME7P 系列系列第 3 页 4.1
1.2		最大显示深度： $\geq$ 33cm；	最大显示深度：40cm	正偏离	详见规格书 Crius ME7P 系列 P 第 4 页 4.4 最大显示深度：40cm，便于大体重患者检查使用。
1.3		物理滑动 TGC： $\geq$ 8 段，LGC： $\geq$ 4 段；	支持滑动调节 TGC：8 段，LGC：8 段；	正偏离	详见规格书 Crius ME7P 系列系列第 4 页 4.4LGC：8 段更加灵敏，调节更加精准。
1.4		动态范围 $\geq$ 230db，可视可调；	动态范围 30-350db，可视可调；	正偏离	详见规格书 Crius ME7P 系列系列第 4 页 4.4 动态范围 30-350db，图像层次更丰富。
1.5		增益调节：B/M/D 分别独立可调， $\geq$ 100；	增益调节：B/M/D 分别独立可调，0-100；	无偏离	详见规格书 Crius ME7P 系列系列第 4 页 4.4
1.6		凸阵探头，全视野，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率 $\geq$ 20 帧/秒；	凸阵探头，全视野，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率 25 帧/秒；	正偏离	详见下方附图 1 凸阵探头，全视野，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率 25 帧/秒；帧率更