

第三次全国土壤调查实验室建设 项目验收报告

I

设备名称：电感耦合等离子体质谱仪

使用单位：测试中心

使用部门负责人：王文韬

管理部门负责人：郭军政

验收日期：2023年12月6日

2023年12月

一、设备基本情况

名称	电感耦合等离子体质谱仪	规格型号	7850
生产厂商	安捷伦科技贸易(上海)有限公司	资金来源	财政资金
销售厂家	河南科教仪器设备有限公司		
数量	1台(套)	总价	人民币 1160000.00 元
代理机构	河南科教仪器设备招标有限公司		
采购编号	豫财磋商采购 2023-949		
使用部门	测试中心	负责人	王文韬

二、验收记录

(一) 外观、数量等验收情况			
项目内容	是	否	
1、内外包装(完好,无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况)	✓		
2、设备及附件外型(无残损、锈蚀、碰伤等)	✓		
3、主机、附件的型号、规格、配置和数量等(与合同、招投标文件、装箱单等相符)	✓		
随机资料(如设备说明书、操作规程、检修手册、产品合格证等)齐全	✓		
(二) 主要配置及备件登记			
序号	品目及型号	单位	数量
1	主机	台	1
2	原厂配置计算机系统及激光打印机	套	1
3	原厂雾室半导体控温装置	个	1
4	进样蠕动泵管	根	12
5	PFA 进样管	米	5
6	仪器安装调试溶液包、仪器专用工具等附件	套	1
7	原厂多元素内标混合液、多元素调谐液	瓶	各 1
8	原厂机械泵泵油	L	2
9	UPS 稳压电源	台	1
10	配套氦气钢瓶及减压阀 1 套、配 3 瓶高纯氦气(含减压阀 1 个)	套	1
11	配套冷却循环水	套	1
12	采样锤, NI 材质	套	2
13	截取锥, NI 材质	套	2
14	石英中心管	套	1

15	采样锤石墨垫圈 (20 片/包)	包	1
16	石英炬管	套	1
(三) 技术资料			
序 号	名 称	单 位	数 量
1	配置清单	1	1
2	仪器使用说明书	1	1
3	出厂检定证书	1	1
(四) 验收情况记录			
设备完整 配件齐全			
验收人 (签名): 毛文松			

三、技术验收记录

技术参数满足招标文件要求
负责人 (签名): 毛文松

四、验收结论

验收意见	验收合格		
验收组成员	姓 名	部 门	签 名
	毛文松	测试中心	毛文松
	陈超阳	测试中心	陈超阳
	邵军红	财务资产部	邵军红
	朱文清	纪检监察部	朱文清

第三次全国土壤调查实验室建设 项目验收报告

II

设备名称：全自动吹扫捕集仪

使用单位：测试中心

使用部门负责人：王文韬

管理部门负责人：郭军政

验收日期：2023年12月6日

2023年12月

一、设备基本情况

名称	全自动吹扫捕集仪	规格型号	PTC-86
生产厂商	北京聚芯追风科技有限公司	资金来源	财政资金
销售厂家	河南科教仪器设备有限公司		
数量	1台(套)	总价	人民币 170000.00 元
代理机构	河南科教仪器设备招标有限公司		
采购编号	豫财磋商采购 2023-949		
使用部门	测试中心	负责人	王文韬

二、验收记录

(一) 外观、数量等验收情况			
项目内容	是	否	
1、内外包装(完好,无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况)	✓		
2、设备及附件外型(无残损、锈蚀、碰伤等)	✓		
3、主机、附件的型号、规格、配置和数量等(与合同、招投标文件、装箱单等相符)	✓		
随机资料(如设备说明书、操作规程、检修手册、产品合格证等)齐全	✓		
(二) 主要配置及备件登记			
序号	品目及型号	单位	数量
1	全自动吹扫捕集仪	套	1
2	氮吹仪(10位以上)	套	1
3	24位固相萃取装置+真空泵	套	1
4	40ml样品瓶(100个/套)	套	1
5	40ml样品瓶瓶盖垫(100个/套)	套	1
6	传输线	根	1
7	与GC连线通讯线	根	1
(三) 技术资料			
序号	名称	单位	数量
1	配置清单	1	1
2	仪器使用说明书	1	1
3	出厂检定证书	1	1
(四) 验收情况记录			

设备完整 附件齐全

验收人(签名):

王义彬

三、技术验收记录

标书内容完整 招标文件要素

负责人(签名):

王义彬

四、验收结论

验收意见	验收合格		
	姓名	部门	签名
验收组成员	王义彬	测试中心	王义彬
	陈超阳	测试中心	陈超阳
	邵军	财务资产部	邵军
	张光敏	纪检监察法务部	张光敏
使用单位意见	同意验收		
	使用单位负责人签名:	王义彬	2021年 12月 6日

设备管理部门意见	<p>验收合格</p> <p>负责人签名: 陈超阳 2023年12月6日</p>
使用保管人签字	<p>陈超阳</p>

第三次全国土壤调查实验室建设 项目验收报告

III

设备名称：全自动压力试验机

使用单位：测试中心

使用部门负责人：王文韬

管理部门负责人：郭军政

验收日期：2023年12月6日

2023年12月

一、设备基本情况

名称	全自动压力试验机	规格型号	YAW-2000
生产厂商	济南中路昌试验机制造有限公司	资金来源	财政资金
销售厂家	河南科教仪器设备有限公司		
数量	1台(套)	总价	人民币 71600.00 元
代理机构	河南科教仪器设备招标有限公司		
采购编号	豫财磋商采购 2023-949		
使用部门	测试中心	负责人	王文韬

二、验收记录

(一) 外观、数量等验收情况			
项目内容		是	否
1、内外包装(完好,无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况)			
2、设备及附件外型(无残损、锈蚀、碰伤等)			
3、主机、附件的型号、规格、配置和数量等(与合同、招投标文件、装箱单等相符)			
随机资料(如设备说明书、操作规程、检修手册、产品合格证等)齐全			
(二) 主要配置及备件登记			
序号	品目及型号	单位	数量
1	岩石变角剪切夹具	套	1
2	岩石引伸计	套	1
3	变频岩石全自动切割机	套	1
4	岩石双端面磨平机	套	1
5	激光打印机	套	1
6	软件测控系统	套	1
7	伺服泵油源系统	套	1
8	岩石抗拉(巴西霹雳)辅具一套	套	1
(三) 技术资料			
序号	名称	单位	数量
1	配置清单	1	1
2	仪器使用说明书	1	1
3	出厂检定证书	1	1
(四) 验收情况记录			

设备完整、附件齐全

验收人（签名）：

王文书

三、技术验收记录

技术资料齐全完好

负责人（签名）：

王文书

四、验收结论

验收意见	验收合格。		
验收组成员	姓名	部门	签名
	王文书	测试中心	王文书
	陈超阳	测试中心	陈超阳
	邵军红	物资供应部	邵军红
	任林松	纪检监察部	任林松
使用单位意见	同意验收。		
	使用单位负责人签名：王文书 2023 年 12 月 6 日		

设备管理部门意见	<p>✓ 验收合格</p> <p>负责人签名:  2023年12月6日</p>
使用保管人签字	<p>陈超阳</p>

第三次全国土壤调查实验室建设 项目验收报告

IV

设备名称：智能一体化蒸馏仪

使用单位：测试中心

使用部门负责人：王文韬

管理部门负责人：郭军政

验收日期：2023年12月6日

2023年12月

一、设备基本情况

名称	智能一体化蒸馏仪		规格型号	DH5160
生产厂商	德合创睿科学仪器（青岛）股份有限公司		资金来源	财政资金
销售厂家	河南科教仪器设备有限公司			
数量	1台（套）	总价	人民币 60000.00 元	
代理机构	河南科教仪器设备有限公司			
采购编号	豫财磋商采购 2023-949			
使用部门	测试中心	负责人	王文韬	

二、验收记录

(一) 外观、数量等验收情况			
项目内容		是	否
1、内外包装（完好，无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况）			
2、设备及附件外型（无残损、锈蚀、碰伤等）			
3、主机、附件的型号、规格、配置和数量等（与合同、招投标文件、装箱单等相符）			
随机资料（如设备说明书、操作规程、检修手册、产品合格证等）齐全			
(二) 主要配置及备件登记			
序号	品目及型号	单位	数量
1	主机	台	1
2	冷水机	台	1
3	生化培养箱（50L）	个	1
4	高压灭菌锅（20L）500ML 两口烧瓶	个	12
5	冷凝管	个	6
6	250ML 接收瓶	个	6
7	200G 砝码	个	1
8	电源线	根	1
9	其他备品备件	套	1
(三) 技术资料			
序号	名称	单位	数量
1	配置清单	1	1

2	仪器使用说明书	1	1
3	出厂检定证书	1	1

(四) 验收情况记录

设备完整, 配件齐全

验收人(签名): 飞文松




三、技术验收记录

技术指标满足招标文件要求

负责人(签名): 飞文松

四、验收结论

验收意见	同意验收		
验收组成员	姓名	部门	签名
	飞文松	测试中心	飞文松
	陈超阳	测试中心	陈超阳
	郭军政	财务资产部	郭军政
	张光敏	纪检监察部	张光敏

<p>使用单位意见</p>	<p>同意接收</p> <p>使用单位负责人签名:  2023年12月6日</p>
<p>设备管理部门意见</p>	<p>OK</p> <p>负责人签名:  2023年12月6日</p>
<p>使用保管人签字</p>	<p></p>