

招标办:	器械科:
使用科室:	

## 设备购销合同

甲方（需方）：河南中医药大学第一附属医院

乙方（供方）：国药控股河南医疗器械有限公司

依据 河南中医药大学第一附属医院新院区重症医学科、急诊科、PICU、消毒供应中心吊塔采购项目 采购（招标/项目编号：豫财招标采购-2023-905）的招标（谈判）结果，现依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规、规章规定的内容，为明确供、需双方责任，双方达成如下协议：

### 1、合同标的与合同价格

品名	制造商	规格型号	质保期	数量	单价 (元)	金额 (元)
医用吊塔系统 (干湿分离吊桥)	南京迈瑞生物 医疗电子有限公 司	HyPort B80-II	5年	20套	39900	798000
医用吊塔系统 (单臂吊塔)	南京迈瑞生物 医疗电子有限 公司	HyPort B30	5年	9套	18000	162000
医用吊塔系统 (消毒供应中 心吊塔)	南京迈瑞生物 医疗电子有限 公司	HyPort B30	5年	4套	17500	70000

合同总价（小写）：人民币 1030000 元

合同总价（大写）：人民币壹佰零叁万元整

备注说明：

1、合同总价包括但不限于设备费、运至甲方指定地点的运输费、保险费、伴随服务费、安装调试费、质保期内的维修维护费（人为损坏的除外）、操作人员培训费、国家强制要求检验费用、税费等所产生的一切费用。

2、乙方向甲方提供由制造商（南京迈瑞生物医疗电子有限公司）出具对本合同项下设备全免费维保 5 年确认函。

3、合同货物的技术参数等详见合同附件。



## 2、质量要求和技术标准

2.1 质量要求：乙方应保证所供货物是全新的，未使用过的，并必须达到或高于招标（谈判）要求及投标（报价）承诺。

2.2 技术标准：合同货物应符合产品说明所述的技术规格和标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的国家标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.3 乙方保证，其提供的合同货物具备相关资质证明（证书），并且满足国内医疗行业管理的有关规定。

## 3、交货

3.1 交货方式：乙方负责送货到交货地点完成安装调试，并承担运输过程中发生的一切费用及风险。

3.2 交货期：合同签订之日起45个日历日内完成交货及安装调试。

3.3 交货地点：河南中医药大学第一附属医院新院区。

## 4、供货清单及包装、运输要求

4.1 供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（详情见合同附件）

4.2 包装及运输要求：

4.2.1 乙方所提供的全部货物是厂家出厂的原包装。

4.2.2 乙方提供的全部货物须采用相应标准及保护措施进行包装，这种包装方式适用于相应的运输方式，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以便保证货物安全运抵现场。货物在运输过程中所发生锈、损坏和丢失及其他任何损失由乙方承担责任和费用。

4.2.3 每件包装应附有详细装箱清单和质量合格证书。

## 5、验收

5.1 合同货物到达交货地点且乙方完成安装、调试工作后，甲乙双方同意，货物由甲方验收并以甲方的验收意见为准。合同货物安装调试后经甲方验收合格视为最终验收合格。

5.2 乙方应积极配合甲方建立确保货物安全运行的工作环境，并对完善相应的操作规范等工作制度提出专业性的意见和建议。

5.3 合同货物验收时，由甲方签署货物验收单。

5.4 乙方应派代表参与验收过程，乙方未派代表参与或对验收意见有异议但未在3个工作日内书面提出的，视为卖方对验收意见无异议。如乙方在验收完成后3个工作日内书面提出异议，以甲方委托的第三方验收意见为准。

5.5 最终验收合格后，乙方应在甲方要求的时间内直接交付甲方使用。合同货物交付使用前由乙方负责保管，合同货物的毁损或灭失风险由乙方承担。

5.6 甲方根据本合同约定提出换货、退货或解除合同的，乙方应在收到甲方通知后3个工作日内自行收回不符合合同约定的货物，并承担因退换货或解除合同所产生的一切费用。

## 6、售后服务

6.1 质保期为货物经最终验收合格之日起60个月。质保期内，乙方向甲方提供免费服务（若设备有主机系统软件还应提供免费主机系统软件升级）和免费更换（人为损坏除外）。

6.2 故障响应时间：在质保期内接到甲方通知后，乙方需在24小时内到达，48小时内修复；48小时内无法修复的，乙方提供相应配置的代用设备或更换新设备，以保证甲方工作生产部中断，其中发生一切费用由乙方承担。特殊情况下，由乙方与甲方协商，并经甲方同意后在双方约定的时间内完成设备的修复或更换。

6.3 质保期内，设备开机率须 $\geq 98\%$ 。若 $90\% \leq \text{设备开机率} < 98\%$ ，则质保期按1:3延长；若 $80\% \leq \text{设备开机率} < 90\%$ ，则免费保修期按1:5延长；若设备开机率 $< 80\%$ ，乙方应予以无条件退货。

6.4 质保期结束后，乙方仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费，零配件价格不得高于市场同类产品价格。乙方保证能长期提供维修配件，具体的维修服务协议待质保期满另行签订。

6.5 回访及不定期维修：乙方承诺对所有维修服务工作进行定期回访（每月一次），乙方应每3个月向甲方提供维修服务，维修报告应包括每次维修或保养到场时间、维修持续时间、故障地方、更换的配件等，并接受甲方的监督和检查。甲方可根据合同货物的使用情况要求乙方在规定时间内免费为合同货物进行检修、日常维护及保养服务，以保证合同货物的长期正常使用。

6.6 技术培训: 乙方应向甲方免费提供合同货物的操作使用及基础维护的培训, 直至使用单位的技术人员能完全掌握设备操作技能。

6.7 技术资料: 乙方应向甲方提供完整的中文技术资料, 包括: 产品验收标准, 技术说明书, 使用说明书, 操作手册, 设备安装调试材料, 安装维修手册, 维修线路原理图及其维修资料, 零部件目录, 备品备件易耗件清单(含价格)及专用工具清单(如有的话), 代理商与厂家之间的维保合同(如乙方为设备代理商)等文件资料。

## 7、付款条件与方式

### 7.1 付款条件

乙方同意, 甲方按 7.2 约定的付款进度将相应款项汇入乙方指定账户。乙方账户信息如下:

户 名: 国药控股河南医疗器械有限公司

开户银行: 中国银行股份有限公司郑州航海东路支行

账 号: 2624 3092 2641

7.2 履约保证金及付款方式: 采用以下 7.2.2 方式。

#### 7.2.1 无履约保证金

7.2.1.1 甲方验收合格并实际交付使用后 / 个工作日内, 甲方凭乙方开具的 100% 合同总价的增值税普通发票(一般纳税人)及双方签署的《采购合同》向乙方支付至合同总价的 / %, 即: 人民币¥ / 元(大写人民币: 元整)。

7.2.1.2 预留合同总价的 / % 作为质量和售后服务保证金, 待设备验收合格并安全运行一年(自验收合格之日起计算), 如无质量及售后服务等其他违约事项, 甲方应在本条前述期满后 / 个工作日内向乙方支付剩余合同金额。

#### 7.2.2 履约保证金

7.2.2.1 合同签订前, 乙方向甲方支付合同总额的 5%, 计人民币 51500 元(大写人民币: 伍万壹仟伍佰 元整) 作为履约保证金。

7.2.2.2 甲方验收合格并实际交付使用后 90 个工作日内, 甲方凭乙方开具的 100% 合同总价的增值税普通发票(一般纳税人)及双方签署的《采购合同》向乙方支付至合同总价的 100%, 即: 人民币 1030000 元(大写人民币: 壹佰零叁万 元整)。待设备验收合格并安全运行 5 年(自验收合格之日起计算),

如无质量及售后服务等其他违约事项，甲方向乙方无息退还履约保证金。

## 8. 知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方和使用单位无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

## 9. 违约责任

9.1 乙方未能按时交货或未能按时交付使用的，每逾期一日，乙方应支付逾期交货货款1%违约金。逾期超过30个日历日，甲方有权单方解除本合同，乙方应另外支付合同总价5%的违约金。

9.2 合同货物验收不合格的，甲方有权选择解除合同或换货。如甲方选择换货，乙方重新供货导致的交货延期的，按9.1条处理；若甲方选择单方解除合同的，乙方支付合同总价5%的违约金。

9.3 乙方提供的货物不符合2.3条规定，在合同货物最终验收合格前发现的，按9.2条处理；在合同货物最终验收合格后发现的，甲方有权退货，如甲方已支付货物价款，乙方应在甲方规定的时间内予以返还，此外，乙方应另外向甲方支付合同总价5%的违约金（如验收合格后发现货物不合格，由甲方委托的第三方鉴定确认）。

9.4 乙方的投标（报价）资料有弄虚作假、隐瞒事实内容等情形，在合同货物最终验收合格前发现的，按9.2条处理；在合同货物最终验收合格后发现的，甲方有权退货，如甲方已支付货物价款，乙方应在甲方规定的时间内予以返还，此外，乙方应另外向甲方支付合同总价5%的违约金。（如验收合格后发现货物不合格，由甲方委托的第三方鉴定确认）。

9.5 因乙方原因导致退换货的，乙方应承担退换货所需的一切费用。如乙方未在规定的时间内收回不合格的货物，甲方不对上述货物的灭失或损坏承担任何责任。如乙方逾期超过30个日历日仍未收回的，甲方有权自行处理上述货物。

9.6 质保期内，若乙方实际的维修响应（到达现场）时间不满足本合同要求的，每次应支付1%违约金，甲方有权另聘第三方对设备提供技术维修服务，由此产生的维修费用由乙方承担；乙方未按照本合同其他要求及投标（报价）文

件售后服务承诺书的条款履行义务的，每次应支付1%违约金。

9.7 除本合同另有约定外，在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出违约通知后10个日历日内乙方仍未纠正其任何一种违约行为，甲方有权单方解除本合同，乙方除应退还甲方已支付的款项外，还应向甲方支付合同总价5%的违约金。

9.8 本合同约定的违约金无法弥补甲方损失的，乙方应继续承担相应的赔偿责任。甲方有权直接从未付的款项中扣除乙方根据本合同应付未付的违约金，赔偿金等。

## 10、不可抗力

10.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管部门证明后的15个日历日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

10.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为；法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

10.3 当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

## 11、保密及廉洁条款

11.1 保密条款：双方应对本协议的内容（包括补充协议）及在本协议的签订、履行过程中获悉的对方所有商业信息（秘密信息）和相关资料承担保密义务，未经对方的事先书面同意，不得向第三方透露或以履行本合同以外的目的使用相关秘密信息，造成损失的应向对方承担赔偿责任。

11.2 廉洁条款：双方员工不得以任何形式向对方相关人员提供回扣或返利。对于一方员工未经授权擅自向另一方做出的承诺，双方一概不予承认，由此造成的损失，由过错方自行承担。

## 12、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

13、合同纠纷处理方式

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议,由双方友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1 招标文件、投标文件和招标现场谈判补充的条款是本合同的有效组成部分,具有与本合同同等的法律效力。

14.2 上述条款如有未尽事宜,应经过双方协商一致后以书面补充,作为附件,具有与本合同同等的法律效力。

14.3 本合同一式 柒 份,甲方执 伍 份,乙方执 贰 份,具有同等法律效力。

14.4 本合同自双方签订并加盖公章之日起生效。

甲 方:河南中医药大学第一附属医院

乙 方:国药控股河南医疗器械有限公司

单位地址:郑州市人民路19号

单位地址:郑州经济技术开发区航海东路1210号亚太  
代广场A座写字楼:



法定代表人:

法定代表人:

授权代表:

王海峰

授权代表:

刘立刚

签订时间:

2023.12.4

签订时间:

2024.12.4

电 话:

0371-66233134

电 话:

开户银行: 中国工商银行郑州花园路支行

开户银行: 中国银行股份有限公司  
郑州航海东路支行

账 号:

1702020609008904944

账 号:

2624 3092 2641

附件: 1、设备技术参数;

2、设备配置单;

3、预防性维修计划(质保期内每年什么时间进行几次维保、每次维保的项目内容)



## 1、设备技术参数

### 1) 迈瑞 HyPort B80-II 干湿分离吊桥技术参数

1. 迈瑞吊塔通过了 ISO9001 认证、13485 认证；确保安全医用电气设备；气、电分离符合标准，确保安全；

2. HyPortB80-II 吊桥使用国标气源终端，气体终端均为不同颜色和不同形状的国际标识色予以区分，防止误操作。具有 Standby（原位待接通状态）功能，能带气维修。所有气体终端插拔次数都在 50000 次以上；

3. HyPortB80-II 吊桥主体材料为高强度、耐腐蚀的铝合金型材 6005，防腐性高、易清洗，模具化生产，有更好的抗断裂韧性，采用表面抗菌设计；

4. HyPortB80-II 吊桥配置病人基本信息显示屏 1 个，解决传统吊桥没有患者信息显示功能；

5. HyPortB80-II 吊桥气源接口都安装在箱体两侧，强弱电接口安装在塔体两侧，气电分离式设计，保证设备的使用安全；

6. HyPortB80-II 吊桥配置灯光系统 1 套，具备夜间照明，日常照明，辅助照明功能；

### 7. 湿区配置如下：

(1) 输液泵架 1 套（左右移动距离 500mm）

(2) 电源插座 6 个（220V, 10A）

(3) 网络接口 RJ45 1 个；

(4) 预留信息接口 3 个；

(5) 注射泵杆 1 个；

(6) 旋转角度：340° ；

### 8. 干区配置如下：

(1) 整体式终端箱体；

(2) 迈瑞 HyPortB80-II 吊桥配有仪器平台 (带抽屉): 固定操作平台 2 层, 操作平台两侧带嵌入式标准边轨, 带储物抽屉, 内藏式电源插座 3 个/层 (220V, 10A), 网络接口 RJ45 1 个/层;

(3) 旋转角度:  $340^{\circ}$  ;

(4) 迈瑞 HyPortB80-II 吊桥滑车自带机械阻尼刹车制动, 定位精准

(5) 内藏式电箱 1 个: 电源插座 7 个 (220V、10A); 等电位接地端子 2 个; 网络接口 1 个; 信息模块 2 个 (预留选装 VGA、RJ45、RJ11 等接口);

(6) 听诊器挂架 1 个, 自控手电筒 1 个, 吸痰导管盒 1 个;

(7) 监护仪管线固定夹 1 个;

(8) 输液架 1 个;

10. 气体终端标准配置: 氧气 2 个、负压吸引 2 个、压缩空气 2 个;

11. 气体终端自带维修阀, 能够自行关闭。维修时不影响其他终端使用。

## 2) 迈瑞 HyPort B30 单臂吊塔技术参数

1. 迈瑞吊塔通过 ISO9001 认证、13485 认证; 属安全医用电气设备; 气、电分离符合标准, 确保安全;

2. HyPortB30 吊塔使用国标气源终端, 气体终端均为不同颜色和不同形状的国际标识色予以区分, 防止误操作。具有 Standby (原位待接通状态) 功能, 能带气维修。所有气体终端插拔次数都在 50000 次以上;

3. HyPortB30 吊塔主体材料为高强度、耐腐蚀的铝合金型材 6005, 防腐性高、易清洗, 模具化生产, 有更好的抗断裂韧性, 采用表面抗菌设计;

4. HyPortB30 吊塔横臂活动范围 (半径): 750mm;

5. HyPortB30 吊塔水平旋转角度:  $340^{\circ}$  , 横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转;

6. HyPortB30 吊塔配有仪器平台 2 层, 两侧带嵌入式标准边轨, 带储物抽屉;

7. 气体接口标准配置: 氧气 2 个、负压吸引 2 个、压缩空气 1 个;

8. 电源插座 12 个 (220V、10A); 等电位接地端子 2 个; 网络接口 1 个; 信息模块 2 个 (预留选装 VGA、RJ45、RJ11 等接口)

9. 气体终端自带维修阀, 能够自行关闭。维修时不影响其他终端使用。

### 3) 迈瑞 HyPort B30 消毒供应中心吊塔技术参数

1. HyPortB30 医用吊塔外壳防火等级为 UL94-V0 级;

2. HyPortB30 医用吊塔符合欧盟吊塔吊桥四倍承重系数安全负载要求;

3. HyPortB30 医用吊塔主体材料为高强度、耐腐蚀的铝合金型材 6005, 防腐性高、易清洗, 模具化生产, 有更好的抗断裂韧性, 并提供有型材检测报告, 采用表面抗菌设计;

4. 吊塔吊桥内所有医用软管为意大利原装进口医用气体管道, 医用软管符合 EN ISO 5359: 2014 标准;

5. 医用吊塔专用关节转动可达 10 万次无损坏。

6. 工作电源: AC220V、50Hz; 输入功率: 6KVA;

7. 柱体水平旋转角度:  $0\sim 340^{\circ}$  ;

8. 框架式箱体一个, 平台一层, 抽屉 1 个, 圆角防撞设计;

9. HyPortB30 气体接口: 防止内腔腐蚀生锈, 避免二次污染, 压缩空气 2 个; 喷嘴与枪体之间可以任意更换, 适合不同类型的管道; 耐受压力 0-0.8MPa

a. 接口颜色及形状不同, 具有防接错功能;

b. 插拔次数 5 万次以上;

c. 采用二次密封, 带三状态 (通、断、拔), 可带气维修;

10. LED 照明灯一个, 电源插座: 6 个 (220V/10A);

11. 等电位接地端子: 2 个;

12. 网络接口: RJ45 2 个;

13. 电脑悬臂：品牌壁挂式显示器支架，采用气动弹簧结构调整伸展，360° 全方位旋转，航空铝材 AL380 制造，表面白色光滑圆润，承重范围 8~16Kg；

14. HyPortB30 吊塔主体材料为高强度、耐腐蚀的铝合金型材 6005，防腐性高、易清洗，模具化生产，有更好的抗断裂韧性；

15. HyPortB30 医用吊塔表面处理采用静电喷涂；

16. HyPortB30 吊塔吸顶式安装，稳定牢固；

17. 气体终端自带维修阀，能够自行关闭。维修时不影响其他终端使用。

## 2、设备配置单

### 1) 迈瑞 HyPort B80-II 医用吊塔系统（干湿分离吊桥）配置清单/每套

序号	产品名称	数量
常规		
1	天花装饰罩	1
2	标识包	1
3	吊桥承重柱	1
4	II 型吊桥悬梁	1
5	信息屏	1
湿塔主体		
1	II 型吊桥滑车	1
2	连接柱	1
3	吊柱	1
湿塔附件		
1	灯光系统	1 套
2	延伸臂	2
3	输液泵架	1 套
4	注射泵杆	1
湿塔强弱电		
1	电源插座	6

2	等电位	2
3	RJ45 网络接口	1
4	预留信息接口	3
湿塔气体相关		
1	气体终端_氧气	2
2	气体终端_负压	1
3	气体终端_压缩空气	1
干塔主体		
1	II型吊桥滑车	1
2	连接柱	1
3	吊箱	1
干塔附件		
1	仪器托盘-单抽屉	2
2	延伸臂	1
3	输液架	1
4	听诊器挂架	1
5	自控手电筒	1
6	吸痰导管盒	1
7	管线固定夹	1
干塔强弱电		
1	电源插座	13
2	等电位	2
3	RJ45 网络接口	3
4	信息模块	2
干塔气体相关		
1	气体终端_氧气	2
2	气体终端_负压	2
3	气体终端_压缩空气	2

## 2) 迈瑞 HyPort B30 医用吊塔系统 (单臂吊塔) 配置清单/每套

序号	产品名称	数量
主体		
1	标识包	1
2	基座	1
3	天花装饰罩-单塔	1
4	机械单臂-Hyport B30-750mm	1
5	连接柱	1
6	吊柱	1
气体终端		
1	气体终端_氧气	2
2	气体终端_负压	2
3	气体终端_压缩空气	1
强弱电终端		
1	电源插座	12
2	等电位	2
3	RJ45 网络接口	1
4	信息模块	2
托盘		
1	导轨式托盘-单抽屉	2
附件		
1	延伸臂	1
2	输液架	1

## 3) 迈瑞 HyPort B30 医用吊塔系统 (消毒供应中心吊塔) 配置清单/每套

序号	产品名称	数量
主体		
1	标识包	1

2	基座	1
3	天花装饰罩	1
4	连接柱	1
5	吊箱	1
气体终端		
1	气体终端_压缩空气	2
强弱电终端		
1	电源插座	6
2	等电位	2
3	RJ45 网络接口	2
托盘		
1	仪器托盘-单抽屉	1
附件		
1	照明灯-LED	1
2	电脑悬臂	1

### 3、预防性维修计划

- 1、主机免费质保五年。
- 2、质保期内每季度由工程师提供 1 次设备维保工作，或可根据科室使用情况具体安排。
- 3、主要维保项目：
  - 1、及时收集客户建议及意见，努力完善，保证设备良性使用；
  - 2、对设备进行系统的诊断、校准、维护、保养、升级；
  - 3、向客户提供详细维护报告。包括每次维修或保养多长时间、维修持续时间、故障地方、更换的配件等，并接受甲方的监督和检查。
  - 4、质保期结束后，对设备提供终身维护服务。若需更换配件，只收取成本费，保证不收取上门费，人工费等。

