

化工学院政府采购合同履行验收报告（包2）

项目名称：郑州大学化工学院高熵合金纳米材料制备表征系统与电池测试系统原位微区 X 射线分析及形貌表征系统采购项目

资金来源：重点学科经费 合同金额：148.25 万元

中标供应商：四川天府雅都国际贸易有限公司

组织单位：国有资产管理处

验收工作组：国有资产管理处、财务处、审计处、学科与重点建设处

技术专家：秦瑞林、张宗培

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2023年12月12日，由国有资产管理处牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府招标采购“合同编号：“豫财招标采购-2023-1024-2”合同中涉及仪器设备系统的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由化工学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备系统。

三、工作组在验收中，发现：

除合同附件2中第8项电池测试仪型号编写有误，应按合同供货范围及分项价格表中第6项要求的供2个50mA的电池测试仪外，本次验收其他仪器设备的名称、型号规格、数量及性能与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

按合同供货范围及分项价格表中第6项要求的型号规格，把已经供的2个20mA的电池测试仪换成2个50mA的电池测试仪，本合同的仪器设备，基本符合合同的规定，予以通过验收。

采购单位项目负责人： 周震

采购单位主管领导： 张宗培

采购单位监督人： 张宗培

采购单位签章：

验收工作组签名：

张宗培 秦瑞林 张宗培
曹艳 闫冰 张宗培


中标供应商项目负责人： 白元飞

2023年12月12日

情况说明

尊敬的领导：

关于豫财招标采购-2023-1024 采购项目中的电池测试系统中第 8 项中规格型号名称描述有误，导致发货型号与标书型号出现不符问题。经老师确认后需将 2 台型号为 CT-4008Tn-5V20mA-HWX 更换为 CT-4008Tn-5V50mA-HWX，已经立即安排进行换货，并已送达。更换设备如下图型号。



特此说明，并对专家及老师带来的困扰深表歉意。

此致

敬礼！



日期：2023年12月13日