

医学科学院政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学医学科学院转化医学平台设备采购项目

资金来源：人才启动专项经费

合同金额：131.3 万元

中标供应商：河南武兴商贸有限公司

组织单位：国有资产管理处

验收工作组：国有资产管理处、财务处、审计处、学科与重点建设处

技术专家：范清堂、陈永

根据河南省财政厅豫财购【2010】24 号文件要求，2023 年 12 月 18 日，由国有资产管理处牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府采购“合同编号：“豫财竞谈-2023-66”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由医学科学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

仪器设备的性能合格测试报告不完善，本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量及性能与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

完善仪器设备的性能合格测试报告后，本合同的设备予以通过验收。

采购单位项目负责人：_____

采购单位主管领导：_____

采购单位监督人：_____

采购单位签章：_____

验收工作组签名：_____

_____ 陈永 马双林 王君丽
张宽治 牛瑞 曹艳

中标供应商项目负责人：_____

2023 年 12 月 18 日

郑州大学医学科学院转化医学平台设备采购项目

整改情况报告

在转化医学平台校内验收过程中，参与验收的技术专家指出需整改的如下问题：

大型设备的测试报告内容存在关键信息遗漏。

现就发现的问题进行如下整改：

补充测试工程师签名等关键信息。并后附相关的三个产品完善后的共三份测试报告。

经过整改，郑州大学医学科学院转化医学平台设备采购项目已符合合同要求，达到验收条件。

供应商：河南武兴商贸有限公司 张颐轩



项目单位（签字盖章）：

张利军



专家审核签字：

张利军