


三、专家论证意见

该设备主要用于有毒气体的分析。  
要求检测结果时间快，同时可靠。  
该设备检测时间一般在50s以上，  
尚不具备自动智能分析功能。为满足采  
购人对有毒气体的检测需求，同意采购  
检测时间更快的设备。

专家签字：



2023年12月27日