

三、专家论证意见

该院拟采购的呼吸机，进口产品性能稳定，控制速度快，最快35秒可唤醒病人且 PH 、 PaO_2 、 SpO_2 等值，为救治病人纠正酸中毒失偿提供实时数据支撑。国产呼吸机智能分析、自动综合计算，提供综合治疗方案，支持随时间的变化与呼吸调整分析图，助力精准控制治疗。

因此鉴于急救危重症者控制进口呼吸机具有以上优点，符合招标要求，国产呼吸机不具备上述功能，故申请购置进口设备。

专家签字：张爱兰

2023年12月27日