

## 血气分析仪：1 台

- \*1、实测参数：pH, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>, cCa<sup>2+</sup>, cCl<sup>-</sup>, cK<sup>+</sup>, cNa<sup>+</sup>, cGlu, cLac, ctHb, sO<sub>2</sub>, F02Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ctBil 等 17 项实测参数
- 2、样本体积：≤65u1
- 3、样本类型：全血样本，注射器、毛细导管或安瓿瓶，无须适配器
- 4、进样方式：自动进样，无须适配器
- 5、测试速度：≤55 秒，每小时≥40 个样本
- 6、规格/测试数：带血氧及不带血氧测试卡，根据科室需要自由选择，测试规格包括 70 人份、100 人份、120 人份三种规格其中一项或多项
- 7、耗材效期：测试卡上机效期 30 天，试剂包上机效期 30 天
- 8、定标设置：自动执行气液双定标，保证结果准确性（需注册证证明）
- \*9、质控要求：内置自动质控且支持外部及第三方质控，提供质控结果，Levey-Jennings 质控图（需注册证证明试剂包内含质控品），且做质控不需消耗测试数。
- 10、电池：内置电池支持样本检测操作
- 11、支持连接医院 LIS 系统，包含接口费
- 12、原厂质保不少于八年。