

三、专家论证意见

该院采购的血气分析仪主要用于急危重患者的分析检测，对检测速度要求较高。进口设备最快35秒可以获取病人血PH、 PO_2 、 PCO_2 和 SO_2 等值，国产设备检测速度慢，达不到此要求。同时进口设备可自动混匀，确保结果准确。具有ADM自动质控系统，血气结果智能分析，支持随时间变化的多参数趋势分析图，综合技术性能优于国产设备。同意采购进口产品。

专家签字：

吴亚

2023年12月27日