

## 政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南省中西医结合医院
拟采购产品名称	血气分析仪
拟采购产品金额	5 万元
采购项目所属项目名称	河南省中西医结合医院急诊及重症医学科设备购置项目
采购项目所属项目金额	26.6 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
采用进口设备原因阐述： 1、样本分析时间短：设备主要用于急危重患者检测，该设备能最快 35 秒获取病人血 PH、PO <sub>2</sub> PCO <sub>2</sub> 、SaO <sub>2</sub> 等值，为救治病人纠正酸碱失衡提供实验室依据。 2、仪器自带自动混匀器，确保标本充分混匀，保证结果准确。 3、AQM 自动质控系统：将定标、质控和系统检测合三为一。 4、自动质控：每天高中低三个水平质控。 5、POCT 信息化管理系统：血气结果智能分析，自动综合计算，提供血气四/六步法判读；支持随时间变化的多参数趋势分析图，助力临床诊疗。 因该设备主要用于急危重患者检测，进口品牌具有以上优点，符合金标要求。目前国产设备达不到上述功能，故申请购置进口设备。	