

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	张仲景国医大学筹建处
拟采购产品名称	高速冷冻离心机
拟采购产品金额	6 万元
采购项目所属项目名称	张仲景国医大学筹建处基础医学院教学科研仪器设备采购项目
采购项目所属项目金额	3365.339 万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>离心机是利用离心力，分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。高速冷冻离心机主要有三大部件组成：转轴动力系统，制冷系统和转头系统，冷冻以保护样本成分性质不改变，丰富的转头配置满足实验室多种实验要求。温度控制的精确性和稳定性对样本的生物活性保持至关重要，进口离心机可以保证很好的温度精度和稳定性。进口离心机在高转速的情况下，可以提供丰富的转头配置，满足实验室多种试验的需求。国产离心机无法兼顾全面，将三个部分有机组合，能适用于高转速下的转头配置单一，无法满足实验室高通量实验的要求。另外，离心机的安全问题也需要关注，高转速下，转头质量不好会发生破裂，威胁使用人员的人身安全。为了保障安全，提高实验质量申请购买该进口设备。</p>	

三、专家论证意见

该项目为张仲景国医大学新建的基础医学教学
条件仪器设备采购项目，根据《政府采购进口
产品管理办法》第40条，经调查，该采购产品
所需的技术、使用性能、适用性、国内产品
无法完全替代。同时，经调查，该产品不在“禁止
进口产品、技术目录”中，经调查，为依法必须采
购，应采购进口产品。

专家签字：

陈

2024年1月21日

三、专家论证意见

采购人拟采购的产品,是为了满足教学、科研等工作需要。为此,对产品技术参数提出了较高要求,确保安全、稳定、高效、精准。经专家组认真、细致地论证,一致认为,当前国内同类产品无法在技术层面满足采购人的要求标准。根据《政府采购法》第十九条第一款,及《政府采购进口产品管理办法》第九条规定,本项目符合法定,且不属于《中国禁止进口限制进口技术目录》规定的禁止进口、限制进口范畴,同意采用进口方式采购。

专家签字:

赵河善

2024年1月21日

三、专家论证意见

为张仲景国医大学重大教研项目及教学任务，
该产品的存在安全性、稳定性、精度、性能等
方面更优越更强大。此产品比之同类产品更
能满足市场需求。且不属于《中国禁止出口技术
目录》中的产品。依据《政府补贴办法》第七条及《政
府补贴办法》管理办法》第七条，应予以补贴。

专家签字：

张仲景

2024年3月24日

三、专家论证意见

本项目拟采购产品不属于《中国禁止进口技术目录》中的产品；该产品在测量的准确性、数据对接的通用性、实验的可重复性、数据的准确性、样品的兼容性以及安全性等方面能够满足采购人教学与科研需求；但目前，国内同类产品尚无法全部符合上述要求；根据《政府采购法》第十条第（一）项、《政府采购进口管理办法》第七条规定，本项目应当采购进口产品。

专家签字：

石厚

2024 年 1 月 21 日

三、专家论证意见

专家认为为满足教学、科研等工作需要，拟采购产品技术要求较高。经专家组认真论证，国产同类设备在精度、稳定性、性能等方面，无法满足采购人要求。根据《政府采购法》第十三条第一款及《政府采购进口产品管理办法》第七条规定。产品不属于《中国禁止进口限制进口货物目录》规定的禁止进口、限制进口范围，应采用进口产品。

专家签字：

杨飞

2024 年 1 月 21 日