

专家论证意见表（单一来源论证）

项目名称	河南大学淮河医院 GE IGS520 球管采购项目		
采购人	河南大学淮河医院		
采购代理机构	恒信咨询管理有限公司		
论证时间	2024 年 03 月 12 日 11 时 00 分		
专家名字	单国用	李世林	杨萍
专家审核意见	<p style="font-size: 1.2em;">采购人采购的 GE IGS520 球管项目，因于原 购人原有 GE DSA，放射设备的球管之间存在兼容性、 匹配性、接口、软硬件和重量等问题，不同厂 家球管无法实现精准匹配。为保障设备质量和使 用安全，需采购 GE 原厂球管。同意单一来源采 购。</p>		
专家签字			