

单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年3月26日

采购单位	河南省人民医院
项目名称	河南省人民医院高端大孔径CT采购项目
项目金额	人民币5500.00万元
专家论证意见	<p>该项目采购的CT主要用于干部体检，需要对微小病灶早发现、早治疗，避免误诊，故要求该CT具有≥ 82cm的大孔径，每层扫描最薄层厚≤ 0.2mm，探测器总排数≥ 50排，探测器每一束线宽≤ 2mm且探测器量等以上要求目前只有西门子的NAEOTOM Alpha可以满足，其他厂商无法满足，且符合《政府采购法》第三十一条的有关规定，故可以采用单一来源的采购方式。</p> <p>专家姓名：何生</p> <p>工作单位：河南省中医院</p> <p>职称：主任</p>