

单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年3月26日

| | |
|--------|--|
| 采购单位 | 河南省人民医院 |
| 项目名称 | 河南省人民医院高端大孔径 CT 采购项目 |
| 项目金额 | 人民币5500.00万元 |
| 专家论证意见 | <p>该套CT用于体检，要求能够覆盖人群广泛，肥胖人群、高血压人群等的体检要求CT有较大孔径(82cm以上)、扫描范围探测器宽(500排以上)、为检出极小的病变要求扫描层厚很薄(每排探测器物理宽度$\leq 0.2\text{mm}$)，目前只有GE的NAEOTOM Alpha可以满足用户的特殊要求，因此单一来源采购。</p> <p>专家姓名：谢世凤 工作单位：河南省胸科医院 职称：主任医师</p> |