

单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年3月26日

| | |
|--------|--|
| 采购单位 | 河南省人民医院 |
| 项目名称 | 河南省人民医院高端大孔径 CT 采购项目 |
| 项目金额 | 人民币5500.00万元 |
| 专家论证意见 | <p>该设备用于干部体检诊断，要求机架孔径$\geq 82\text{cm}$，探测层≥ 500排，最薄0.2mm层厚，可探测每束X线光子并记录光子能量，不受心脏运动和心跳成像，避免病人吐涎漏，尽早发现早期病变，以满足特殊人群需求。同时满足上述要求的CT，市场上只有西门子的Naeotom alpha CT。建议单一来源采购。</p> <p>专家姓名：李京忠</p> <p>工作单位：阜外华中心血管病医院</p> <p>职称：正高级工程师</p> |