

单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年3月26日

采购单位	河南省人民医院
项目名称	河南省人民医院高端大孔径 CT 采购项目
项目金额	人民币5500.00万元
专家论证意见	<p>该设备用于体检，要求能够覆盖人群广泛，肥胖人群，高心率人群等体检，能够对微小病灶早发现，早治疗，该CT有较大孔径大于或等于82cm，逐层扫描层厚范围小于或等于0.2mm，探测器总阵数2500排，探测器每排X线光子并记录光子能量等以上要求目前只有西门子NAEOTOM Alpha可以满足用户的特殊要求，同意单一来源采购。</p> <p>专家姓名： 孔令涛 工作单位： 郑州市中医院 职称： 副主任医师</p>