

# 单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年3月26日

采购单位	河南省人民医院
项目名称	河南省人民医院高端大孔径CT采购项目
项目金额	人民币5500.00万元
专家论证意见	<p>该项目采购CT主要用于肿瘤体检，要求对微小病灶早发现、早治疗，故要求该CT有较大孔径大于或等于82cm；每层扫描层厚度薄小于或等于0.2mm；探测器总排数≥500排；探测器每一束X线末端记录光子能量等以上要求目前只有西门子的NAEOTOM Alpha可以满足用户的特殊要求。且符合《政府采购办法》第十一条有关规定，故可以采用单一来源采购方式。</p> <p>专家姓名：赵×青 工作单位：郑州大学附院 职称：主任</p>