

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：张丽萍	
	职称：教授	
	工作单位：河南中医药大学三附院	
项目信息	项目名称：河南大学淮河医院麻醉科呼吸末二氧化碳监测模块采购项目	
	供应商名称：河南再创医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	<p>单一来源采购论证：呼吸末CO₂监测模块是病人监护仪的配套附件，需配合科顺现有迈瑞品牌监护仪使用。呼吸末CO₂监测模块为专机专用附件配件，其它品牌CO₂监测模块均不能完全对接使用。只有专机专用配套设备才能满足采购方需求。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定，符合单一来源采购要求。</p>	
专业人员签字	张丽萍	日期：2024年6月6日