

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 李国用	
	职称： 主任医师	
	工作单位： 郑州市人民医院	
项目信息	项目名称： 河南大学淮河医院麻醉科呼吸末二氧化碳监测模块采购项目	
	供应商名称： 河南再创医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	<p style="text-align: center;">采购人所采购的呼吸末二氧化碳监测模块用于本科室重症监护、ICU等科室之重症监护设备，为保证ICU患者安全、急救重症抢救的及时性，所采购模块必须配置。采购人拥有深圳迈瑞重症监护设施设备，不能确保兼容性、稳定性和安全，其他产品暂不具备与采购人现有设备的有效衔接。同意单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	李国用	日期：2024年6月6日