

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025 年 02 月 21 日

采购单位	河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）		
项目名称	河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）Microselection 型、Flexitron HDR 型妇瘤后装机 Ir-192 放射源单一来源采购项目		
项目金额	600000.00		
专家论证意见	经论证：河南省肿瘤医院 Microselection 型、Flexitron HDR 型妇瘤后装机 Ir-192 放射源因活度衰减已不能满足临床使用，需要进行更换，所需更换的 Ir-192 放射源必须与原厂设备，能与现有后装机相匹配，而其他厂家的产品不能通用。根据相关法律法规此采购项目符合单一来源采购方式。同意单一来源采购。		
	专家姓名：	杨 莹	职称：主任医师
	工作单位：	郑州大学第一附属医院	
		电话：	13523062731