

采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市眼科医院
拟采购产品名称	超乳机
拟采购产品金额	126 万元
采购项目所属项目名称	安阳市眼科医院超乳机采购项目
采购项目所属项目金额	126万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 眼科医院做为专科医院，手术量大，设备连续工作时间长，对设备的稳定性，安全性要求较高，目前国产设备处于刚起步阶段，工作效率低，难以满足大批量及疑难白内障手术需求。	
三、专家论证意见： 1. 查证现有资料，国产设备无扭动超声乳化模式，为满足工作要求建议采购进口设备。 2. 国产设备玻璃体切割速率 ≤ 1200次/秒，达不到工作要求 ≥ 4000次/秒。 3. 该产品不在国家限制进口目录。	
专家签字： 刘艳艳 2025年5月28日	