

附件10

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	浚县人民医院
拟采购产品名称	关节镜
拟采购产品金额	165万元
采购项目所属项目名称	浚县人民医院手术室设备采购项目
采购项目所属项目金额	630万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取；	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取的；	
☐ 3. 为在中国境外使用而进行采购的；	
☒ 4. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求的；	
☐ 5. 其他。	
原因阐述	1、进口产品手柄扭矩不小于32 oz-in，国内产品一般不超过30 oz-in的扭矩。扭矩是衡量动力系统好坏的最重要参数，扭矩越大切削效率越高。刨刀直径更丰富，较国产仅有两种规格。进口产品工艺精密度高，切割效率高。可满足对于小关节或儿童关节等手术需求。 2、进口镜头产品可提供直径为1.9mm、2.7mm、4.0mm尺寸等多种尺寸镜头，而国内产品规格较少仅有2.7mm和4.0mm。进口产品可更好的满足指间关节、腕关节、肘关节等更小关节的手术需求。 3、进口镜头的视场角视野更广，且镜面有防眩防雾处理，使手术视野时刻保持清晰，可大大的降低手术失败和由于视野不清晰导致的漏诊的风险。 4、进口产品手术工具均为无销钉设计，硬度和强度更高，长时间使用不会出现销钉脱落的情况发生导致严重的医疗事故。进口产品可提供人体工程学手柄、雪茄手柄、锁扣手柄等多种样式的手柄和各种角度、长度、直径的器械。可满足膝、肩、踝、髋等所有人体关节手术需求。
专家论证意见	(法律专家依据国家鼓励进口产品的相关文件判定是否属于鼓励进口；依据所属行业主管部门意见判定是否国家限制进口，不满足以上两种情形的判定为其他进口产品；技术专家对《申请采购进口产品的书面报告》、采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议) 本次采购的关节镜因国产同类产品在某些关键技术指标、系统稳定性等方面无法满足实际需求，建议采购进口产品 专家签字：  2024年6月5日

注：1. 本表应组织5人及以上单数专家手工填写，其中必须包含1名法律专家；

2. 本表应一人一表填写，备案时需将扫描件在“电子化采购系统”上传；

3. 本表作为日后处理供应商投诉的重要依据。