

附件10

政府采购进口产品专家论证意见

| | |
|---|---|
| 一、基本情况 | |
| 申请单位 | 浚县人民医院 |
| 拟采购产品名称 | 关节镜 |
| 拟采购产品金额 | 165万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 浚县人民医院手术室设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 630万元 |
| 二、申请理由 | |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取； | |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取的； | |
| <input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的； | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求的； | |
| <input type="checkbox"/> 5. 其他。 | |
| 原因阐述 | 1、进口产品手柄扭矩不小于32 oz-in，国内产品一般不超过30 oz-in的扭矩。扭矩是衡量动力系统好坏的最重要参数，扭矩越大刨削效率越高。刨刀直径更丰富，较国产仅有两种规格。进口产品工艺精密度高，切割效率高。可满足对于小关节或儿童关节等手术需求。 2、进口镜头产品可提供直径为1.9mm、2.7mm、4.0mm尺寸等多种尺寸镜头，而国内产品规格较少仅有2.7mm和4.0mm。进口产品可更好的满足指间关节、腕关节、肘关节等更小关节的手术需求。 3、进口镜头的视场角视野更广，且镜面有防眩防雾处理，使手术视野时刻保持清晰，可大大的降低手术失败和由于视野不清晰导致的漏诊的风险。 4、进口产品手术工具均为无销钉设计，硬度和强度更高，长时间使用不会出现销钉脱落的情况发生导致严重的医疗事故。进口产品可提供人体工程学手柄、雪茄手柄、锁扣手柄等多种样式的手柄和各种角度、长度、直径的器械。可满足膝、肩、踝、髋等所有人体关节手术需求。 |
| 专家论证意见 | (法律专家依据国家鼓励进口产品的相关文件判定是否属于鼓励进口；依据所属行业主管部门意见判定是否国家限制进口，不满足以上两种情形的判定为其他进口产品；技术专家对《申请采购进口产品的书面报告》、采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议) <p style="text-align: center;"><u>经论证，进口产品的技术指标、参数、性能及其 优劣较国产产品更优，建议采购进口产品。</u></p> |
| 专家签字：周利峰 | |
| 2025年6月5日 | |

注：1. 本表应组织5人及以上单数专家手工填写，其中必须包含1名法律专家；

2. 本表应一人一表填写，备案时需将扫描件在“电子化采购系统”上传；
3. 本表作为日后处理供应商投诉的重要依据。