

郑州大学人民医院政府采购合同履行验收报告

项目名称: 郑州大学人民医院二代测序仪及配套试剂盒采购项目

资金来源: 科研专项经费 合同金额: 961.534 万元

中标供应商: 河南润佳医疗科技有限公司

组织单位: 国有资产管理处

验收工作组: 国有资产管理处、财务处、审计处

技术专家: 范清堂、方华

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求, 2023年11月1日, 由国有资产管理处牵头, 抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组, 对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府采购“合同编号: “豫财招标采购-2021-378”合同中涉及的二代测序仪及配套试剂盒的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等, 已经由郑州大学人民医院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后, 使用单位组织技术人员进行了初步验收, 提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报; 复核了项目招标文件、投标文件和合同内容; 查看了文本资料; 现场核对、测试了二代测序仪及配套试剂盒。

三、工作组在验收中, 发现:


- 1.设备试剂分析测试报告不完善;
- 2.合同附件2表述有误;
- 3.二代测序仪型号与合同不一致。

四、验收工作组建议:

- 1.完善设备试剂分析测试报告;
- 2.修改合同附件2表述有误的部分;
- 3.由厂家出具二代测序仪型号与合同不一致说明。

针对以上问题进行逐项整改, 满足以上条件后, 本合同的设备予以通过验收。

采购单位项目负责人: 孙永军 采购单位主管领导: 常明

采购单位监督人: 王媛媛 采购单位签章: 

验收工作组签名:

孙永军 马双林 王君丽
范清堂 张光远

中标供应商项目负责人: 王同彩

2023年11月1日

郑州市协同创新重大专项（郑州大学）政府采购科研设备及试剂

项目整改情况说明

项目名称：郑州大学人民医院二代测序仪及配套试剂盒采购项目

合同编号：豫财招标采购-2021-378

主要设备及试剂：KMF NextSeq 550Dx-CN 基因测序仪及配套试剂

2023 年 11 月 1 日，由郑州大学国有资产管理处牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件盒合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了基因测序仪及配套试剂，并提出以下整改意见：

- 1、完善设备试剂分析测试报告；
- 2、修改合同附件 2 表述有误的部分；
- 3、由厂家出具二代测序仪型号与合同不一致说明。

针对上述整改意见，经过多方认真研究、反复测验、深度沟通之后，已逐条进行了整改，整改内容如下：

一、针对专家提出的第 1 条整改意见，项目组已重新组织课题组相关技术人员对仪器说明书提供参数进行验证，包括仪器参数要求 2：“高数据通量：每次反应可生成 1200 亿（120G）碱基数据；每次运行至少可生成可读 400M 个片段标签序列”；参数要求 3：“自动化单侧或双端读取序列：读长调节范围为 75bp-300bp；读长达 1x75bp 时，单次测序可生成 250~300 亿（25~30G）碱基数据。读长达 2x150bp 时，单次测序可生成 1000~1200 亿（100~120G）碱基数据，满足多种实验需求；”及参数要求 5 中提及的“高数据质量：2x150bp 时 >75%碱基质量高于 Q30，1x75bp 时 >80%碱基质量高于 Q30。具体实验结果详见附件 1，测试结果符合仪器参数说明要求，并已完善设备试剂分析测试报告。

二、针对专家提出的第 2 条整改意见，已完善修改合同“附件 2：设备技术规格参数、功能描述及配置清单表”中表述有误的部分，包括：1、完善表格中同一设备下，不同参数条目的“设备名称”和“数量”的统计合并显示；2、完善表格中配套试剂盒数量的统计合并显示。详见附件 2。

三、针对针对专家提出的第 3 条整改意见, 厂家出具二代测序仪型号的解释说明, 证明合同中采购的二代测序仪品牌及规格型号为 KMF NextSeq550Dx-CN, 其中 KMF 为品牌方的名称缩写, NextSeq550Dx-CN 是规格型号, 交付设备与中标设备型号一致, 功能与性能指标完全一致。详见附件 3。

上述整改材料已经由专家核实验收, 符合项目整改要求。

专家审核签字:



项目负责人签字:



项目单位 (盖章):



时间: 2023 年 11 月 20 日