


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 谢世国	
	职称: 主管技师	
	工作单位: 河南省肿瘤医院	
项目信息	项目名称: 河南省中西医结合医院 CT 球管更换项目	
	供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司	
专业人员论证意见	CT球管是CT设备的核心部件,更换时需考虑球管质量、接口格式、以及周围线路布局等,只能从生产厂家及其代理商处购买。信息采取第一手资料。	
专业人员签字		日期 2023 年 12 月 20 日