

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王 建 坤	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 华中阜外医院	
项目信息	项目名称: 河南省中西医结合医院 CT 球管更换项目	
	供应商名称: 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司	
专业人员论证意见	球管作为CT的重要部件,需完全与CT机匹配方可正常使用。采购人GE 壹石 HD750 CT所匹配的球管型号和品牌都是唯一的,其他品牌型号都无法满足设备匹配。 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司作为GE的中国总代理,负责该设备的所有售后服务。根据相关政策,符合单一来源采购需求。 同意采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	王 建 坤	日期 2023 年 12 月 20 日