

同上

中原关键金属实验室政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学中原关键金属实验室（郑州大学）中频感应烧结炉等（一）
采购项目

资金来源：学科经费 合同金额：109.48 万元

中标供应商：郑州莱伯斯仪器仪表有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：葛铁柱、刘文立

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年3月26日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行合同履行验收。

一、依据政府采购“合同编号：“豫财招标采购-2024-1321”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由中原关键金属实验室技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

- 1、操作培训记录不完善；
- 2、性能测试报告不完善；

四、验收工作组建议：

针对以上问题进行逐项整改，符合合同规定后，本合同的设备予以通过验收。

采购单位项目负责人：

伟赵
印中

采购单位主管领导：

采购单位监督人：

采购单位签章：

验收工作组签名：

刘文立 葛铁柱 马双林 王君丽 李庆霞

中标供应商项目负责人：

李庆霞

2025年3月26日

中原关键金属实验室（郑州大学）中频感应 烧结炉等（一）采购项目整改情况报告

一、在 2025 年 3 月 26 日，经学校验收小组现场审核资料，核验设备，发现以下问题：

1：操作培训记录不完善：

操作培训记录不完善的原因是老师未签字

2：性能测试报告不完善：

性能测试报告不完善的原因是氢气瓶的图片是错的。

整改措施：完善了培训记录。

二、整改结论：

1：经过整改，操作培训记录老师已签字，详见附件一。

2：性能测试报告里的氢气瓶已更换，详见附件二。

三、

供货商签字盖章：李庆霞

项目单位签字盖章：

专家签字：

葛铁柱

刘文立