

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 陶余柱	
	职称： 高级工程师	
	工作单位： 河南省人民医院	
项目信息	项目名称：郑州大学第一附属医院河医院区放疗设备维修采购项目包3：医用直线加速器（Infinity）、医用直线加速器（Synergy）、后装治疗机（Flexitron HDR）配件更换	
	供应商名称：医科达（上海）医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	该采购包为直线加速器配件，一台后装治疗机配件。配件名称为：加速器配件。大型设备的配件是厂家出厂调试时所装配的配件，包括配件、电机、电路板等。这些配件配件是设备专用的配件，不具备通用性。必须经厂家认可的配件，才能保证整机性能参数与验收时一致，保证设备安全。因此推荐单一来源采购。	
专业人员签字	陶余柱	日期 2025年12月8日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。