

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                                                                       |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 高雪利                                                                                                                               |               |
|          | 职称: 工程师                                                                                                                               |               |
|          | 工作单位: 郑州市第三人民医院                                                                                                                       |               |
| 项目信息     | 项目名称: 郑州大学第一附属医院河医院区放疗设备维修采购项目包3: 医用直线加速器 (Infinity)、医用直线加速器 (Synergy)、后装治疗机 (Flexitron HDR) 配件更换                                     |               |
|          | 供应商名称: 医科达 (上海) 医疗器械有限公司                                                                                                              |               |
| 专业人员论证意见 | <p>本次采购项目为医科达<sup>及其</sup>直线加速器、后装治疗机 (Flexitron HDR) 的配件更换。由于直线加速器及后装治疗机均为大型贵重设备, 对配件生产精度要求较高, 为保证产品精度及使用质量及效果, 只能从唯一授权商中采购原厂配件。</p> |               |
| 专业人员签字   | 高雪利                                                                                                                                   | 日期 2025年12月8日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。