

单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名: 李坤	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 开封市疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: 开封市人民医院 64 排 CT 维修项目	
	预算金额: 140 万	
	供应商名称: 哈尔滨伯尼特商贸有限公司	
专业人员论证意见	CXB-750G 型号 CT 球管为佳能 (原东芝) AQUILLION/PRIME (170A) (128) CT 机所使用之专用配套之消耗性配件, 对于整体 CT 机之运转, 图像采集, 成像质量之核心部件, 属于专用配件, 其他品牌、型号球管无法替代使用。 建议佳能 CXB-750G CT 球管在佳能医疗 CT 球管产品国内唯一授权经销商哈尔滨伯尼特商贸有限公司购买。	
专业人员签字	李坤	日期: 2023 年 12 月 27 日