

单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名:	王新春
	职称:	教授
	工作单位:	河南大学
项目信息	项目名称:	开封市人民医院 64 排 CT 维修项目
	预算金额:	140 万
	供应商名称:	哈尔滨伯尼特商贸有限公司
专业人员论证意见	购买维修零件球管是一种高消耗性配件,使用一段时间不能累充必须更换,原CT是一个有机整体,维修使用原厂配件是必须的。这样机口运行稳定性强,+耐用性好,图像清晰,成像质量好等综合因素比较好。原CT使用哈尔滨伯尼特商贸有限公司生产的球管,它具有不可替代性。必须使用原厂配件。	
专业人员签字	日期:	2023.12.27

王新春

2023.12.27