

单一来源采购方式专业人员论证意见表

采购单位	漯河市郾城区中医院	
项目名称	漯河市郾城区中医院采购CT球管项目	
采购金额	1200000元	
拟定供应商	西门子医疗系统有限公司	
专业人员信息	姓名: 闫超	
	工作单位: 漯河市中心医院	
	职称: 工程师	
专业人员 论证意见	球管是CT机最主要的核心部件,CT机对球管有严格精准匹配的要求,为保证设备正常运转,需采购与主机相匹配的原厂原装球管,以达到最佳的图像质量。故建议进行单一来源的方式采购。	
专业人员签字	闫超	日期: 2024年8月9日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。