

# 新野县妇幼保健院两癌筛查设 备采购项目

文件已审核 同意发布  
杨叮

## 采购文件

### 第1、2标段

采 购 人：新野县妇幼保健院  
采购代理机构：河南首泰工程咨询有限公司  
日 期：二零二四年三月



# 新野县妇幼保健院两癌筛查设备采购项目

## 采购文件

### 第1、2标段

采 购 人：新野县妇幼保健院

采购代理机构：河南首泰工程咨询有限公司

日 期：二零二四年三月

# 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一章 采购公告 .....        | 2  |
| 第二章 供应商须知 .....       | 2  |
| 第三章 评标办法（综合评估法） ..... | 19 |
| 第四章 合同条款及格式 .....     | 27 |
| 第五章 技术参数要求 .....      | 29 |
| 第六章 响应文件格式 .....      | 34 |

# 第一章 新野县妇幼保健院两癌筛查设备采购项目-公开招 标公告

## 项目概况

新野县妇幼保健院两癌筛查设备采购项目的潜在供应商应在新野县公共资源交易平台（<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/XYXWeb/>）获取采购文件，并于2024年04月09日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

- 1、项目编号：新野政采公开-2024-10
- 2、项目名称：新野县妇幼保健院两癌筛查设备采购项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：4130000.00 元  
最高限价：4130000.00元。

| 序号 | 包号                    | 包名称                       | 包预算（元）     | 包最高限价（元）   |
|----|-----------------------|---------------------------|------------|------------|
| 1  | 新野政采公开 -<br>2024-10-1 | 新野县妇幼保健院两癌筛查<br>设备采购项目1标段 | 2930000.00 | 2930000.00 |
| 2  | 新野政采公开 -<br>2024-10-2 | 新野县妇幼保健院两癌筛查<br>设备采购项目2标段 | 1200000.00 | 1200000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求 或服务要求等）

#### 5.1 采购内容：

1标段：采购实时四维彩色多普勒超声诊断仪一台（详见采购清单）。

2标段：采购乳腺钼靶X线摄影系统一套（详见采购清单）。

#### 5.2 采购产品名称和数量：

1标段：实时四维彩色多普勒超声诊断仪一台（详见采购清单）

2标段：乳腺钼靶X线摄影系统一套（详见采购清单）

5.3 本项目划分为 2 个标段，详见上表；

5.4 交货期：合同签订后 30 日内/标段；

- 5.5 交货地点：采购人指定地点。
- 5.6 质量要求：符合国家及行业相关标准。
- 5.7 验收标准：符合采购文件要求及该项目签订合同要求。
- 6、合同履行期限：自合同生效至质保期结束/标段。
- 7、本项目是否接受联合体投标：否
- 8、是否接受进口产品：否。
- 9、是否专门面向中小企业：否。

## 二、申请人资格要求（第1-2标段）：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策；

### 3、本项目的特定资格要求

3.1 供应商必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，并具有独立承担民事责任能力的企业，具有统一社会信用代码三证合一的营业执照；

3.2 具有健全的财务制度，提供 2022 年度财务状况报告（公司成立年限不足的企业应提供相应的财务报表）；

3.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供 2023年1月1日以来连续 3 个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明；（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

3.4 投标产品须符合中华人民共和国国务院令 第 739 号修订后的《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或备案凭证。

3.5 投标人为制造商须具有医疗器械生产许可证；投标人为代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证或备案凭证。

3.6 投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供声明函；

3.7 具有良好的商业信誉，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，提供声明函；

3.8 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；依据《关于在公共资源交易活动中实施信用监管的通知》（宛公管办[2020]22 号）文，供应商需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站下载，信用报告的生成日期为本项目递交响应文件截止时间前 10 日内；同时提供在中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图（查询日期不得早于采购公告发布之日）。

注：本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成未得分或资格审查不合格等情况的，由投标单位承担责任。

### 三、获取采购文件

1、时间：2024年03月18日至2024年03月22日，每天上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:30（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：新野县公共资源交易平台（<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/XYXWeb/>）。

3、方式：本项目实行网上下载文件；凭 CA 数字证书登陆会员系统，按网上提示即可下载文件及资料（操作程序详见新野县公共资源交易中心网站下载专区）。若因为自身原因错过文件下载时间，造成损失由潜在供应商自行承担。

4、售价：0 元

### 四、投标截止时间及地点

1、时间：2024年04月09日09点30分（北京时间）

2、地点：新野县公共资源交易平台。

### 五、开标时间及地点

1、时间：2024年04月09日09点30分（北京时间）

2、地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅地址（<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/XYXWeb/>），供应商无需到新野县公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参

加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件进行解密，因加密电子响应文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，或未在规定时间内进行响应文件解密的，投标将被拒绝。

## **六、发布公告的媒介及采购公告期限**

本次采购公告在《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《新野县公共资源交易平台》上发布，自本公告发布之日起5个工作日。

## **七、其他补充事宜**

1、请各供应商在获取采购文件后及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及代理机构将不负任何责任。

### **2、企业诚信库注册**

本项目只接受南阳市公共资源电子交易平台中已加入企业诚信库的企业报名，未入库的响应人请及时办理入库手续。入库办理请参见南阳市公共资源交易中心网站 <https://ggzyjy.nanyang.gov.cn> 下载专区《诚信库申报操作手册》，企业办理诚信库不收取任何费用，不需携带原件到南阳市公共资源交易中心进行审核。因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负。

### **3、办理 CA 数字证书**

投标企业完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。CA 数字证书办理请参见南阳市公共资源交易中心网站下载专区《CA 办理所需资料》。

## **八、凡对本次采购提出询问，请按照以下方式联系**

### **1、采购人信息**

名 称：新野县妇幼保健院

地 址：南阳市新野县健康路10号

联系人：杨珂

联系方式：15137708222

## 2、采购代理机构信息

名称：河南首泰工程咨询有限公司

地址：河南省南阳市宛城区孔明南路建业凯旋广场B座1109室

联系人： 王建豪

联系方式：18937771522

## 3、项目联系方式

项目联系人：王建豪

电话：18937771522



## 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称             | 编 列 内 容                                                                          |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 采购人              | 名 称：新野县妇幼保健院<br>地 址：南阳市新野县健康路10号<br>联系人：杨珂<br>联系方式：15137708222                   |
| 2   | 采购代理机构           | 名称：河南首泰工程咨询有限公司<br>地址：河南省南阳市宛城区孔明南路建业凯旋广场B座1109室<br>联系人： 王建豪<br>联系方式：18937771522 |
| 3   | 项目名称             | 新野县妇幼保健院两癌筛查设备采购项目                                                               |
| 4   | 出资比例             | 100%                                                                             |
| 5   | 资金落实情况           | 已落实                                                                              |
| 6   | 采购范围             | 详见采购需求                                                                           |
| 7   | 供货期              | 合同签订后 30 日历天内供货安装调试完毕                                                            |
| 8   | 质量要求             | 达到国家及行业验收标准                                                                      |
| 9   | 交货地点             | 采购人指定地点                                                                          |
| 10  | 质保期              | 一年                                                                               |
| 11  | 供应商资格条件          | 按采购公告要求                                                                          |
| 12  | 分包               | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许                                          |
| 13  | 偏离               | <input checked="" type="checkbox"/> 允许                                           |
| 14  | 构成采购文件的其他材料      | 采购文件的澄清、修改                                                                       |
| 15  | 供应商要求澄清采购文件的截止时间 | 提交响应文件截止时间 10 天前                                                                 |
| 16  | 投标截止时间           | 2024年04月09日 09 点 30 分                                                            |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 供应商确认收到采购文件澄清的时间 | 收到澄清文件 24 小时之内                                                                                                                                                                                   |
| 18 | 供应商确认收到采购文件修改的时间 | 收到修改文件 24 小时之内                                                                                                                                                                                   |
| 19 | 构成响应文件的其他材料      | 响应文件的澄清和补正                                                                                                                                                                                       |
| 20 | 投标有效期            | 投标截止后 60 日历天                                                                                                                                                                                     |
| 21 | 是否允许递交备选投标方案     | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许                                                                                                                                                          |
| 22 | 是否接受联合体投标        | <input checked="" type="checkbox"/> 不接受                                                                                                                                                          |
| 23 | 采购方式             | <input checked="" type="checkbox"/> 公开招标 <input type="checkbox"/> 邀请招标 <input type="checkbox"/> 竞争性谈判 <input type="checkbox"/> 单一来源采购<br><input type="checkbox"/> 询价 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 24 | 投标预备会            | <input checked="" type="checkbox"/> 不召开                                                                                                                                                          |
| 25 | 电子响应文件签名或签章要求    | 响应文件格式中规定需加盖电子签章的页面要求，供应商须加盖供应商电子公章或法定代表人电子签名。                                                                                                                                                   |
| 26 | 开标时间和地点          | 开标时间：同投标截止时间<br>开标地点：新野县公共资源交易中心                                                                                                                                                                 |
| 27 | 电子响应文件递交         | 1、该项目自行上传响应文件，无需寄送和递交非加密响应文件光盘等。需要注意开标前登录不见面系统进行签到；电子响应文件应在采购文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次投标，采购人不予受理。<br>2、供应商所递交的电子响应文件在投标截止时间之后不予退回。                                                |
| 28 | 响应文件正、副本份数       | 1、投标阶段仅提交电子响应文件（格式为:.nytf），如中标再向采购人提供纸质响应文件正本一份，副本 两 份。                                                                                                                                          |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | 2、中标人提供的纸质响应文件需与投标时提供的电子响应文件保持一致，如有不一致，以电子响应文件为准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29 | 开标程序           | <p>1、 供应商代表持本单位CA数字证书提前登录不见面开标系统并在线签到。</p> <p>2、 开标时间到，在线公布供应商、采购人代表、监标人等有关名单。主持人（代理公司）根据保证金交纳情况来确定有效供应商，并退回不符合要求的投标文件。</p> <p>3、 开标顺序：（1）供应商解密：投标企业制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标企业在开标前须自行检查数字证书有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各供应商自行解密即可。开标解密时未解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。</p> <p>（2）采购人解密（目前无需采购人进行二次解密）。</p> <p>（3）唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留1分钟供供应商查看，如无异议视为同意）。采购人、监督人需要关注开标过程中，供应商随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并做好及时回复；</p> <p>（4）随机抽取参数（K值）并在线录入不见面系统（如有）。</p> <p>（5）招标代理机构宣布开标结束，点击“开标结束”操作按钮（系统自动进行“招标文件导入”、“控制价文件导入”）。</p> <p>（6）采购人（代理机构）、供应商等相关人员在开标记录表上进行CA签字确认。</p> |
| 30 | 评标委员会的组建       | 评标委员会构成：5 人，其中采购人代表 1 人，专家 4 人；<br>评标专家确定方式：从相关专家库中随机抽取。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 31 | 是否授权评标委员会确定中标人 | <input type="checkbox"/> 是<br><input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人：1-3 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32 | 需要补充的其他内容      | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | 中标公示《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《新野县公共资源交易平台》网上发布予以公示。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 34 | 代理服务费                                            | 代理服务费参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002 号规定标准为依据由中标人支付。                                                                                                                                                                                                                            |
| 35 | 采购文件费的缴纳                                         | 采购文件费缴纳金额：0 元/份。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 36 | 招标控制价                                            | 1标段大写：人民币贰佰玖拾叁万元整；小写：2930000.00元<br>2标段大写：人民币壹佰贰拾万元整；小写：1200000.00元<br>超控制价作废标处理。                                                                                                                                                                                               |
| 37 | 解释权                                              | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按采购公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，以供应商须知为准或由采购人负责解释，本采购文件最终解释权归采购人，其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 |
| 38 | 响应文件制作器码相似度                                      | 依据豫发改公管{2019}198 号文要求，供应商响应文件制作器码一致视为串通投标行为，做废标处理，需供应商自行承担。                                                                                                                                                                                                                     |
| 39 | 不良行为记录                                           | 不良行为记录是指：《南阳市公共资源交易主体不良行为公示办法》所列相关内容。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 40 | 付款方式                                             | 甲方验收合同约定的货物合格后，按照新野县妇幼保健院要求，由乙方提供形式发票或完整的发票等，甲方在验收合格且具备付款条件之日起3个工作日内向乙方支付合同价的100%。                                                                                                                                                                                              |
| 41 | 所属行业                                             | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42                                           | <p>河南省政府采购合同融资政策告知函</p> <p>各供应商：</p> <p>欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！</p> <p>政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。</p> |
| <p>注：采购文件的最终解释权归采购人；其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**备注：**

- 1、采购环保产品：是。
- 2、采购节能产品：是。
- 3、执行促进中小型企业发展政策：是。
- 4、采购文件中凡涉及到资格审查或加分项目，全部以投标单位提供的诚信库中原件扫描件为准并与响应文件所附资料一致，否则本项不加分。
- 5、采购文件的最终解释权归采购人；其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。
- 6、所有费用由供应商承担。

供应商不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。供应商以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给采购人造成损失的依法承担赔偿责任；构成犯罪的依法追究刑事责任。

## 一、总则

### （一）适用范围

新野县妇幼保健院两癌筛查设备采购项目

### （二）定义

- 1、“采购人”：新野县妇幼保健院。
- 2、“代理机构”：河南首泰工程咨询有限公司。
- 3、“供应商”：系指符合采购文件要求，响应招标、参与投标竞争的法人。
- 4、“服务”：系指供应商按采购文件的规定，应提供和承担与供货有关的辅助服务，以及其它的伴随服务。
- 5、“货物”：系指采购人采购物品及技术要求中所列设备/货物需求内容。
- 6、项目名称：新野县妇幼保健院两癌筛查设备采购项目。
- 7、招标范围：见采购公告及供应商须知前附表。
- 8、质量要求：见采购公告及供应商须知前附表。
- 9、供应商资格要求：见采购公告及供应商须知前附表。
- 10、投标费用：供应商无论投标结果如何，应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
- 11、保密
- 12、参与招标投标活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，对采购人提供的资料，未经采购人许可不得向第三方泄露，供应商不得复印，违者应对此造成的后果承担法律责任。
- 13、采购人所提供资料供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## 二、采购文件内容

### 1、采购文件的构成

## 第一章 采购公告

## 第二章 供应商须知

## 第三章 评标办法

## 第四章 合同条款及格式

## 第五章 技术要求

## 第六章 响应文件格式

### 2、采购文件的澄清或修改

(1) 任何对采购文件认为有需要澄清疑问的潜在供应商，须在规定的时间内，以书面方式或在交易平台上向采购代理机构提出。未在规定的时间内提出的疑问，采购代理机构不再接受。

(2) 在供应商须知前附表中所述的投标截止日期十五日前，采购人或代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

(3) 采购人或代理机构对采购文件的澄清或变更将在原公告发布媒体上发布澄清（变更）公告。招标期间，供应商可上网查看，澄清或变更公告一经上网发布，即视为书面通知。采购文件的澄清或变更内容作为采购文件的组成部分，对所有供应商均具有约束作用。

(4) 供应商在投标截止日期十日前没有对采购文件内容提出质疑的，采购代理机构将视同供应商认可采购文件，之后再提出的对采购文件的质疑不予接收。

(5) 为使供应商有充分的时间对采购文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长投标截止期。

### 三、响应文件编制

#### 1、投标要求

供应商应仔细阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求，按采购文件规定的要求提交响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果响应文件没有按照采购文件要求提供全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝，其风险应由供应商承担。

#### 2、响应文件的语言及计量单位

(1) 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。

(2) 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 3、响应文件的组成

一、投标函

二、开标一览表

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、产品授权书（国产可不提供）

六、供应商基本情况

七、其他资料

八、附表

### 4、响应文件的格式

供应商应按采购文件中提供的响应文件格式填写。

### 5、投标报价

(1) 供应商应按照采购文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物（设备）及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准。供应商必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其响应文件将被拒绝。

(2) 投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、关税、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：货物和附属装置、备品 备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派人员参加技术联络和技术培训及验收检测等费用。投标报价应完全包括采购文件规定的货物（设备）和服务范围，不得任意分割或合并所规定的内容。

(3) 供应商对采购货物（设备）只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标。

(4) 供应商不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应

投标而予以拒绝。



(5) 供应商投标报价明显低于其他投标报价或招标控制价，经分析其投标报价可能低于成本价，存在恶意报价可能性的，根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，由评标委员会要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，否决其投标。

#### 6、投标货币

供应商应提供的所有货物和服务用人民币报价，除非另有规定。

#### 7、供应商资格证明文件

见供应商须知前附表。

另外供应商须提交证明其拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。供应商须提供详细描述产品性能特点的原厂商技术文件或彩页或产品说明资料或投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）供评标用，并保证这些技术证明材料与投标货物的真实功能、性能参数的一致性，并对响应技术参数部分做出明显标注；如响应文件所述产品功能参数与产品说明资料不一致，务必在响应文件上附带原始生产商出具的证明函（原件）以证明功能参数变更的有效性，否则视为技术不满足。供应商应对采购文件技术要求逐条应答，并标明与采购文件条文的偏差和例外。对采购文件有具体规格、参数的指标，供应商必须提供其所投货物的具体数值。

#### 8、投标有效期

(1) 须知前附表规定的有效期内，供应商不得要求撤销和修改其响应文件。

(2) 特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。

#### 9、响应文件的签署

(1) 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

(2) 响应文件须法定代表人或其授权代理人签字和加盖单位公章。

(3) 任何行间插字、涂改和增删，必须法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后有效。

### 四、响应文件递交

1、供应商应在规定的投标截止时间前递交响应文件。

2、供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

3、除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理，原封退回供应商。

### 3、响应文件的递交

该项目自行上传响应文件，无需寄送和递交非加密响应文件光盘等。

### 4、响应文件递交的截止时间

供应商应按采购文件规定的投标截止时间之前将响应文件上传。

### 5、逾期递交的响应文件

在投标截止时间后递交的响应文件，采购人将不予接受。

### 6、响应文件的修改或撤回

（1）供应商在规定的投标截止日期前，可以修改或撤回其响应文件，但应以书面形式通知采购人。

（2）修改的内容为响应文件的组成部分，修改的响应文件应按上述第 2 条 3 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并应在密封袋上加注“修改”字样。

## 五、开标、评标

1、开标时间及地点：详见供应商须知前附表。

2、供应商无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话 0377-61176137。

3、评标委员会由采购人依法组建，从相关专家库中随机抽取技术、经济专家 4 人，采购人代表 1 人，共 5 人组成。

### 4、响应文件的澄清

（1）评标委员会有权向供应商质疑、澄清其响应文件内容。但澄清不得改变其响应文件的实质内容。

（2）所有的澄清答复以书面为准。

### 5、评标因素

（1）供应商所提交的响应文件应包含采购文件中要求必须提交的材料，并按照采购文件中提供的格式完整地填写资格证明文件及各项表格内容。

（2）出现下列情况将会导致响应文件无效：

1) 响应文件对采购文件未作实质响应的；

- 2) 串通投标或弄虚作假和有其他违法行为的;
- 3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;
- 4) 响应文件没有按照采购文件要求签字盖章的;
- 5) 响应文件内容不全或关键字模糊无法辨认的。

## 6、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 7、评标定标方法

(1) 评标委员会按照“评标办法 ”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。“评标办法 ”中没有规定的方法、评审因素、标准, 不作为评标依据。

(2) 授权评标委员会推荐中标候选人。

## 8、评标方法及标准

(1) 资格审查。依据法律法规和采购文件要求, 对供应商资格进行审查, 以确定供应商是否具备投标资格。

(2) 符合性审查。依据采购文件的规定, 从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查, 以确定响应文件是否对采购文件的实质性要求作出响应。

(3) 通过资格审查和标书符合性审查合格的供应商进入详细评审。

(4) 响应文件的详细评审。评标委员会根据采购文件规定的量化因素和分值进行打分, 并计算供应商的综合得分。

## 9、技术评定

由评标委员会对所有响应文件的技术部分的响应和指标进行审核和分析; 对响应文件中文字说明和指标响应进行评分。供应商单位必须对采购文件技术要求逐条应答, 并标明与采购文件条文的偏差和例外, 对采购文件有具体规格、参数的指标, 投标单位必须提供其所投货物的具体数值。

## 10、商务评定

由评标委员会对每个供应商的响应文件响应采购文件要求或商务指标响应进行审核和分析并进行评分。

## 11、价格评定

价格核准: 评标委员会对有效供应商的报价进行复核, 看其是否有计算上的错误, 修正错误的原则如下:

(1) 响应文件中开标一览表（报价表） 内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

12、评标委员会将根据以上标准对各供应商进行独立打分，并在“综合得分表 ”中填写各供应商具体得分，计分取至小数点后二位，计分过程中小数点后三位四舍五入。

13、评标委员会将各个评委的打分情况进行汇总签字，按得分由高到低进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，推荐中标候选人。

14、供应商得分以所有评委评出的供应商得分的算术平均值为供应商最终得分。

#### 15、中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。

#### 16、签订合同

1) 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据采购文件和中标人的响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

#### 17、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

1) 投标截止时间止，供应商少于 3 个的；

2) 经评标委员会评审后有效投标不足 3 家的。

#### 18、纪律和监督

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 19、对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 20、对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 21、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

#### 22、投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

#### 23、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 第1、2标段 评标办法前附表

| 条款号                    |                 | 评审因素                                         | 评审标准                                                                |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1                  | 资格<br>评审<br>标准  | 营业执照                                         | 具备有效的营业执照(原件扫描件请上传至“基本信息”中)                                         |
|                        |                 | 资格条件                                         | 符合采购公告资格要求（医疗器械生产/经营许可证原件扫描件、医疗器械产品注册证扫描件请上传至“基本信息”中）               |
|                        |                 | 无行贿承诺                                        | 无行贿犯罪行为承诺(原件扫描件请上传至“投标所需材料”中并建立子目)                                  |
|                        |                 | 失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果   | 失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果(原件扫描件请上传至“投标所需材料”中并建立子目) |
|                        |                 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定                        |
|                        |                 | 其它要求                                         | 采购公告资格要求规定的其他要求                                                     |
| 由采购人或采购人授权的评审小组进行资格性审查 |                 |                                              |                                                                     |
| 2.1.2                  | 符合性<br>评审<br>标准 | 供应商名称                                        | 与营业执照一致                                                             |
|                        |                 | 签字盖章                                         | 符合文件签字盖章要求                                                          |
|                        |                 | 响应文件格式                                       | 符合第六章“响应文件格式”的要求                                                    |
|                        |                 | 报价唯一                                         | 只能有一个有效报价                                                           |
|                        |                 | 投标内容                                         | 符合第二章“供应商须知”规定                                                      |
|                        |                 | 交货期                                          | 符合第二章“供应商须知”规定                                                      |

|                                        |  |       |                |
|----------------------------------------|--|-------|----------------|
|                                        |  | 质量要求  | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|                                        |  | 质保期   | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|                                        |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知”规定 |
| *注：以上评标办法所涉及的证件等证明资料以企业诚信库中证件原件的扫描件为准。 |  |       |                |

## 2、评分标准

|    |                | 分值构成           | 报价部分：30 分<br>技术部分：45 分<br>综合部分：25 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号 |                | 评审因素           | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1  | 报价部分<br>(30 分) | 报价得分<br>(30 分) | <p>有效报价计算得分：在有效报价范围内，即技术参数满足招标文件要求且报价最低的报价为报价基准价，其价格分为满分 30 分，其他投标人的报价分统一按照下列公式计算： 报价得分=（报价基准价/投标人报价）×30。以上计算过程中按四舍五入保留两位小数。</p> <p>如评标委员会一致认为最低报价或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能性时，评标委员会有权现场通知投标人进行书面解释。如投标人未能在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，视为该投标人报价低于成本价，不参与计算。</p> <p>2. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。</p> |

|   |                |                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|---|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 技术部分<br>(35 分) | 技术部分<br>(20分)      | <p>评标委员会将综合考虑各供应商对所投产品的说明情况，对所投标产品的参数是否偏离做出评价，技术参数全部满足招标文件要求的得基本分 20 分；所投产品技术参数加* 项每有一项负偏离的扣 3 分，未加* 项每有一项负偏离的扣 2 分，扣完为止（不作无效投标处理）。</p> <p>注：须提供相关证明资料（白皮书、检测报告或官方彩页）证明所投产品技术性能真实性。（供应商对提供的证明资料的真实性负责，并承担相应的法律责任）。</p>        |
|   |                | 实施方案<br>(15分)      | <p>依据投标人实施方案的可行性、组织机构合理程度、项目人员配置情况（人员配备、分工）、实施方案和计划（供货的时间计划、保证措施、设备运输中保护措施、安装调试等）等方面的准确、合理、切实可行程度、先进性进行横向评价。</p> <p>第一档：科学合理的得15分；</p> <p>第二档：较为科学合理的得11分；</p> <p>第三档：基本科学合理的得7分；</p> <p>第四档：基本合理的得3分。</p> <p>第五档：不提供不得分。</p> |
| 3 | 综合部分<br>(35 分) | 售后服务和培训计划<br>(15分) | <p>评委会根据供应商针对本项目所提供的售后服务和培训计划内容的详细程度和合理性以及保修期外的优惠条件进行对比打分。</p> <p>第一档：全面的、实施性强的得15分。</p> <p>第二档：可行的、合理的得11分。</p> <p>第三档：基本合理可行的得7分。</p> <p>第四档：安排较差不具有实践实施性得3分。</p> <p>第五档：完全不满足不得分。</p>                                      |
|   |                | 质量保证措施<br>(9分)     | <p>评标委员会据供应商提供的质量保证措施（包括但不限于项目质量保证体系、风险控制体系及应急措施等），进行横向对比、综合评价。</p> <p>第一档：全面、可实施性强得9分。</p> <p>第二档：适用的、先进的得7分。</p> <p>第三档：简单、可行的得4分。</p> <p>第四档：实际内容与本项目不符合的得2分。</p> <p>第五档：没有提供不得分。</p>                                      |



|  |  |              |                                                                                                                                              |
|--|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 总体评价<br>(6分) | 根据供应商综合实力，评标委员会对各供应商进行总体评价，进行总体评价打分。<br>第一档：根据提供的内容完整性得6分。<br>第二档：根据提供的内容实际性得4分。<br>第三档：根据提供的内容适用性得3分。<br>第四档：根据提供的内容可行性得2分。<br>第五档：没有提供不得分。 |
|  |  | 企业业绩<br>(5分) | 投标人 2020 年 1 月 1 日以来具有类似医疗设备项目业绩的，每份业绩得2.5分，此项最高得5分（提供中标通知书及合同，时间以合同签订日期为准）                                                                  |

供应商应在投标文件中提供《评标办法》中要求的评审依据的材料必须真实有效，凡发现有提供虚假材料的供应商，取消其投标资格，并承担相应的法律责任。

注：

1、缺项为零分。开标结束后，采购人有权对中标人的财务、技术、管理能力及信誉进行全面核查，确定其是否能圆满地履行合同。

2、采购文件中凡涉及到资格审查或加分项目，全部以投标单位诚信库中证件原件的扫描件为准，并且响应文件中所附复印件必须和企业诚信库中证件原件的扫描件一致。

3、投标产品若出现同一品牌需参照：（中华人民共和国财政部令第 87 号—政府采购货物和服务招标投标管理办法）第三十一条：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照 采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

以上所需证件审查由评标专家依据投标企业在诚信库填报的信息资料原件扫描件为准。（所有资质、证书、业绩、荣誉等原件以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或 资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。原件扫描件上传诚信库请

依照采购文件所指位置进行上传以便评审。没有指出上传位置的原件扫描件请上传至“所需投标材料”中并新建子目名称。没有上传至指定位置，只要在诚信库中能找到，均视为已上传。

本项目中标结果公示时，同时公示诚信库信息，接受社会监督。

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照采购文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：详见评标办法。

#### 2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法。

#### 2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法。

#### 2.2.4 评分标准：详见评标办法。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明。评标委员会依据采购文件规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- （1）第二章“供应商须知”规定的任何一种情形的；
- （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- （4）采购文件中标明的关键条文的偏离，将被认为是重大偏离，将导致废标。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按采购文件规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商在评标时一个小时内作出书面说明，必要时需提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

### 3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会依据采购文件评分标准进行评分，按评分办法前附表的约定计算供应商最终得分，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

## 第四章 合同条款及格式

(仅供参考, 不作为签订合同的依据)

### 第一条 合同价格及供货设备

1. 1 本合同为\_\_\_\_\_ (项目名称) 设备的采购与安装、产品参数、数量见附件。

1. 2 本合同价为: \_\_\_\_\_ (大写) (¥\_\_\_\_\_ 元小写)。

### 第二条 付款方式

2. 1 本合同所支付一切费用均以人民币结算, 由甲方采用转账方式汇到乙方账户

2. 2 合同款支付方式:

\_\_\_\_\_ 即人民币 \_\_\_\_\_ (大写) (¥\_\_\_\_\_ 元小写)

2. 3 乙方向甲方开具等额发票, 并保证所开具的发票合法、有效。

### 第三条 货物质量、标准及包装

3. 1 乙方所供设备均符合采购文件要求、乙方投标产品所列出的配置、技术参数及各项要求, 表面无划伤、无碰撞, 无任何缺陷, 同时符合中华人民共和国国家质量及国家安全 环保标准。

3. 2 乙方交付的货物为制造商原厂包装, 包装箱号与设备出厂批号一致。

### 第四条 交货时间及方式

4. 1 乙方按照货物常规配置及谈判文件所列技术要求提供投标货物设备, 并在签订合同后 30 日天内, 将甲方所需设备交付, 安装, 保证正常使用, 并向甲方提供设备现场使用 操作技术及维修保养方面的培训。

4. 2 本合同所有设备由乙方采取适于安全、准时的方式运送。

### 第五条 货物验收方式、质量保证期及售后服务

5. 1 乙方将设备送到甲方后, 由甲方指定人员签收和验收。所有设备安装、调试完毕, 可正常运行后, 由乙方写出书面报告申请验收合同, 甲方负责组织合同验收。

5. 2 本项目质保期 \_\_\_\_\_, 自验收合格签字之日起计算。

5. 3 在质保期内, 因设备的质量问题而非人为原因发生损坏或不能正常工作时, 乙方提供免费维修或更换零部件。

### 第六条 不可抗力

6. 如因不可抗力因素影响, 任意一方不能全面履行合同执行的条款, 应及时通知对方, 并在合理期限内提供有关机构出具的证明, 合同自行延期执行。

## 第七条 违约责任

7. 1 乙方延期交货责任：供应商部分货物逾期交货的，应向采购方偿付违约金。逾期一天，偿付货款 1%的违约金，依次类推。

7. 2 甲方延期付款责任：采购方逾期付款的，应向供应商偿付违约金。逾期一天偿付货款 1%的违约金，以次类推。

## 第八条 提出异议的时间和方式

8. 1 甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，向乙方提出书面异议。

8. 2 乙方在接到甲方书面异议后，应在 24 小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

8. 3 甲方因违章操作、保管不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

## 第九条 争议的解决

9. 本合同在执行中发生争议，应本着公平、平等、友好的原则，通过协商解决。不能协商解决时，可向人民法院提起诉讼，或申请仲裁机构仲裁解决。争议处理期间，除争议部分以外，双方继续执行合同的其余部分。

## 第十条 合同生效及其他

10. 1 本合同经甲乙双方代表或授权代理人签字盖章后生效。

10. 2 甲乙双方应履行保密义务，未经对方许可，不得向与合同无关的第三方泄露任何保密信息、技术文件、合同条款或合同有关资料。

10. 3 合同执行期间，如因故不能履行或需要修改、补充，必须经过双方同意，并签订合同补充协议或另立合同，方为有效，否则相关责任方应承担相应的经济责任。

10. 4 本合同一式陆份，甲乙双方各持叁份。

甲 方：（公章）

乙 方：（公章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 第五章 技术参数要求

### 1标段：实时四维彩色多普勒超声诊断仪技术参数

| 序号      | 货物需求一览表及技术规格                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、      | 超高档实时四维彩色多普勒超声诊断仪                                                                                                                                                            |
| 二、      | 数量：1                                                                                                                                                                         |
| 三、      | 设备要求：中国国内生产                                                                                                                                                                  |
| 四、      | <p><b>设备用途及说明：</b></p> <p>妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研，必须提供厂家的最高型号和最新版本。</p> |
| 五、      | <b>主要规格及系统概述</b>                                                                                                                                                             |
| 5.1     | <b>彩色多普勒超声波诊断仪包括：</b>                                                                                                                                                        |
| 5.1.1   | 主机一体化LCD显示器 ≥22英寸，全方位关节臂旋转                                                                                                                                                   |
| 5.1.2   | 液晶触摸屏≥12英寸，可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作，也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。                                                                                                    |
| 5.1.3   | 数字化二维灰阶成像单元                                                                                                                                                                  |
| 5.1.4   | 数字化彩色多普勒单元                                                                                                                                                                   |
| 5.1.5   | 数字化能量多普勒成像单元                                                                                                                                                                 |
| 5.1.6   | PW脉冲波多普勒成像单元                                                                                                                                                                 |
| 5.1.7   | CW连续波多普勒成像单元                                                                                                                                                                 |
| 5.1.8   | 实时四维成像单元                                                                                                                                                                     |
| *5.1.9  | 二维凸阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量                                                                                                                                          |
| 5.1.10  | 胎儿心脏成像模式，可以同时实现2条解剖M型                                                                                                                                                        |
| 5.1.11  | 二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态。                                                                                                                 |
| *5.1.12 | 二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。                                                                                                                                   |
| 5.1.13  | 具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态。                                                                                                                                   |
| 5.1.14  | 组织多普勒成像技术                                                                                                                                                                    |
| 5.1.15  | 弹性成像技术                                                                                                                                                                       |

|            |                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.6      | 宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头                                                                                              |
| 5.1.7      | 主机内置ESHRE（欧洲人类生殖与胚胎学学会）与ESGE（欧洲妇科内镜学会）指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。                                           |
| 5.1.8      | 具备IDEA（国际深度子宫内膜异位症组织）专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估。                                                |
| 5.1.9      | 支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。                                                                 |
| 5.1.10     | 具有声影抑制消除技术，提升声影区域图像显示效果。                                                                                        |
| <b>5.2</b> | <b>容积四维成像技术：</b>                                                                                                |
| 5.2.1      | 支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，最大支持3个独立的可移动光源。可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。                                     |
| 5.2.2      | 断层超声显像技术                                                                                                        |
| 5.2.3      | 具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率。                                                           |
| 5.2.4      | 卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。                                                                                 |
| *5.2.5     | 专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。                                                                              |
| 5.2.6      | STIC时间空间相关成像技术                                                                                                  |
| *5.2.7     | 胎心容积导航技术，2步自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。                                                      |
| 5.2.8      | 具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。                                                                                            |
| 5.2.9      | 腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查。                                                                           |
| *5.2.10    | 可支持高频线阵容积探头，提供探头型号                                                                                              |
| *5.2.11    | 胎儿颅脑自动分析功能，基于深度学习算法支持，一键自动获取胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面。一键自动同时测量BPD, HC, OFD, CM 后颅窝池，Cerebellum小脑横径，Vp 侧脑室后脚。 |
| *5.2.12    | 具备智能三维产程监测功能，能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告。                                                |
| <b>5.3</b> | <b>测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）</b>                                                                                  |
| 5.3.1      | 一般测量                                                                                                            |
| 5.3.2      | 多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能                                                                                             |
| 5.3.3      | 妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析                                                                                               |
| 5.3.4      | 胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长                                                                          |
| 5.3.5      | 自动NT测量技术                                                                                                        |
| 5.3.6      | 自动IT测量技术                                                                                                        |



|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 5.3.7      | 不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积                               |
| 5.3.8      | 容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI                        |
| <b>5.4</b> | <b>图像存储、管理及回放重现</b>                                          |
| 5.4.1      | 输入/输出信号：USB，HDMI，S-Video，VGA                                 |
| 5.4.2      | 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0                                       |
| 5.4.3      | 超声图像存档与病案管理系统                                                |
| 5.4.4      | 回放重现单元                                                       |
| 5.4.5      | 硬盘容量 $\geq 1T$                                               |
| 5.4.6      | 一体化剪帖板：（在屏幕上）可以存储和回放动态及静态图像                                  |
| *5.4.7     | 支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式                        |
| <b>5.5</b> | <b>技术参数要求</b>                                                |
| 5.5.1      | 监视器 $\geq 22$ 英寸高分辨率LCD监视器                                   |
| 5.5.2      | 操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定                             |
| 5.5.3      | 探头接口： $\geq 4$ 个，探头接口为无针式接口                                  |
| 5.5.4      | $\geq 12$ 英寸多点触控触摸屏                                          |
| 5.5.5      | 空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准                                     |
| 5.5.6      | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调                         |
| <b>5.6</b> | <b>探头</b>                                                    |
| 5.6.1      | 频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择 $\geq 3$ 种，多普勒频率 $\geq 3$ 种。 |
| 5.6.2      | 腹部面阵容积探头：超声频率2.0 — 8.0 MHz                                   |
| 5.6.4      | 腔内容积凸阵探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz                                   |
| 5.6.5      | 腔内容积凸阵探头：阵元数 $\geq 191$ ，成像角度 $\geq 180^\circ$ 。             |
| 5.6.6      | 腹部二维凸阵探头：超声频率2.0 — 5.0 MHz                                   |
| 5.6.7      | 腹部二维凸阵探头：阵元数 $\geq 191$ ，成像角度 $\geq 112^\circ$ 。             |
| 5.6.8      | 高频面阵线阵探头：超声频率4.0 — 13.0 MHz                                  |
| <b>5.7</b> | <b>二维灰阶及容积成像主要参数</b>                                         |
| 5.7.1      | 凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频 $\geq 30$ 帧/秒；                 |
| 5.7.2      | 凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频 $\geq 30$ 帧/秒                      |
| 5.7.3      | 数字集成化智能TGC分段 $\geq 8$ ，无实体按键                                 |
| *5.7.4     | 二维成像扫描深度 $\geq 45$ cm                                        |
| 5.7.5      | 回放重现：灰阶图像回放 $\geq 4000$ 幅，四维图像回放 $\geq 400$ 容积帧。             |

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 5.7.6      | 系统动态范围 $\geq 409\text{dB}$                                 |
| 5.7.7      | 预设条件 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节       |
| <b>5.8</b> | <b>频谱多普勒</b>                                               |
| 5.8.1      | 方式：PW，CW                                                   |
| 5.8.2      | 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示                                       |
| 5.8.3      | PWD：血流速度 $\geq 10\text{m/s}$ ；CWD：血流速度 $\geq 20\text{m/s}$ |
| 5.8.4      | 最低测量速度： $\leq 0.4\text{mm/s}$ （非噪声信号）                      |
| 5.8.5      | 零位移动： $\geq 10$ 级                                          |
| <b>5.9</b> | <b>彩色多普勒</b>                                               |
| 5.9.1      | 显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示                                    |
| 5.9.2      | 凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频 $\geq 10$ 帧/秒；               |
| 5.9.3      | 凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频 $\geq 9$ 帧/秒                   |
| 5.9.4      | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度 $\leq 5\text{mm/s}$ （非噪声信号）              |
| 5.9.5      | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图                                     |

## 2标段：乳腺钼靶X线摄影系统技术参数

| 序号     | 招标参数和性能要求                                                |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 1      | 功能及基本要求                                                  |
| 1.1    | 适用范围：所招产品可供医疗单位做X射线乳腺检查诊断使用                              |
| *1.2   | 具有智能售后远程服务系统，厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家（需提供相关证明文件证明） |
| 2      | 主要技术规格和要求                                                |
| 2.1    | 高压发生装置                                                   |
| *2.1.1 | 高压发生器与整机同一品牌（提供检验报告证明）                                   |
| 2.1.2  | 主机功率：≥4.5kW                                              |
| 2.1.3  | 输出电压：≥20~40kVP                                           |
| 2.1.4  | 最大mAs：≥500mAs                                            |
| 2.1.5  | 具备曝光自动控制功能                                               |
| 2.1.6  | 手动曝光可直接通过采集软件调节曝光参数，无需单独曝光操作台                            |
| 2.1.7  | 具有故障状态显示功能                                               |
| 2.2    | X射线管组件                                                   |
| 2.2.1  | 大小焦点：≤0.1/0.3mm                                          |
| 2.2.2  | 焦点最大功率：≥5KW                                              |
| 2.2.3  | 阳极热容量：≥200KHU                                            |
| 2.2.4  | 球管阳极旋转速度：低速≥3000rpm；高速≥10000rpm                          |
| 2.2.5  | 阳极靶角：≤15°                                                |
| 2.3    | 平板探测器                                                    |
| *2.3.1 | 平板探测器与整机同一品牌（提供检验报告证明）                                   |
| 2.3.2  | 非晶硅材质整板                                                  |
| *2.3.3 | 探测器有效成像尺寸：≥290mm*230mm（提供检验报告证明）                         |
| 2.3.4  | 探测器检测像素矩阵：≥4k×3k                                         |
| 2.3.5  | 探测器检测单元尺寸：≤80um                                          |
| 2.3.6  | 动态范围：≥16bit                                              |
| 2.3.7  | 自曝光至图像在监视器上显示的时间：≤15s                                    |
| 2.3.8  | DQE值（量子转换效率）：>50% @1 Lp/mm                               |
| *2.3.9 | 高对比分辨率：≥6Lp/mm（提供检验报告证明）                                 |
| 2.4    | 乳腺投照架                                                    |

|        |                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4.1  | 采用乳腺专用多功能立式投照架摄影系统                                                                                                  |
| 2.4.2  | 最低垂直方向距地: $\leq 675\text{mm}$                                                                                       |
| 2.4.3  | 转动角度范围: $\geq -135^\circ \sim +180^\circ$                                                                           |
| 2.4.4  | 焦点到影像接收面的距离: $\geq 650\text{mm}$                                                                                    |
| 2.4.5  | 可投照体位: $\geq 4$ 种: RCC、LCC、RML0、LML0                                                                                |
| *2.4.6 | 在设备停止运转后, 压迫装置应提供手动解除压迫的方式, 使患者进出和解脱的措施 (提供相关证明文件证明)                                                                |
| *2.4.7 | 可以根据临床摆位操作的需要, 自由切换电动或手动压迫模式, 使操作医生根据患者反应及时调整压力大小 (提供相关证明文件证明)                                                      |
| 2.5    | 乳腺专用滤线栅                                                                                                             |
| *2.5.1 | 类型: 活动式防散射滤线栅, 可完全淡化栅线栅影 (提供检验报告证明)                                                                                 |
| 2.5.2  | 尺寸: $\geq 298\text{mm} \times 326\text{mm}$                                                                         |
| 2.5.3  | 栅格比: $\geq 5:1$                                                                                                     |
| 2.5.4  | 焦距: $\geq 0.65\text{m}$                                                                                             |
| 2.5.5  | 栅密度: $\geq 36\text{LP/cm}$                                                                                          |
| 2.6    | 限束器                                                                                                                 |
| 2.6.1  | 固有滤过: $\geq 0.02\text{mmAl}/75\text{kV}$                                                                            |
| 2.6.2  | 辐射野 (SID=65mm): $\geq$ 最大 $240\text{mm} \times 300\text{mm}$ , 最小 $0\text{mm} \times 0\text{mm}$                    |
| 2.6.3  | 操纵方式: 电动                                                                                                            |
| 2.6.4  | 附加滤过: $0.03\text{mm}$ 钨, $0.025\text{mm}$ 铈                                                                         |
| 2.6.5  | 光野边缘对比度: $\geq 4$                                                                                                   |
| 2.7    | 图像采集工作站                                                                                                             |
| 2.7.1  | 图像采集工作站软件操作界面均为中文界面                                                                                                 |
| 2.7.2  | 图像采集工作站应包含如下图像处理功能:<br>调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量                             |
| 2.7.3  | 打印胶片上可显示摄影曝光kV、mAs等设置条件。                                                                                            |
| 2.7.4  | 病人图像可以采用各种方式查询, 并可自定义查询方式                                                                                           |
| 2.8    | 图像诊断工作站                                                                                                             |
| *2.8.1 | 3M乳腺专用医用显示器: $\geq 2$ 套 (需提供医疗器械产品技术要求证明)                                                                           |
| 2.8.2  | 图像诊断工作站应包含如下图像处理功能:<br>窗宽/窗位、同步窗宽/窗位、自动窗宽/窗位、预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转、旋转、同步图像缩放及漫游、图像插值边缘增强、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量、面积测量、电子剪切 |

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 2.8.3  | 诊断软件与整机为同一品牌生产                           |
| *2.8.4 | 诊断工作站：支持乳腺专用挂片协议，方便医生阅片（需提供医疗器械产品技术要求证明） |

## 第六章 响应文件格式

\_\_\_\_\_(项目名称)\_\_\_\_\_(标段)

# 投 标 文 件

供应商：\_\_\_\_\_（电子签章）

地址：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（电子签名或签章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 目 录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、法定代表人身份证明
- 四、授权委托书
- 五、产品授权书（国产可不提供）
- 六、供应商基本情况
- 七、其他资料
- 八、附表

## 一、投标函

（采购人名称）：

1. 我方（供应商名称）已仔细研究了（项目名称、标段）采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）的投标总报价，交货期：\_\_\_\_\_，按合同约定完成设备的供货、安装、调试并交付贵方验收、使用，维修产品质量中的任何缺陷，产品质量达到\_\_\_\_\_，投标有效期\_\_\_\_\_。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照采购文件规定向贵方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内交付全部合同设备。

（4）我们承认报价是评标的重要因素，但不是唯一标准。

4. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商：（供应商名称）（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或签章）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日



## 二、开标一览表

单位：元/人民币

| 设备名称  | 品牌型号                        | 生产厂家 | 投标单价 | 投标数量 | 合计 | 备注 |
|-------|-----------------------------|------|------|------|----|----|
|       |                             |      |      |      |    |    |
|       |                             |      |      |      |    |    |
|       |                             |      |      |      |    |    |
|       |                             |      |      |      |    |    |
| 投标总价  | 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分<br>(¥ ) |      |      |      |    |    |
| 标段    |                             |      |      |      |    |    |
| 交货期   |                             |      |      | 质量   |    |    |
| 交货地点  | 采购人指定地点                     |      |      | 质保期  |    |    |
| 投标有效期 |                             |      |      |      |    |    |
| 其他声明  |                             |      |      |      |    |    |

供应商：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或签章）

日期： 年 月 日

### 三、法定代表人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_\_ 月\_\_\_\_\_ 日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_ 职务

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：\_\_\_\_\_（供应商名称）（电

子签章）

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_ 日

附：法定代表人身份证原件正反面扫描件或复印件

#### 四、授权委托书

本人\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_（标包名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

供应商：\_\_\_\_（供应商名称）（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_（电子签名）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

附：委托代理人身份证正反面扫描件或复印件

## 五、产品授权书

格式自拟（原件扫描件）

## 六、供应商基本情况

(一) 供应商基本情况表

|        |     |  |        |        |    |  |
|--------|-----|--|--------|--------|----|--|
| 供应商名称  |     |  |        |        |    |  |
| 注册地址   |     |  |        | 邮政编码   |    |  |
| 联系方式   | 联系人 |  |        | 电 话    |    |  |
|        | 传 真 |  |        | 网 址    |    |  |
| 企业性质   |     |  |        |        |    |  |
| 法定代表人  | 姓名  |  | 技术职称   |        | 电话 |  |
| 组织机构代码 |     |  | 税号     |        |    |  |
| 成立时间   |     |  | 员工总人数: |        |    |  |
| 银行资信等级 |     |  | 其中     | 高级职称人员 |    |  |
| 营业执照号  |     |  |        | 中级职称人员 |    |  |
| 注册资金   |     |  |        | 初级职称人员 |    |  |
| 开户银行   |     |  |        | 技 工    |    |  |
| 账号     |     |  |        |        |    |  |
| 经营范围   |     |  |        |        |    |  |
| 备注     |     |  |        |        |    |  |

## 七、其他材料

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第十七条的规定：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标单位无行贿承诺；

3、供应商做出的各项承诺；

4、供应商认为必要的其他资料；

5、采购文件规定须提供的其他资料（包括资格审查材料等）。

## 6、信用承诺书

(供应商范本)

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境,树立诚信守法的供应商形象,本人代表本单位作出以下承诺:

(一)本单位对所提交的企(事)业单位基本信息、企(事)业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料,均合法、真实、准确、有效,无任何伪造、修改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责。

(二)严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件,参加公共资源招标投标活动,不挂靠、借用、出租、出借、转让资质,积极履行社会责任,促进廉政建设。

(三)自我约束、自我管理,守合同、重信用,不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标(放弃中标)、恶意投诉、违约毁约等行为,自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

(四)本单位及项目经办人员信用状况良好,未被列为失信惩戒对象或“老赖”,符合参与公共资源交易活动的相关要求。

(五)本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形,若中标,本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施,及时交纳农民工工资保证金,切实维护农民工权益。

(六)若中标,本单位将在规定的时间内与采购人签订合同并自觉履行合同义务,不转包或违法分包中标项目。

(七)自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

(八)本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查,积极配合行政监督部门的投诉处理;本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为,自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚(处理),依法承担赔偿责任和刑事责任,并同意按照相关规定记入

本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为(信用)记录。

(九) 本人已认真阅读了上述承诺, 并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或(委托代理人)签字:

企业名称(盖章):

项目负责人(签字):

年 月 日



## 7、政府采购供应商信用承诺函

致（采购人）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商（企业盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：                年        月        日

注：

1、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标处理。

2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书 ”。

## 八、附表

表一、投标报价表

单位：元/人民币

|       |              |                   |    |    |      |      |             |
|-------|--------------|-------------------|----|----|------|------|-------------|
| 供应商名称 |              |                   |    |    |      |      |             |
| 产品名称  |              |                   |    |    |      |      |             |
| 投标报价  |              | ¥: _____<br>大写( ) |    |    |      |      |             |
| 设备名称  | 品牌<br>(请配中文) | 规格型号<br>(请配中文)    | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 认证情况 | 投标报价<br>(元) |
|       |              |                   |    |    |      |      |             |
|       |              |                   |    |    |      |      |             |
|       |              |                   |    |    |      |      |             |
|       |              |                   |    |    |      |      |             |
|       |              |                   |    |    |      |      |             |

备注：

- 1、上述投标价为主机和标准配置价、备品备件价、专用工具价、安装调试检验费、培训费、技术服务费之总和；
- 2、投标报价应以人民币报价，精确到小数点后两位并用逗号隔开；（例：1,000,000.00 元）

供应商：（电子签章）

法人代表或授权代表：（电子签名或签章）

年 月 日

表二、技术规格偏差一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 |      | 对招标文件偏差 | 描述 | 备注 |
|----|------|---------|------|---------|----|----|
|    |      | 采购文件    | 响应文件 |         |    |    |
|    |      |         |      |         |    |    |
|    |      |         |      |         |    |    |
|    |      |         |      |         |    |    |
|    |      |         |      |         |    |    |
|    |      |         |      |         |    |    |
|    |      |         |      |         |    |    |

供应商：（电子签章）

法人代表或授权代表：（电子签名或签章）

年      月      日

说明：

- 1、投标货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表；
- 2、表格不足时供应商可根据需要另行添加；
- 3、未标记的指标在允许的偏差范围内可采用加价等方式进行评价，单项不作为必须废标条件。

表三、商务条款偏差一览表

| 序号 | 项目    | 标书要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 备注 |
|----|-------|------|------|------|----|
| 1  | 交货期   |      |      |      |    |
| 2  | 付款方式  |      |      |      |    |
| 3  | 质保服务  |      |      |      |    |
| 4  | 技术偏差表 |      |      |      |    |
| 5  | 商务偏差表 |      |      |      |    |
| 6  | 其它    |      |      |      |    |
|    |       |      |      |      |    |

供应商：（电子签章）

法人代表或授权代表：（电子签名或签章）

年 月 日

说明：

- 1、投标货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表；
- 2、表格不足时供应商可根据需要另行添加。

产品适用政府采购政策情况

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 日 期：