单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：王延江	
	职称：工程师	
	工作单位：南阳医专一附院	
项目信息	项目名称：内乡县人民医院全身X射线计算机断层扫描系统（64排CT）球管采购项目	
	采购内容：全身X射线计算机断层扫描系统（64排CT）球管	
	供应商名称：河南益安瑞医疗设备技术服务有限公司	
专业人员论证意见	内乡县人民医院64排CT球管因达到使用寿命需要更换，球管为CT设备中不可缺少的消耗核心部件，具有不可替代的专利、专有技术，同时为保证与CT主机的配套一致性，只能更换产品注册时的原型号球管，具有唯一性。故依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定，只能从CT生产厂家授权的唯一供应商，即"河南益安瑞医疗设备技术服务有限公司"采购，建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	王延江	日期2024年10月12日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。