

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 尤国兵	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 南阳市中心医院	
项目信息	项目名称: 内乡县人民医院全身X射线计算机断层扫描系统(64排CT)球管采购项目	
	采购内容: 全身X射线计算机断层扫描系统(64排CT)球管	
	供应商名称: 河南益安瑞医疗设备技术有限公司	
专业人员论证意见	该院本次采购的是需要匹配GE Optima CT 660 CT的6.3MHU球管, 当前使用寿命已近耗尽; CT球管为整机重要组成部分, 其参数性能与主机匹配要求较高, 是确保整机功能完整的重要因素, 故宜采用原厂原装型号球管。 因利通同电器科技有限公司(上海)有限公司, 指定上海利通同电器有限公司, 在河南省正域授权经销商。上海利通同电器有限公司自2024年10月30日起授权河南益安瑞医疗设备技术有限公司在内乡县人民医院内经销通同电气(中国)有限公司系列集团Optima 660 CT球管一支。上述授权具有唯一性。依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定, 本次采购符合单一来源采购方式。唯一供应商为河南益安瑞医疗设备技术有限公司。	
专业人员签字	尤国兵	日期 2024 年 10 月 12 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。