

政府采购合同

合同编号：

采购人（以下称甲方）：濮阳市精神卫生中心

供应商（以下称乙方）：河南图迈医疗科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方按照濮阳市精神卫生中心改造提升医疗设备采购项目（包 1 ）结果，遵循平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

一、合同标的

1. 乙方应当根据采购公告、投标（响应）文件及中标（成交）通知书等（上述文件统称为采购文件）并按照甲方需求提供下列货物。

序号	货物名称	规格型号、技术参数	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)
1	全自动摆药机	YS-PJ-04, 技术参数见附件	台	1	960000	960000
2						
3						
合计：人民币（大写） 玖拾陆万 元（¥ 960000 ）						

2. 上表规定的详细配置内容详见采购文件。

二、合同价款

1. 本合同项下总价款为人民币（大写）玖拾陆万元（¥ 960000 元）。

2. 本合同总价款包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、售后服务、税费等全部费用。

3. 本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定支付：

（1）乙方合同履行达到 货到验收合格后 15 个工作日内（条件）时，付款合同金额的 90%，即人民币（大写）捌拾陆万肆仟元（¥ 864000 元）；合同履行达到货到验收合格一年后 15 个工作日内（条件）时，付款合同金额的 10%，即人民币（大写）玖万陆仟元（¥ 96000 元）。

4. 本合同金额系固定不变价格，已包含了购买货物的价格及安装、调试、保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用和所需缴纳的一切相关税费。

5. 甲方付款前乙方应出具合法的发票。

三、交货和验收

1. 交货时间：自合同签订之日起 60 天内交货

对于甲乙双方协商进行分批交货的，可以补充详细的《分批交货进度要求》，作为本合同的补充。

2. 交货地点：濮阳市精神卫生中心

在送货前，乙方应当与甲方沟通确定具体交货时间、地点等交接货相关事宜，以便甲方做好接货准备。

3. 乙方交付的货物应当符合采购结果（含采购公告及竞投标或响应文件等）所规定的货物名称、规格型号、数量等要求。乙方提供的货物不符合采购结果和本合同约定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险及损失由乙方承担。

4. 乙方应当将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付采购结果规定的货物及附随资料、配件或者工具的，视为未按照合同约定交货，乙方应当在甲方指定的期限内负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关违约责任。

5. 乙方在甲方完成现场验收之日起5个工作日内将货物全部安装、调试完毕，甲方应当在全部货物安装调试完毕后的10个工作日内，对货物进行质量验收。验收合格的，甲方应当签收验收单或向乙方出具验收合格书。

6. 乙方提供的货物经甲方质量验收不合格的，乙方应当无条件进行重新返修、返工制作、更换，直至甲方验收合格为止，所需费用由乙方自行承担，同时，乙方应当承担相应的违约责任。

7. 本合同项下的货物及追加、更换、补充的货物（含零件、部件、配件）的风险自货物经甲方签字确认收到货物时转移。

三、乙方保证

1. 乙方保证对其出售的货物享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，乙方出售的货物也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如甲方使用该货物构成上述侵权，乙方承诺承担全部相关责任。

2. 乙方保证所提供的货物的技术规格符合采购结果规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或者行业标准。

3. 乙方保证货物是全新、未拆封且未使用过的原装合格正品（包括零部件）。如货物需安装或配置软件，乙方保证相关软件均为正版软件。供货之后，如遇系统或软件需要更新或升级的，无论质保期内外，供应商均应提供免费更新或升级服务。

4. 乙方应当保证提供给甲方的合同货物符合采购文件的要求；所用材质的质量应当符合相关国家、行业标准要求；所用材质的环保要求应当符合国家强制性环保要求。乙方承诺对其所供货物及原材料的质量负责。

四、保修条款

十、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲 方：濮阳市精神卫生中心

负责人：

李志刚

签订时间：2024年9月9日

乙 方：河南图迈医疗科技有限公司

负责人：

杨彦

签订时间：

2024年9月9日

技术参数

一、汤山全自动摆药机型号 YS-PJ-04 技术参数如下

1. 摆药机为立式旋转式结构，整机背面及侧面无操作窗口，可以并排或靠墙角摆放，方便医院住院药房根据工作流程自由布置，摆药机储药柜门设置在正面。在设备正面无需走动的环境下就可查看设备内全部药盒情况。
2. 可以通过 HIS 系统接收医嘱信息，摆药机按医嘱要求将单剂量的片剂或胶囊自动包入同一个药袋内，并在药袋上打印药品和患者的相关信息。
3. 摆药机药品种数为 398 种；单个非机储药槽为 63 格。配备 2 个非机储药槽交替使用。
4. 需采用正面出药口出药，便于正面观察和取药袋，提高摆药效率。
5. 药盒上具有药品名、药品实物照片、剂量、生产厂家等信息，方便加药核对避免加药差错。
6. 智能药盒具有防泄漏装置，避免药盒齿轮与落位电机齿轮相咬合时转动，从而产生误落药造成发药差错。
7. 包药部分的出药口配备安全挡板，以防鼠虫侵入。
8. 单台摆药机具备 4 个风扇装置，且带有静音棉装置。
9. 包药速度为 60 包/分钟。
10. 具有所有药盒加药不停止摆药功能。
11. 具备机储药盒处理半片药自动切割功能：在设备内储存的片剂药品，药盒可以自动把整片药品切割成半片，无需通过托盘等方式手工加入半片药品，并根据处方信息自动分包半片药品。
12. 非机储药品托盘具有单独进行外摆药分包功能，可以用于外摆药品的门诊大瓶药品拆零分包和分包医嘱必要时用法的分包，也可以和机储药品混合分包。
13. 非机储药品托盘弹入或弹出时，无需双手操作，只需单手操作即可完成。
14. 药盒规格为 2 种。
15. 药盒全部为智能药盒；采用 RFID 的先进技术（而非带电接触式），绑定药品信息，确定药盒药品唯一性。药盒放置位置和底座号不一致也可正确的分包药品。
16. 药盒可防潮、防紫外线功能；可以清洁、水洗。
17. 摆药机在包药过程中，无需人工干涉，包药袋的长度可根据药袋中药品的装载量自动调节药袋长度，长度控制在 60-90 毫米之间，可调节长度为 5 种。
18. 单处方药品装载量超过设定的药袋长度或药袋自动调节的最大长度，具备分成二包分装。
19. 具备中文操作系统，且具备中文语音告知功能，可用汉语为设备提供普通话告知及操作指导。如：药师缺货、缺纸却碳带、塑封温度不适报警，设备异常错误，设备自检过程中设备故障点的报警等功能。
20. 支持在同一个药包袋上打印患者信息（患者姓名、性别、年龄、病区、病房、病床、患者 ID）、服药信息（服药日期和时间）、药品信息（品名、数量、规格、厂家、单位、效期、批号等）、一维条形码、二维条形码、医师的嘱托、用药注意事项、药品种数、总数量、医院徽标、医院的院训口号等信息。
21. 打印的内容和版面支持由医院操作人员自行编辑和排版。
22. 摆药机的所有的垂直落药通道为整体结构，且摆药机所有的落药通道（包括垂直落药通道）可随时打开清理，以保证药品不被交叉污染。

配置清单

序号	设备名称	主要规格	数量
1	摆药机主机	YS-PJ-04	1 台
1-2	摆药机操作软件	软件功能：摆药机控制、日常维护操作、摆药机药品管理等。终身免费升级	1 套
1-3	储药盒	RFID 智能药盒 396 个，自动半切药盒 2 个 单个单层非机储药槽为 63 格。配备 2 个非机储药槽交替使用。	400 个
1-4	标准附件	DTA 上层托盘、DTA 下层托盘、大漏斗、小漏斗	1 套
1-5	附属框	接药框、包含测试用包装纸、碳带	1 套
1-6	专用工具包	十字螺丝刀、一字螺丝刀、加热滚筒清洁剂、药粉清理刷、加热滚筒清理铁刷、网络连接线	1 套
1-7	中文操作手册	摆药机中文操作手册 1 套	1 套
2	操作电脑（含键鼠）	DELL 电脑（21 英寸触摸显示屏）	1 套
3	稳压电源	3KVA	1 套
4	说明书	设备说明书、计算机软件操作手册、出厂检验合格证。	1 套
5	除包机	CZ-4	1 套
6	称重数片机	FY_SL_01	1 套
7	耗材	包装耗材（色带、包装袋）	50 套

原厂质保承诺书

致：濮阳市精神卫生中心

我们北京扶远清隆科贸有限公司，在本次濮阳市精神卫生中心改造提升医疗设备采购项目【采购编号：濮财市直招标采购-2024-61】；我司郑重承诺：对我们的YS-PJ-04 全自动摆药机提供原厂质保服务。

质保期3年，在质保期内定期对设备进行巡检保养，保证运行状态稳定；若产品出现问题，我们将免费维修或更换有缺陷的部件。



附：售后人员名单及地址

序号	姓名	电话	服务地址	备注
1	王学中	13810612501	郑州办事处：郑州市管城回族区紫荆山路219号鑫泰大厦901	负责安装调试及售后维保服务
2	秦亚楠	13810612571	濮阳服务网点：濮阳市华龙区西白仓南街世外桃源	