



医疗设备验收报告单

验字第：2024-12-17

器械名称	全自动摆药机	器械注册证名称	/
规格型号	YS-PJ-04	数量	1台
放置地点	药房	设备序列号	CHA1095
产地品牌	汤山	设备单价	96万元
捐赠公司名称	/	总价	96万元

验收项目	备注	验收项目	备注
实际配置与合同一致	☒ 是 ☐ 否	设备外观是否完好	☒ 是 ☐ 否
设备运行正常	☒ 是 ☐ 否	合格证或商检报关单	☒ 有 ☐ 无
供应商资质	☒ 有 ☐ 无	医疗器械注册证号	/
操作培训记录	☒ 是 ☐ 否	技术资料（使用手册、维修资料等）	☒ 有 ☐ 无
检测报告、计量首检证	☐ 有 ☐ 无	应用软件光盘	☒ 有 ☐ 无
维保计划和内容	☒ 有 ☐ 无	维修密码	☐ 有 ☐ 无
合同编号	/	发票复印件（发票号）	244/20000018500376
中标通知书和招标编号	中标通知书： 招标编号：濮阳市直招采2024-01	合同保修年限	3年
生产厂商/电话	010-68478288. yuejia	售后公司/电话	010-68478288
经销商联系人/电话	李文涛 13903930301	售后工程师/电话	13810612501 王学申

技术性能验收：
该产品经验收规格型号、配置、服务及安全标准符合合同规定，安装调试后可正常使用。

厂家工程师验收签字及电话：13810612571 秦亚楠

启用日期	2024年12月10日	验收日期	2024年12月17日
销售公司授权人员及联系电话	李文涛 13903930301	使用部门负责人	刘洪英
药械科验收人员	刘洪英	财务、审计、纪检验收人员	刘洪英 田岩
药械科负责人	刘洪英		