

民权县人民医院医疗服务与保障能力提升项目

竞争性谈判文件

采购编号：民财采竞-2025-3

招标编号：商政采〔2025〕237 号



采购人：民权县人民医院

采购代理机构：河南全德工程管理有限公司

日 期：二零二五年五月

目 录

第一章 竞争性谈判公告	3
第二章 谈判人须知	7
第三章 评标办法	18
第四章 采购需求	25
第五章 政府采购合同条款	34
政府采购合同	34
第六章 谈判响应文件格式	37
一、响应函	39
二、首次报价一览表	40
三、法定代表人（单位负责人）身份证明	41
四、授权委托书	42
五、技术偏差表	43
六、分项报价表	44
七、售后服务	45
八、资格审查资料	40
九、供应商反商业贿赂书	41
十、备品备件及附送工具清单	42
十一、相关证明材料	- 43 -

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

民权县人民医院医疗服务与保障能力提升项目 的潜在供应商应在规定时间内凭 CA 密钥登录商丘市公共资源交易平台 ([http:// ggzyjy.shangqiu.gov.cn](http://ggzyjy.shangqiu.gov.cn)) 获取采购文件，并于 2025 年 6 月 3 日 09 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 采购编号：民财采竞-2025-3

招标编号：商政采〔2025〕237号

2. 项目名称：民权县人民医院医疗服务与保障能力提升项目

3. 采购方式：竞争性谈判

4. 预算金额：1362060.00 元

最高限价（如有）：

序号	标包	预算价（元）	最高限价（元）
1	民权县人民医院医疗服务与保障能力提升 项目第一标段（包）	1362060.00	1362060.00

5、采购需求：

5、采购需求：

5.1、供货地点：民权县境内

5.2、资金来源：财政资金

5.3、供货期：签订合同后 15 日历天内安装调试完毕

5.4、质保期：一年

5.5、采购内容：采购清单内的全部内容（详见采购需求）

5.6、质量要求：达到国家相关行业合格标准

5.7、标包划分：本项目共划分为 1 个标包

5.8、是否接受进口产品：否

5.9 是否专门面向中小企业：是。

6、合同履行期限：签订合同后 15 日历天内

7、本项目（是/否）接受联合体：否。

8、落实的政府采购政策：扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

二、申请人的资格要求：

2.1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）供应商为代理商时，应具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证并具有相应的经营范围（从事一类医疗器械经营活动的除外）；供应商为境内生产企业时，应具有医疗器械生产许可证（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证）；

（3）供应商须符合中华人民共和国国务院令 第 739 号《医疗器械监督管理条例》相关规定，所投产品应具有有效期内医疗器械注册证或医疗器械产品备案凭证；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供 2023 年或 2024 年经审计的财务报告，新成立企业不足一年的可不提供。或提供其基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过一年。）；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书或相关证明材料）；

（6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供相关部门出具的自 2025 年 1 月以来任意 1 个月的依法缴纳税收证明和社保证明）

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书）；

（8）法律、行政法规规定的其他条件，（提供承诺书）。

2.2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

2.3. 信誉要求：供应商应根据“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标；供应商应在招标公告发布后对本单位信用信息进行查询并将查询页做在响应文件中。

2.4 具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或同一母公司的子公司,或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标,否则均按废标处理(提供企业信用信息查询)。

2.5 本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

3.1 本项目采用网上报名:企业可直接在该公告下方相关附件下载也可以免费注册登录商丘市公共资源交易公共服务平台(<http://ggzyjy.shangqiu.gov.cn>)下载谈判文件;时间:2025年5月28日至2025年5月30日(谈判文件的发售期限自开始之日起不得少于3个工作日),每天上午9:00至12:00,下午12:00至17:00(北京时间,法定节假日除外);

3.2 报名及招标文件下载时间:开始时间默认为公告发布时间,结束时间默认为开标时间。

注:如确定要参与项目投标,因在电子响应文件制作和投标过程中需要用到CA数字证书的加密、解密、电子签章等功能,请在制作响应文件前办理CA数字证书,以免影响自身投标。供应商报名操作说明书请在商丘市公共资源交易公共服务平台网站下载专区下载。

四、响应文件提交

1.时间:2025年6月3日09时00分(北京时间)

2.地点:商丘市公共资源交易中心二楼第十一开标席位(商丘市南京路与中州路交叉口西南角)

五、响应文件开启

1.时间:2025年6月3日09时00分(北京时间)

2.地点:商丘市公共资源交易中心远程不见面开标大厅

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本公告同时在《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心》上发布,谈判公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1.响应文件解密开始和截止时间:2025年6月3日09时00分(北京时间)至2025年6月3日11时00分,在规定的时间内未完成解密的响应文件视为无效;

2. 电子响应文件网上递交流程：在电子响应文件网上递交的截止时间前，使用 CA 锁登录后将已固化且加密的电子响应文件通过网上递交的方式在投标专区自行网上递交，并确保网上递交成功（为保证文件正常网上递交，请供应商人错峰上传，详细操作可参阅交易平台办事服务-操作指南-投标阶段）；

3. 开标方式：本项目实行不见面开评标，供应商不需再到达现场（需要现场演示或样品展示的除外），请供应商通过互联网登录交易平台自助完成投标签到、响应文件解密及澄清答疑等操作，具体流程详见交易中心系统 2019 年 12 月 31 日发布的《关于实行全过程不见面交易的公告》附件“商丘市公共资源交易平台操作指南 2019-12-31 版本”。

4. 请供应商时刻关注商丘市公共资源交易中心网站和公司 CA 密钥推送的消息。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：民权县人民医院

地 址：商丘市民权县治安路中段 23 号

联 系 人：程主任

联系方式：0370—8777051

2. 采购代理机构信息（如有）

采购代理机构：河南全德工程管理有限公司

联 系 人：孙女士

电 话：18838141869

联系地址：郑州市郑东新区金水东路 156 号 16 号楼

3. 项目联系方式

联 系 人：孙女士

电 话：18838141869

河南全德工程管理有限公司

2025 年 5 月 27 日

第二章 谈判人须知

谈判人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	名称：民权县人民医院 地址：商丘市民权县治安路中段 23 号 联系人：程主任 联系方式：0370—8777051
1.1.3	招标代理机构	采购代理机构：河南全德工程管理有限公司 联系人：孙女士 电话：18838141869 联系地址：郑州市郑东新区金水东路 156 号 16 号楼
1.1.4	项目名称	民权县人民医院医疗服务与保障能力提升项目
1.1.5	供货地点	民权县境内
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购内容	采购清单内的全部内容（详见采购需求）
1.3.2	供货期	签订合同后 15 日历天内安装调试完毕
1.3.3	质保期	一年
1.3.4	质量要求	达到国家相关行业合格标准

1.4.1	谈判申请人资质条件、能力和信誉	2.1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）供应商为代理商时，应具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证并具有相应的经营范围（从事一类医疗器械经营活动的除外）；供应商为境内生产企业时，应具有医疗器械生产许可证（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证）； （3）供应商须符合中华人民共和国国务院令 第 739 号《医疗器械监督管理条例》相关规定，所投产品应具有有效期内医疗器械注册证或医疗器械产品备案凭证； （4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供 2023 年或 2024 年经审计的财务报告，新成立企业不足一年的可不提供。或提供其基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过一年。）； （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书或相关证明材料）； （6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供相关部门出具的自 2025 年 1 月以来任意 1 个月的依法缴纳税收证明和社保证明） （7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书）； （8）法律、行政法规规定的其他条件，（提供承诺书）。 2.2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能
-------	-----------------	--

		产品及环境标志产品优先采购。 2.3. 信誉要求：供应商应根据“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标；供应商应在招标公告发布后对本单位信用信息进行查询并将查询页做在响应文件中。 2.4 具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或同一母公司的子公司,或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标,否则均按废标处理（提供企业信用信息查询）。 2.5 本项目不接受联合体投标。
1.4.2	是否接受联合体谈判	不接受
1.4.5	踏勘现场	不组织
1.4.6	谈判预备会	不召开
1.4.7	谈判申请人提出问题的截止时间	投标截止时间 3 日前
1.4.8	采购人书面澄清回复时间	48 小时内
1.5.1	分 包	不允许
1.5.2	偏 离	不允许
1.5.3	构成谈判文件的其他材料	谈判文件的补充、修改、澄清文件（如有）
2.2.2	谈判截止时间	2025 年 6 月 3 日上午 9 时 00 分（北京时间）
2.2.3	谈判申请人确认收到谈判文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后 48 小时内

2.3.2	谈判申请人确认收到谈判文件修改的时间	在收到相应修改文件后 48 小时内
3.1.1	构成谈判文件的其他材料	谈判申请人认为必要的其他材料
3.3.1	谈判有效期	60 天
3.4.1	谈判保证金	不收取
3.6	是否允许递交备选谈判方案	不允许
3.7.3	签字和（或）盖章要求	按照本项目谈判文件对谈判文件格式的要求，所有标明签字或盖章之处必须签字或盖章。
4.2.2	递交谈判文件地点	商丘市公共资源交易中心
4.2.3	是否退还谈判响应文件	否
5.1	谈判时间和地点	开标时间：详见公告 开标地点：详见公告
5.2	谈判程序	(1) 采购代理机构将在开标时间前登录公共资源交易平台启动开标会，并按照开标准备-签到-开标-开标记录-开标结束的顺序组织本次开标活动。 (2) 供应商网络签到。签到人和联系电话手动输入，此号码为在该项目开标评标过程中的消息接收号码，应保持畅通，输入完成后点击保存即签到成功。 (3) 到达解密时间后，供应商应选择 CA 证书解密或应急解密对响应文件文件进行解密。 (4) 统一导入解密文件、开标，生成电子开标记录。 (5) 采购人、监督人、记录人电子签章确认开标记录； (6) 开标结束。 （供应商在交易系统中进行二次报价（最后报价），二次报价应不得高于第一次报价。）
6.1.1	谈判小组的组建	谈判小组构成：由采购人代表 1 人，相关专业技术、经济等方面的专家 2 人，共 3 人组成； 评标专家确定方式：从相关专家库中随机抽取。
7.1	竞争性谈判小组推荐成交候选人数量	1-3 名

8.1	预付款	预付款金额：中标金额的 60% 是否要求中标单位提供预付款保函：是□、否☑ 电子预付款保函开具：请通过商丘市公共资源交易中心电子保函平台全程网上办理，实现保函信息与项目关联绑定、自动验真，具体操作参照商丘市公共资源交易中心2020年9月30日发布的《关于推行电子预付款保函和履约保函的公告》
9.1	知识产权	构成本竞争性谈判文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交供应商响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 其他未尽事宜符合相关法律法规。本竞争性谈判文件解释权归采购人所有。
10. 需要补充的其他内容		
10.1 是否采用电子招标投标	本招标项目采用电子招标投标方式	
10.2 响应文件递交	在响应文件递交截止时间前，使用CA锁登录后，将已固化加密的电子响应文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请供应商错峰上传，详细操作可参阅办事服务——操作指南——投标阶段）。 GEF格式电子响应文件的制作具体参阅商丘市公共资源交易中心网站下载专区响应文件生成器的操作指南。	
10.3 代理服务费	本次代理服务费：依据河南省招标投标协会关于印发《河南省招标投标代理服务收费指导意见》的通知豫招协【2023】002号文件收取。	
10.4 其他	1、本次项目采用不见面开评标，投标人不需要再到现场，投标人通过互联网登录交易平台自助完成投标签到、投标文件解密及澄清答疑等操作，具体流程详见附件“不见面开标系统投标人操作及说明”。 2、投标人需根据招标文件要求，如有需提供企业资质、业绩、获奖等资料的，投标人应将相应涉及评审的所有客观资料上传至	

	市场主体诚信库对应位置（涉密的除外），由评标评审专家予以认定，没有上传的视同没有提供相应评审资料，不再要求投标人现场提交原件。 3、投标人应根据《商丘市公共资源交易平台操作指南 2019-12-31 版本》，按照招标文件要求，将本单位相关资料上传至市场主体库相应位置，为确保材料上传成功并方便评标评审专家查找核对，投标人应在开标前完成资料上传并在投标文件中列明资料上传位置，市场主体诚信库中市场主体信息以评标评审专家核对时为准，核对后主体库信息发生的任何变更均不再作为评标依据。 4、当中标通知书发出后，中标人可以登陆交易平台点击对应项目操作—我要投标—操作—下载中标通知书完成自行下载。 5、投标人制作投标文件，请使用新版投标人工具箱，具体请查阅商丘市公共资源交易中心网站（http://ggzyjy.shangqiu.gov.cn）点击通知公告栏目。 6、新增加开标过程在线询问功能，在开标结束之前，投标人可通过开标大厅在线询问按钮与代理机构在线交流。 7、开标大厅增加开标过程直播功能，投标人安装直播插件后，在代理机构开启直播后，投标人可以点击查看直播可实时查看代理机构开标过程。直播功能插件压缩包附件下载后直接解压，并将解压后的文件放入电脑 C 盘 Windows 文件夹中即可。 8、新增加开标结束提示信息，代理机构点击开标结束后，投标人在开标大厅和交易平台会收到项目开标已结束的提醒。 9、新增加市场主体资信库锁定功能，市场主体参与项目评审期间，市场主体资信库无法更新上传内容的设定，锁定时间为开标签到至评审结束。锁定期间，市场主体资信库信息提交发布时会提示：参与的项目正在评审，主体诚信库已被锁定，不可编辑，评审结束后自动解锁。因此友情提示各市场主体，如有多天连续参与项目交易时，建议将主体库信息根据项目招标文件要求一次更新完成，以免造成不利后果。 10、交易平台菜单栏目更新，把澄清答疑等按钮统一集中在了快捷导航里面。各市场主体在使用过程中遇到自行无法解决技术问
--	--

	题时请及时咨询，技术服务电话 0370-2853693。 11. 为贯彻落实《河南省营商环境优化提升行动方案(2022 版)》(豫营商〔2022〕1 号)、《2022 年全省公共资源交易管理工作要点》(豫公管委〔2022〕2 号)、《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》、《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》(豫财购〔2021〕6 号)精神，按照商丘市公共资源交易管理办公室《关于进一步使用大数据分析监测预警信息的通知》要求，发挥市公共资源交易中心大数据分析系统监测预警作用，进一步优化公共资源交易领域营商环境，维护公平公正、竞争有序的市场秩序，防范和惩治串通投标等不正当竞争行为，现将启用大数据分析监测预警功能，有关事项通知如下： 一、分析监测预警情形： 对参与本项目同一标段的投标人存在下列情形的，大数据分析系统会将监测信息在电子评标系统中给予预警提示存在下列情形的，大数据分析系统会将监测信息在电子评标系统中给予预警提示： 1、不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同；序列号和硬盘序列号等硬件信息相同； 2、不同投标人的电子投标文件由同一电子设备编制或者上传； 3、不同投标人的电子投标文件由同一 IP 地址上传； 4、不同投标人的电子投标文件工程预算由同一预算软件(同一把预算锁)编制。 二、存在上述预警情形之一的，其投标文件无效。 本文件未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。
10.5 政府强制采购的节能产品	财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕19 号) ★A02010104 台式计算机 ★A02010105 便携式计算机

	★A02010107 平板式微型计算机 ★A0201060102 激光打印机 ★A0201060104 针式打印机 ★A0201060401 液晶显示器 ★A02052301 制冷压缩机 ★A02052305 空调机组 ★A02052309 专用制冷、空调设备 ★A020609 镇流器 ★A0206180203 空调机 ★电热水器 ★普通照明用双端荧光灯 ★A020910 电视设备 ★A020911 视频设备 ★A060805 便 器 ★A060806 水嘴等为政府强制采购产品。 磋商文件“第四章 采购需求”如有上述产品，供应商投报产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则，其投标文件无效。
10.6 其他说明	依据“关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业（2011）300 号”本项目属于工业行业。

A 说明

1. 适用范围

1.1 现场采购谈判文件仅适用于本次谈判公告中所述的“民权县人民医院医疗服务与保障能力提升项目”。

2. 定义

2.1 本次招标代理机构：河南全德工程管理有限公司。

2.2 “采购人”系指提出本采购项目的民权县人民医院。

3. 合格的谈判申请人

3.1 凡符合“采购项目要求”条件，承认本现场采购谈判文件所有内容的谈判申请人。

3.2 谈判申请人应遵守中华人民共和国法律、法规和现场采购谈判文件的有关规定。

4. 谈判费用

4.1 无论谈判过程中的作法和结果如何，谈判申请人应自行承担所有与参加谈判有关的全部费用，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 采购谈判文件说明

5. 采购谈判文件构成

5.1 采购谈判文件用以阐明采购货物及服务、谈判程序、谈判须知。采购谈判文件由下述部分组成：

- (1) 谈判公告
- (2) 谈判须知
- (3) 评标办法
- (4) 采购需求
- (5) 合同条款
- (6) 谈判响应文件格式

6. 采购谈判文件的澄清

6.1 谈判申请人对采购谈判文件如有需要澄清的疑问，采购代理机构将在现场给予答复。

7. 采购谈判文件的修改

7.1 采购谈判文件的补充通知、答疑纪要等文件也将构成采购谈判文件的一部分，对所有谈判人均有约束力。

C 谈判人谈判响应文件的编写

8. 要求

8.1 谈判申请人应仔细阅读采购谈判文件的所有内容，按本文件的要求提供谈判响应文件，并在响应文件中书面保证所提供的全部资料的真实性，以使其对本文件作出实质性响应，否则，视为其无效投标拒绝参加谈判。

9. 谈判响应文件的组成及格式（详见后附表）

9.1 谈判响应文件应包括下列部分（但不限于）：

- (1) 响应函
- (2) 首次报价一览表
- (3) 法定代表人（单位负责人）身份证明
- (4) 授权委托书
- (5) 商务和技术偏差表
- (6) 分项报价表
- (7) 售后服务
- (8) 资格审查资料
- (9) 供应商反商业贿赂书
- (10) 备品备件及附送工具清单
- (11) 相关证明材料

10. 报价

10.1 本项目的谈判报价采用全费用报价方式（所谓全费用是指完成本次招标全部内容及工期的人工、材料、机械及其他在内的一切费用。谈判报价为谈判申请人在谈判文件中提出的各项支付金额的总和。

10.2 本项目的报价范围为谈判文件规定的全部内容，谈判报价为一次性包死，决算时不再另行调整。谈判申请人应自行对施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制谈判响应文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由谈判申请人自己承担。采购人向谈判申请人提供的有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能使谈判申请人利用的资料。采购人对谈判申请人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。谈判申请人因自身原因未到施工现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，谈判申请人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。本条为实质性要求，谈判申请人须在响应文件中对该条内容提供完整的响应承诺，否则视为无效响应文件。

10.3 本项目设有最高限价，最高限价是采购人控制采购项目造价的最高限价，供应商的报价大于最高限价的视为无效报价，其响应文件按废标处理。

10.4 如谈判报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金

不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；响应函报价处需法定代表人签字确认其价格，否则视为无效投标。对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。谈判申请人应按项目分别填写报价一览表，并计算分项总报价，如果分项总报价与工程单价有出入，则以工程单价为准

11. 谈判保证金

本项目不收取保证金。

12. 谈判响应文件有效期

12.1 谈判申请人的谈判响应文件从谈判之日起有效期为 60 天。

12.2 在特殊情况下，采购人通过招标代理机构可于谈判有效期满之前要求谈判申请人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。谈判申请人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的谈判申请人，既不要求也不允许其修改谈判响应文件。响应文件中需要对谈判有效期做出实质性响应，否则视为其无效投标。

13. 谈判响应文件的规定

13.1 除谈判申请人对错处作必要修改外，谈判响应文件中不许有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由谈判申请人法人代表或其委托代理人签字并加盖公章。

14. 谈判响应文件的递交

14.1 电子响应文件网上递交流程：在电子响应文件网上递交的截止时间前，使用 CA 锁登录后将已固化且加密的电子响应文件通过网上递交的方式在投标专区自行网上递交，并确保网上递交成功（为保证文件正常网上递交，请供应商人错峰上传，详细操作可参阅交易平台办事服务-操作指南-投标阶段）；

14.2. 开标方式：本项目实行不见面开评标，供应商不需再到达现场（需要现场演示或样品展示的除外），请供应商通过互联网登录交易平台自助完成投标签到、响应文件解密及澄清答疑等操作，具体流程详见交易中心系统 2019 年 12 月 31 日发布的《关于实行全过程不见面交易的公告》附件“商丘市公共资源交易平台操作指南 2019-12-31 版本”。

14.3. 请供应商时刻关注商丘市公共资源交易中心网站和公司 CA 密钥推送的消息。

14.4 在签到时上传的谈判响应文件只包含第一轮报价表，第二轮报价表（最终报价）在系

统里响应。

14.5 未按本文件规定要求制作谈判响应文件的和密封及标志的；字迹模糊无法辨认的；供货期超出规定期限的；谈判资格不合格的；均视为无效标。

15. 递交谈判响应文件的截止时间

15.1 所有谈判响应文件都必须按采购代理机构在谈判文件中规定的谈判签到截止时间之前送至指定地点，也可在谈判签到的同时递交。

16. 迟交的谈判响应文件

16.1 采购代理机构将拒绝在谈判签到截止时间后递交的谈判响应文件，取消其投标资格。

第三章 评标办法

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格评审标准	营业执照	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定
		资格要求	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定
		企业审计报告	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定
		信用查询结果	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定
		其他要求	符合第二章“供应商须知前附表”规定
2.1.2	符合性评审标准	供应商名称	与营业执照一致
		响应函签字盖章	有法定代表人签字并加盖单位公章

		响应文件格式	符合第六章“响应文件格式”的要求
		投标内容	符合第二章“供应商须知”规定
		供货期	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		质保期	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		质量要求	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		供货方案	有完善、合理的供货方案及售后服务方案
		技术参数要求响应	符合第四章“采购需求”的规定
		谈判有效期	符合第二章“供应商须知前附表”规定
		响应人报价	总报价不得高于招标控制价
		其他要求	符合谈判文件要求

注：供应商应将以上涉及到证件或资料需上传至市场主体诚信库对应位置，所提供证件资料应与投标文件中所附的复印件一致。

1.4 谈判办法：本次竞争性谈判，首先对响应单位的谈判报价由记录人员记录留档；其次对响应单位进行资格审查、符合性审查，对资格审查、符合性审查不合格的单位，取消进入下一轮的第二次报价。资格审查、符合性审查合格的单位进入下一轮的第二次报价，第二次报价即为最终报价，二次报价不得高于本单位首次报价，否则以托标、围标为依据，做废标处理，未在规定时间内进行最后报价（二次报价）视为不响应二次报价为自动放弃本项目的投标资格。响应报价不得低于成本价，否则以恶意抢标为依据，做废标处理。在排除恶意竞争的前提下，

原则上，价格最低者成交。

详细谈判：

（1）谈判小组分别与通过初步审核的供应商集中与单一供应商分别进行谈判。谈判顺序为签到逆顺序，在谈判中，谈判双方可以就谈判项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性谈判，但谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息，不得变动谈判文件中的其他内容。

（2）谈判小组将允许供应商修改其谈判响应文件中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商的名次相应排列。为有助于对谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可分别要求供应商对谈判响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以网上形式，但谈判的实质性内容不得更改。

（3）若谈判内容有实质性变动的，谈判小组应当以网上形式通知所有参加谈判的供应商。

（4）所有供应商谈判结束后，谈判小组将要求所有符合采购需求的供应商在规定的时间内同时进行报价（二次报价），即最终报价。【注：1、竞标人第二次报价不得超出本企业第一次报价；不参与二次报价的，视为自动放弃本项目的谈判资格，作无效投标处理。

2、最终报价明显低于成本价的，供应商需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险】。

1.5 在确定成交响应单位之前，谈判小组认为排在前面的成交候选响应单位的最低报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该响应单位的成交候选资格，按顺序由排在后面的响应单位递补，以此类推。

2. 谈判小组

2.1 采购人将根据项目的特点组建谈判小组，谈判小组成员对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

3 纪律和监督

3.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与谈判申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

3.2 对谈判申请人的纪律要求

谈判申请人不得相互串通谈判或者与采购人串通谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中标；谈判申请人不得以任何方式干扰、影响谈判工作。本条为实质性要求，谈判申请人须在响应文件中提供该条完整内容的承诺，否则视为无效响应文件。

3.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交人的确定情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员不得擅自离职守，影响谈判程序正常进行，不得使用第三章“谈判办法”没有规定的因素和标准。

3.4 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交人的确定情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响谈判工作正常进行。

4. 谈判响应文件的澄清

4.1 为了有助于对谈判响应文件进行审查、评估与比较，谈判组有权向谈判申请人质疑，请谈判申请人澄清其谈判内容。谈判申请人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式指派专人进行答疑和澄清。

4.2 需要澄清的答复应是书面的，并由法人代表或其委托代理人签字。

4.3 谈判申请人的澄清文件是谈判响应文件的组成部分，并取代谈判响应文件中被澄清的部分。

5. 成交原则和方法

5.1 成交原则：

- (1) 坚持公正、平等对待所有参加谈判的谈判申请人。
- (2) 坚持谈判文件的所有相关规定，择优确定成交方。
- (3) 对谈判响应文件实质性要求偏离过大或响应明显不力的谈判响应文件，将不被接受。

(4) 对谈判文件中的主要技术参数指标有负偏离的，将导致废标。

(5) 工期有保留、不确切、不肯定的，将不被接受。

(6) 符合采购需求,在质量和服务相等的情况下,价格最优者优先成交。

评审原则

1、按照“公平、公正”的原则对待所有人；

2、坚持谈判文件的所有相关规定，择优定标。

二、评审办法（最低价法）

1、经评审的最低价法：谈判小组通过对谈判供应商响应性文件评审并结合谈判情况，在全部满足谈判文件实质性要求前提下，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则（恶意低价的除外），推荐 1-3 名成交候选人。

响应文件应当对谈判文件中有关供货地点、质量要求、供货期、质保期和投标内容等实质性内容作出书面响应，响应文件应对以上实质性内容做出响应，否则视为其无效响应文件。

注 1：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本项目属于专门面向中小企业采购的项目。对小型、微型和监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价不再进行价格扣除。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定）。未提供声明函者废标。监狱企业、残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同中小企业。

2. 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（具备相应资质的第三方公司或机构出具的证明文件）；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

3. 采购人应当从谈判小组推荐的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

4. 本次谈判活动将采用有效最低价方法评审。

有效最低价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足谈判文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、供货期以及谈判过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，

根据各家最终承诺报价由低到高排出成交候选供应商。

如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，且均通过谈判小组评审，则确定供货期承诺最短者为成交单位，如果供货期承诺也一样，则采取谈判小组成员投票方式确定成交单位。

“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应谈判文件的实质性要求；②报价是否会降低谈判文件规定的质量、供货期、服务内容、功能要求；③报价是否会低于投标成本；④是否有重大缺项漏项或错项。谈判申请人不得以低于成本价的价格投标；不合理的低价谈判无效。响应文件应对实质性内容做出响应，否则视为其无效投标。

5 综合以上分析比较，最后得出评审结论。

谈判小组将根据采购方要求和成交原则，推荐出一家合格的成交人，并由谈判小组签字确认。

6. 保密及其他注意事项

6.1 谈判小组将遵循成交原则，公平、公正、平等地对待每个参加谈判的谈判申请人。

6.2 谈判小组将对谈判响应文件中有关问题分别向谈判申请人进行询问，请各谈判申请人予以答复。重要或复杂问题答复后，须补充以书面形式，并经法定代表人或其委托代理人签署。回答文件将作为谈判响应文件的组成部分。

6.3 在谈判期间，谈判申请人不得向谈判小组成员询问其它谈判申请人谈判情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

6.4 为保证成交结果的公正性，谈判期间直至授予谈判申请人合同时，谈判小组成员不得与谈判申请人私下交换意见。在谈判结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得也不应将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

6.5 谈判小组不向未成交方解释原因，不退还谈判响应文件。

6. 在本项目招标投标过程中，身份证正面特指国徽面，反面是指人像面。

F 授予合同

7. 授予合同的原则

7.1 本次采购合同将授予符合竞争性谈判文件的要求，并且综合比较最佳的谈判申请人。

8. 成交通知

8.1 各相关谈判申请人或机构认为公告结果有失公正或存在疑虑时,应在规定的质疑期限内,向组织采购活动的采购人或采购代理机构提出书面质疑。

8.2 河南全德工程管理有限公司签发成交通知书,“成交通知书”将作为签订合同的依据。

9. 授予合同时变更数量的权利

9.1 采购人保留在授予合同时对第四部分中规定的采购需求予以增加或减少,以及将项目拆开授予一个以上参与谈判的谈判申请人的权利。

10. 签订合同及合同的执行

10.1 在约定的时间、地点,需方与成交供应商根据有关谈判结果签订合同。签订合同时由采购方提供合同样本。合同签订须一式3份,采购人和成交人各一份,另一份合同备案。

10.2 竞争性谈判文件、成交方的谈判响应文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

11. 成交服务费

11.1 招标代理费由成交人支付,具体标准依据河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协【2023】002号文件的规定。

第四章 采购需求

（一）、采购清单

序号	设备名称	数量	单位
1	肢体康复工作站	1	台
2	体外冲击波治疗仪	1	台
3	痉挛肌低频治疗仪	1	台
4	微波治疗机	1	台
5	新型言语障碍评估及康复训练系统	1	台
6	吞咽障碍治疗仪	1	台
7	下肢反馈训练与评估系统	1	台
8	全身心功能训练系统	1	台
9	超声波治疗仪	1	台
10	PT 凳	6	个
11	滚筒	2	个
12	踝关节矫正板	2	个
13	肩抬举训练器	2	个

（二）、技术参数

一、肢体康复工作站

1、技术参数要求：

1.1、电源：AC 220V $\pm$ 22V；50Hz $\pm$ 1Hz

1.2、输入功率：200VA；

1.3、旋转速度：1-60rpm，步进 1rpm；转速允许误差 $\pm$ 10%或 $\pm$ 3rpm，二者取大值；

- 1.4、训练手柄高度连续可调：0~235mm，允差±10%；
- 1.5、训练手柄前后连续可调：0~120mm，允差±10%；
- 1.6、训练时间设定 0-60min，步距 1min，允差±5s；
- 1.7、训练速度1-60级可调；
- 1.8、训练阻力1-20级可调。
- 2、主要功能要求：
 - 2.1、针对偏瘫病人上、下肢主、被动自动控制训练；
 - 2.2、双屏Android系统，上、下肢独立显示、控制；
 - 2.3、本机训练数据自动存储、一键打印；
 - 2.4、左、右肢体平衡检测；
 - *2.5、3D动画情景模拟；
 - 2.6、支持医师PC端给患者建档，数据实现：U盘驱动、WiFi传输、网络传输三种模式；
 - 2.7、提供多种训练轻音乐伴奏；
 - 2.8、痉挛自动检测，自动释放；
 - *2.9、提供多种适应症标准化训练模式、便捷个性设置训练模式；
 - 2.10、支持当前训练数据查看、历史训练数据查看；曲线分析、柱状图分析；
 - 2.11、支持PC端数据无线传输到单机自动排队，无需医师在单机上设置；
 - 2.12、支持单机数据无线传输到PC端，自动累计数据，无需医师拷贝数据；
 - 2.13、支持单机训练数据查看、打印；
 - 2.14、支持PC端训练数据查看、分析、打印、下载；
 - 2.15、可实现单机联网系统升级；
 - 2.16、为特殊患者提供左、右肢护具，可快捷互换；
 - *2.17、可连接情景互动平台、实现多台竞技比赛；
 - 2.18、可对接医院信息系统；
 - 2.19、配置轮椅固定锁紧装置。

二、体外冲击波治疗仪

- 1. 产品参数及功能要求：
 - 1.1、治疗手柄≥2 个

- 1.2、不少于7种治疗头可选，至少包含4.5mm平弧面针刺型治疗头、15mm凸面发散型治疗头、15mm平弧面经典型治疗头、36mm平弧面经典型治疗头、13mm平弧面经典型治疗头、15mm凹面聚焦型治疗头、20mm平弧面复合型治疗等，治疗头规格允差 $\pm 10\%$ ；
- *1.3、治疗头最大能量密度：9.4mJ/mm²，允差 $\pm 20\%$ ；
- *1.4、治疗头最大穿透深度： $\geq 45\text{mm}$ ，允差 $\pm 20\%$ ；
- 1.5、治疗输出压力范围0~500kPa可调，0~50kPa时步进50kPa，50kPa~500kPa步进10kPa；工作压力显示值与实际值误差不超出 $\pm 10\%$ ；空气压缩机最大输出压力不超过750kPa；
- 1.6、压力波能量的稳定性 $\geq \pm 20\%$ ；
- 1.7、治疗头碰撞频率设定范围为0.5~21Hz可调，允差 $\pm 10\%$ ；
- 1.8、输出压力波的脉宽为14ms，允差 $\pm 10\%$ ；
- 1.9、空气压缩机与控制手柄连接的管路承受的压力不低于750kPa；
- 1.10、具有过压安全装置，保证供给压力控制装置失效时，所连接的系统压力不超过550kPa。
- 1.11、操作界面： ≥ 10 寸触控屏，可存储管理不少于10000份病例，可记录使用次数。
- 1.12、处方：不少于71个对应33种病症的处方及临床指导，支持自定义处方。
- 1.13、传导子使用寿命 $\geq 100\text{W}$ 次。
- 1.14、收纳体系设计，方便舒适。
- 1.15、尺寸（长*宽*高）：560*500*1030mm $\pm 30\text{mm}$

三、痉挛肌低频治疗仪

1、技术参数要求：

- 1.1、输出波形：至少两组无极性双向不对称脉冲输出。
- 1.2、脉冲周期：输出脉冲周期从1s-2s连续可调。
- 1.3、脉冲宽度：输出脉冲宽度从0.1ms-0.5ms连续可调。
- 1.4、延时时间：B组输出脉冲比A组输出脉冲延时出现，延时时间T1从0.1s-1.5s连续可调。
- 1.5、输出强度：A、B两组输出脉冲电流峰值I_p从0mA-99mA连续可调。最大输出值允差 $\pm 15\%$ 。
- 1.6、定时时间：5-30min，定时设置至少分为六档。
- 1.7、误调指示功能。
- 1.8、输出直流分量：输出的直流分量应为零。
- 1.9、仪器连续工作时间不少于4h

2、功能要求：

- 2.1、微电脑控制，储存不少于 6 组治疗处方，并可自编处方。
- 2.2、两组交替输出，可同步调节也可以异步调节；
- 2.3、可自定义不少于 10 个处方存在机内，并可随时修改的功能：脉冲周期、延迟时间、脉冲宽度、脉冲电流峰值、治疗时间功能
- 2.4、交替脉冲刺激痉挛肌和拮抗肌，放松肌肉，防治挛缩，增进肢体功能。

四、微波治疗机

- 1、工作频率为 $\geq 2450\text{MHz} \pm 50\text{MHz}$ 。
- 2、功率控制设定、数字显示。微波输出功率：0-99W，
- 3、时间控制设定、数字显示，并可循环调节：0-30min
- *4、不少于 20 种治疗方案供选择。
- 5、具有连续、脉冲微波功率输出。
脉冲微波功率输出的工作周期 20%-80%，至少 4 档可调
- 6、显示方式：数码显示，
- 7、微波理疗辐照器：圆形 $\geq \varnothing 160\text{mm}$ 、马鞍形 360mmX120mmX60mm（ $\pm 10\text{mm}$ ）；
- 8、安全性：
外壳辐射： $\leq$ 国家标准；
无用辐射： $\leq$ 国家标准；
具有自动保护装置：过载、闭锁、超温报警、误操作保护功能。
超温报警，超温再升高，停止微波输出，机器回到开机初始状态。
- 9、具有功率调整自适应功能。
- 10、具有功率异常实时自检功能和故障代码显示。
- 11、主机采用一体化豪华型推车机柜

五、新型言语障碍评估及康复训练系统

1、技术参数要求：

触摸屏显示

内存： $\geq 4\text{GB}$

硬盘内存： $\geq 256\text{G}$ 固态硬盘

主板显卡声卡：工业主板

麦克风至少1个

2、产品功能要求

2.1、失语症评估与训练功能。

2.2、认知评估与训练功能。

2.3、动画认知训练系统。

2.4、用户信息管理。

2.5、素材编辑功能。

2.6、全面的评估量表设计及病例资料管理功能。

2.7、触摸屏显示，训练操作方便快捷。

2.8、可根据科室使用需求扩展题库设计及增加显示屏。

2.9、支持多种方言。

2.10、人机互动训练模式。

六、吞咽障碍治疗仪

*1、输出电流强度：0-25mA 可调，调节步距增量为 0.5mA。

2、自动抗阻检测系统。

3、治疗波形参数：

脉冲宽度：100-400uS 可调。

脉冲间隔：100-200uS 可调。

脉冲频率：40-100Hz 可调。

电流上升时间：1-10S 可调

电流持续时间：6-60S 可调。

电流下降时间：1-10S 可调。

电流停止时间：1-10S 可调。

二、功能要求

1、至少双通道独立治疗模式；

2、具备主被动双重治疗模式；

3、吞咽机电触发刺激治疗模式；

- 4、彩色触摸屏显示，操作方便快捷；
- 5、智能检测系统，可自动检测电极片与皮肤的接触状况。
- 6、具备生物电流分离选择模式，不少于五种处方选择。

七、下肢反馈训练与评估系统

- 1、操作平台：触摸屏。
- 2、床体：采用抗菌耐磨高弹力皮革，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好；
- 3、床体控制装置：直线电机；床体升降高度范围：52-85cm；床体站立角度范围：0-80°；
背板后仰角度范围：0-10°；
- 4、配备减重吊带，使训练保持在减重状态下进行；
- *5、步行训练方式：仿真人体步行曲线函数，
- 6、训练驱动装置：伺服马达；踏步角度范围：0-25°；踏步速度范围：1-80Step/Min；
- 7、训练模式：被动训练模式
- 8、多功能脚踏板：
- 9、痉挛侦察功能：自动检测患者训练异常，当痉挛发生时反向放缓运动速度，原点休息后降低速度重新开始训练，减少患者痉挛发生；
- 10、真人发音：训练全程提供语音反馈信息；

额定功率： $\leq 500\text{VA}$

直线电机最大推力： $\geq 8000\text{N}$

床体承重： $\geq 300\text{Kg}$

减重绑带承重： $\geq 200\text{Kg}$

脚踏板调节范围：间距 0-20cm

痉挛灵敏度：20N·m、40N·m、60N·m

八、全身心功能训练系统

- 1、技术参数要求：
 - 1.1. 身高范围：137-200cm
 - 1.2. 最大承受重量： $\geq 272\text{kg}$
 - 1.3. 设备尺寸：185x117x74cm, $\pm 5\text{cm}$
 - 1.4. 髋膝关节支撑架活动范围：0-180°，左右双侧可换

1.5. 上肢运动杆长度调节范围：0-45cm

*1.6. 上肢运动杆的手柄角度可调节：五档（0°；±20°；±40°）

1.7. 手部握套：可调节松紧度，可调节五档角度（0°；±15°；±30°）

1.8. 座椅360°可旋转，每45°固定，并且座椅靠背12°角度可调节

1.9. 步频范围：15-250步/分

1.10. 功率范围：5-1400瓦特，2-24梅脱

1.11. 累积计步可达9999步

1.12. 阻力调节：≥15级阻力

1.13. 座椅可调节距离：≥46厘米

1.14. 卡路里消耗：0-999kcal

1.15. 用户可选英制单位或者公制单位

1.16. 无电线设计，可充电电池用于显示器供电。

1.17. USB数据输出/输入接口

1.18. 等速预设值：可选速度或功率

2、功能特点要求

2.1. 可通过上肢带动下肢，健侧带动患侧，一肢带动三肢、上肢伸够、下肢蹬踏的最基础的功能性四肢联动训练方式解决零肌力患者早期的主动康复训练；

2.2. 满足患者全身功能性、协调性的运动训练需求；

2.3. 提供了早期的有氧训练，并自带心率监控装置，通过设定靶心率保证训练安全和效果；

2.4. 内置心肺功能评测方案，可针对不同年龄患者进行心肺有氧运动能力评测；

2.5. 安全的主动运动，保证患者训练安全，不会引起痉挛，并可加快本体感觉的恢复。

3、硬件要求

3.1. 可通过髌膝关节支撑架对大腿位置的固定，保持患者正常的下肢功能运动体位，可有效防止患者在下肢屈伸运动伸直位训练时膝过伸、髌外展的发生；

3.2. 手部握套可帮助上肢零肌力的患者在运动时保持抓握位及伸腕位；

3.3. 上肢运动杆长度、角度均可调节，可满足患者上肢不同关节活动范围的屈伸训练；

*4. 脚踏板3挡可调，45°锁定间隔；可满足不同康复时期的患者踝关节的各种关节活动范围的要求；

5. 人体工程学设计的座椅可旋转，范围为360度且自由旋转，有8个锁定部位，方便坐轮椅的患者上下，并且座椅倾角12° 可调；
6. 微电脑控制的 ≥ 15 级抗阻调节，可做节律性的有氧运动及力量训练；
7. 可实时显示步频范围、功率范围、梅脱、累积计步、阻力级别、卡利路消耗、步速、心率等，并可一键显示步速、功率、梅脱的平均值。

（二）软件要求

- *1. 有快速启动模式、目标设置模式、爬坡模式、双坡模式、阶段性爬坡模式、阶段爆发模式、间歇爆发模式、靶心率模式、恒速度模式、恒功率模式、步速伙伴模式、患者评测模式、健康人评测模式等不少于13种运动模式选择，并可自定义存储训练模式；
- 2. 内置心肺功能评测程序，可针对不同年龄患者进行心肺有氧运动能力评测；
- 3. 等速功能模式，可预先设定速度值，一旦患者在训练中超过预设值时，机器会自动加大阻力，以让患者可维持预期安全的训练效果；
- 4. 恒功率运动模式通过设置目标功率，确定患者运动强度，患者运动速度低则阻力加大，运动速度快则阻力变小，这样保证患者运动强度在一个安全有效的范围内；
- 5. 靶心率模式，保证患者安全有效的心肺有氧运动训练；
- 6. USB接口，可将数据输出，方便科研分析。

九、超声波治疗仪

1. 便携式机型， ≥ 7 英寸彩色液晶显示加一键飞梭操作。
- *2. 仪器配有 1MHz 固定治疗头和 3.2MHz 移动治疗头，结构简单，操作便捷；
3. 声工作频率：1MHz、3.2MHz $\pm 10\%$ ；
4. 两治疗探头独立控制，可同时使用，互不干扰。
5. 输入功率： $\leq 100\text{VA}$ 。
6. 额定输出功率： $\leq 5\text{W} \pm 20\%$ 。
7. 额定输出有效声强： $\leq 3.0\text{W}/\text{cm}^2$ 。
8. 波束类型：准直型。
9. 波束不均匀系数： ≤ 8 。
10. 占空比：0~90%可调，步进为 10%。
11. 治疗时间：0-30 分钟。

- 12、调制波形：脉冲波；
- 13、脉冲重复周期：10ms，误差±5%；
- 14、输出模式：≥9 档脉冲模式、≥1 档连续模式。
- 15、治疗头有效辐射面积：2.5cm² ±20%

十、PT 凳

规格（cm）：56×56×40~52±5cm

参数：主体结构为钢架喷涂，可调液压缸，座面采用优质抗菌耐磨 pu 皮革内包高密度海绵经缝纫加工而成。

用途：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具。

十一、滚桶

参考规格（cm）：Φ40×80±5

用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能训练。

十二、踝关节矫正板

1. 用途：矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形

2. 基本参数

- 1) 矫正角度调节范围：4 档，即 15°、25°、30°、35°；
- 2) 矫正板高度调节范围：100mm~210mm；
- 3) 矫正板额定承载质量：≥135kg；

十三、肩抬举训练器

参考规格（cm）：架 48×54×74±5，棍 Φ3×92±5

参数：优质钢材表面为静电喷涂，至少配一根圆木棍。倾斜角度可调。

用途：通过将棍棒置放于不同高度训练上肢抬举功能。可在棍棒两端悬挂沙袋，以增加抗阻力

备注：搁架角度可调，放在桌上使用

第五章 政府采购合同条款

政府采购合同

（合同模板仅供参考）

合同编号：

项目名称：

货物名称：

甲 方：

乙 方：

签署日期：

合 同 书

(仅供参考)

_____ (项目名称) 中所需 _____ (货物名称) 以 _____ 号《谈判文件》进行竞争性谈判。经谈判小组评定 _____ (乙方) 为成交供应商。买、卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个 _____ 文件的优先支配地位的次序如下：

本合同书

成交通知书

协议

响应文件 （含澄清文件）

竞争性谈判文件 （含竞争性谈判文件补充通知） 2、 服务内容

3、 合同总价

本合同总价为 _____ 元人民币。

分项价格： _____

4、 付款方式

本合同的付款方式为： _____

5、 履行地点及期限： _____

6、 合同的生效

本合同经双方全权代表签署、加盖单位公章后生效。

甲方

名 称：(公章)

年 月 日

授权代表(签字)：

地 址

电 话

乙方

名 称：(公章)

年 月 日

授权代表(签字)：

地 址

电 话

第六章 谈判响应文件格式

_____项目名称

谈判响应文件

谈判响应人：_____（单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____

目 录

- 一、响应函
- 二、首次报价一览表
- 三、法定代表人（单位负责人）身份证明
- 四、授权委托书
- 五、商务和技术偏差表
- 六、分项报价表
- 七、售后服务
- 八、资格审查资料
- 九、供应商反商业贿赂书
- 十、备品备件及附送工具清单
- 十一、相关证明材料

一、响应函

致_____ (采购人):

我方已仔细研究了_____ (项目名称) 的竞争性谈判文件 (采购编号: _____) 的全部内容, 响应报价为 (大写) _____, 人民币 (¥: _____), 并承诺如下:

一、我方已详细研究竞争性谈判文件及竞争性谈判文件的澄清和修改 (如有), 我们完全理解并接受本竞争性谈判文件的全部内容和要求, 我方同意放弃对竞争性谈判文件提出不明或误解的权力。

二、我方愿意遵守竞争性谈判文件的各项规定, 自愿参加竞争性谈判, 并将严格按照竞争性谈判文件的规定履行全部责任和义务。

三、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。

四、我方愿意如实向竞争性谈判小组提供与本此竞争性谈判有关的任何数据、情况和技术资料。

五、我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

六、如我方成为成交供应商我方承诺:

(1) 在收到成交通知书后, 在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 我方承诺将按规定将招标代理费支付给采购代理机构。

(3) 我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

(4) 在合同约定的期限内完成合同约定的全部义务。

(5) 在签订合同时不向你方提出附加条件。

七、_____ (其他补充说明)。

八、我方若违反本承诺, 愿承担相应的法律责任。

供应商名称: _____ (单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

二、首次报价一览表

项目名称	
供应商名称	
报价	大写： 小写：
响应内容	
供货期	
其他声明	

供应商名称：_____（单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

三、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：

系_____（供应商人名称）的法定代表人。特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

供应商名称：_____（单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）_____投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托人身份证复印件。

供应商：_____（单位章）

委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

五、技术偏差表

供应商名称:_____ 采购编号:_____

序号	采购文件章节及条款号	响应文件章节及条款号	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
...			
...			

注:

- 1、“偏差说明”栏中详细注明所投设备参数与招标文件要求有何不同，并说明其符合性；
- 2、全部无偏差时在“偏差说明”栏内注明“无偏差”，优于采购文件要求在“偏差说明”栏内注明“正偏差”。

供应商:_____ (单位章)

法定代表人或委托代理人:_____ (签字或盖章)

_____年____月____日

六、分项报价表

序号	货物名称	生产厂家/产地	单位/数量	单价(元)	小计(元)	
1						
2						
3						
4						
5						
...						

注：供应商的响应报价应包括未列明而完成本项目所必须的所有设备、材料、工具、费用等，供应商所投货物产品应列明品牌、规格型号、单位/数量/单价等信息。

供应商：_____（单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

七、售后服务

（格式自拟）

八、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

供应商名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		电话	
	传真		网址	
组织结构				
法定代表人	姓名		电话	
项目负责人	姓名		电话	
成立时间			员工总人数：	
营业执照号			其中	企业性质
注册资金				
开户银行				在职职工
账号				
经营范围备注				

（供应商根据“供应商须知前附表”要求提供有关资格证明文件的扫描件。）

九、供应商反商业贿赂书

(固定格式)

我公司承诺：

在_____（项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：_____（单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：_____

十、备品备件及附送工具清单

说明：

本清单应列明附送备品备件的名称、数量、原产地及单价（如有）。本清单应列明附送专用工具的名称、数量、原产地及单价（如有）。

十一、相关证明材料

1、 声明函

_____（项目名称），我公司具有独立承担民事责任的能力,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力及法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：_____（单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年 _____月 _____日

2、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

（采购人）_____：

我公司在此声明：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。如有不实，自愿放弃投标资格并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

供应商：_____（单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年 _____月 _____日

3、投标人认为的其他材料（以满足谈判文件为准）

附件 1： 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（注：1、该声明函是有针对性的，非小型、微型企业产品投标时不用填写该声明，但保留该声明函的格式在投标文件中并按要求盖章。2、统计上大中小微型企业划分标准）。

附件 2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明， 根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件 的残疾人福利性单位， 且本单位参加单位的_____项目采购活动提供本单 位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单 位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公司名称(盖章):

日期:

提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需填写《残疾人福利性单位声明函》。
否则，因此导致虚假参与的后果由供应商自行承担。