

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	新蔡县人民医院
项目名称	新蔡县人民医院飞利浦 CT 球管单一来源采购项目
项目金额	137.00 万元
专家信息	姓 名: 何 建
	工作单位: 河南中医药大学
	职 称: 主任
	联系电话: 13653710772
专家论证意见	贵院现有CT品牌型号为飞利浦Ingenuity, 该CT球管型号为 MRC880, 因经合法注册上市的CT各厂家球管电压、电流、接口、重量、结构大小均不一致, 各厂家球管互不匹配, 中国医药保健品有限公司是经飞利浦公司合法授权的唯一授权商, 根据政府采购法有关规定, 只能从该公司采购, 建议采用单一来源采购; 2023 年 12 月 7 日

