

进口产品主要技术参数及基本配置 申报表

单位名称				长葛市动物疫病预防控制中心
联系人				郭女士 13569977303
序号	名称	规格	数量	技术参数
1	猪瘟抗体试剂盒	5*96	7 盒	1. 阻断 ELISA, 阻断率 40%以上为阳性, 与 BVDV 无任何交叉反应. 2. 必须有农业部注册证书. 3. 投标单位须有生产厂家授权. 4. 检测样品类型: 血清、血浆; 敏感性: 与中和抗体试验相当; 血清转阳时间: 感染后 11 天; 特异性: 100%, 与 BVDV, BDV 无交叉反应; 试剂类型: 即取即用型; XChekplus 软件辅助分析数据
2	猪蓝耳病试剂盒	5*96	7 盒	1. 评判标准:S/P 值在 0.4 以上(含 0.4)为阳性. 2. 可检测出所有毒株: 美洲毒株、欧洲毒株、第三种病毒 LENA 以及高致病性蓝耳病毒株 3. 能够最早监测免疫或感染 4. 必须有农业部注册证书. 5. 投标单位须有生产厂家授权. 6. 检测样品类型: 口腔黏液、血清、血浆, 敏感性: 98.8%; 血清转阳时间: 感染后 8-14 天; 特异性: 99.90 %; 检测样品需要双孔检测; 试剂类型: 即取即用型; XChekplus 软件辅助分析数据。
3	伪狂犬 gI 抗体检测试剂盒	6*96	7 盒	1、 S/N 低于 0.6 的, 判定为阳性, (野毒感染) 2、 S/N 在 0.6-0.7 之间的, 判定为可疑 3、 S/N 高于 0.7 的, 判定为阴性 4、 必须有农业部注册证书 5、 投标单位须有生产厂家授权 6、 检测样品类型: 血清、血浆; 敏感性: 血清转阳时间: 感染后 7-8 天; 特异性: 99.9%; 试剂类型: 即取即用型; XChekplus 软件辅助分析数据。