

猪瘟、猪伪狂犬病、猪蓝耳病等进口试剂盒参数

序号	货物名称	规格	数量	规格、技术参数、要求
1	猪瘟抗体竞争 ELISA 试剂盒	96*5	5 盒	1.竞争 ELISA 方法。2.包被：E2 蛋白。3.样品 1：1 稀释。4.室温 60min-30min-15min。5.滤光片：450nm 6.实验有效性判定：阳性对照%PC>70%，阴性对照 OD 值>0.5 7.判定标准：PC%值 $\geq$ 40%判为阳性；PC%值<40%判为阴性； 8.贮藏与有效期：试剂盒 2~8℃保存，有效期不少于 18 个月。配备中文使用说明书
2	猪蓝耳病抗体 ELISA 试剂盒	96*5	5 盒	▲包被抗原：蓝耳病膜蛋白。 ★获得农业部进口兽药注册证书。 ▲可检测血清样本。血清稀释：1:200 ▲阳性对照血清：黄色，2.2mL；阴性对照血清：蓝色，2.2mL；包被 PRRS 抗原的 96 孔板：5 板； 样品稀释液：绿色，100mL；酶标复合物（标记 HRPO 的单克隆抗猪 IgG 抗体）：红色，30mL；底物：30mL；终止液：30mL；封板膜：5 片；质检报告：1 份；说明书：1 份。 ▲孵育温度和时间：36~38℃60 分钟-36~38℃60 分钟-20~25℃10 分钟 波长：450nm ▲成立条件：阳性对照平均 OD ₄₅₀ > 0.6，而且阳性对照平均值/阴性对照平均值>6.0 ▲检测结果用 IRPC 表示，>20 为阳性；≤20 为阴性。 贮藏与有效期：试剂盒 2~8℃保存，有效期不少于 12 个月。 ◆ 配备中文使用说明书。
3	伪狂犬抗体 ELISA 试剂盒	96*5	5 盒	1.阻断 ELISA 方法。2.包被：ADV 抗原。3.样品 1：1 稀释。4.室温 60min-20min-15min。5.滤光片：450nm 6.实验有效性判定：阳性对照 OD 值≤0.25，阴性对照 OD 值≥0.7 7.判定标准：S/N≤0.60 判为阳性；S/N>0.60 判为阴性； 8.贮藏与有效期：试剂盒 2~8℃保存，有效期不少于 18 个月。配备中文使用说明书