

五、主要标的信息（备用）

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	64 排 128 层 CT	主机、球管、探测器、配套原厂工作站等。	详见招标文件第二章项目需求	自合同生效之日起三年。	合格，原厂标准
2	3.0核磁	水冷机、精密空调、液氮(安全水平)、冷头、线圈、配套原厂工作站及磁体维修。	详见招标文件第二章项目需求	自合同生效之日起三年。	合格，原厂标准

说明：

1、按照《财政部办公厅关于印发〈政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）〉》（财办库〔2020〕50号）要求，中标公告须包含主要标的信息。如投标人未提供该表造成中标后无法发布中标公告的，投标人承担相关责任。

2、此表不涉及评标委员会评审内容。

投标人（并加盖公章）：西门子医疗系统有限公司