内镜用超声探头技术参数

- 1、 显示模式：B 模式；
- 2、 扫描方法：机械环形扫描；
- 3、 扫描方向：垂直于插入方向；
- 4、 超声频率： 20MHz；
- 5、 有效长度： $\geq 2000\text{mm}$ ；
- 6、 全长： $\geq 2150\text{mm}$ ；
- 7、 插入部外径： $\leq 2.5\text{mm}$ ；
- 8、 接触方式：直接接触法；