

二、开标一览表

项目编号：Y2025HZ064

项目名称：鄢陵县中医院(鄢陵县中医院互联网医院)64排CT球管项目 单位：元（人民币）

序号	项目名称	投标报价（元）	交付时间	备注
1	鄢陵县中医院(鄢陵县中医院互联网医院)64排CT球管项目	大写：壹佰肆拾伍万元整 小写：1450000.00元	自合同生效之日起10日历天	/

投标人名称：河南金双鹿医工科技有限公司（全称）（公章）：

联系人：张浩

联系电话：18824606603

日期：2025年11月6日

注：1、交付时间指完成该项目的最终时间（日历天）。

2. 如招标公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号：Y2025HZ064

项目名称：鄢陵县中医院(鄢陵县中医院互联网医院)64排CT球管项目

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	生产厂家
1	64排CT球管	GE D3884T	1. 阳极热容量：5.0MJ。 2. 管套热容7.7MJ。 3. 焦点数量：2个。 4. 焦点尺寸（IEC 336/2005）：小焦点0.9mm*0.7mm；大焦点1.2mm*1.1mm。 5. 焦点功率72kW。 6. 120KV时最大毫安输出600mA,可持续5秒以上。 7. 管套出线窗口FOV(Field of View)尺寸：40mm。 8. 支持0.35秒每圈的高速旋转。 9. 球管拥有ASiR芯片，并提供接口，以支持小宝石CT的ASiR技术。 10. 靶盘直径200mm。 11. X射线管组件的等效总过滤： 4.9mmAL。 12. 球管最大额定电压140KV。 13. 阳极靶面角度：7度。 （2）功能拓展	支	1	1450000 .00元	1450000 .00元	航卫通用 电气医疗 系统有限 公司

		<p>硬件部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HP Z8G5高性能图像服务器。 2. 高速数据硬盘1TB。 3. 原始图像储存硬盘3TB。 4. 医用显示器1280*1024。 <p>软件部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ASiR-V多模态低剂量迭代重建技术。 2. 原始数据域去金属伪影。 3. 超高清精细组织成像算法。 4. 毫安扫描监测。 5. 具备脑卒中分析技术，一站式整合平扫，CTA, CTP图像分析，快速评估侧支循环。 6. 快速校准时质控提示框。 7. 工具箱优化。 8. 配备计算机、高清显示器，具备数据分析、AI预警功能。 					
...							
合计	大写：壹佰肆拾伍万元整 小写：1450000.00元						

供应商名称（并加盖公章）：河南金双鹿医工科技有限公司