

单一来源采购论证拟邀请专家名单

项目名称：伊川县人民医院购置更换采购飞利浦 16 排 CT 球管项目

2024 年 01 月 11 日

单位名称	姓名	性别	职务/职称	学历	专业	联系电话
河南科技大学	陈小明	男	副主任医师	本科	医学	13837937826
洛阳市第一人民医院	李利国	男	主任医师	本科	医学	15236193358
洛阳中心医院	吕军	男	工程师	本科	医学	13703496977

注：参与单一来源论证的专家应为已进入洛阳市政府采购专家库的专家。

伊川县人民医院购置更换采购飞利浦 16 排 CT 球管项目

论证报告

一、基本情况：

(一)项目名称:伊川县人民医院购置更换采购飞利浦 16 排 CT 球管项目

(二)采购人:伊川县人民医院

(三)采购代理机构:河南众成工程管理有限公司

(五)预算金额:42 万元

二、论证时间:2024 年 01 月 11 日

三、论证专家名单：

四、原因阐述：

伊川县人民医院现用飞利浦 16 排 CT，该型号球管极限曝光为 25 万秒，目前现用球管已累计曝光 39.5 万秒，超极限使用，由于球管属于易耗品，因此出现球管老化、无法曝光现象，已无法满足日常工作需要，严重影响群众正常就医。为尽快完成维修，现特申请紧急采购飞利浦 16 排 CT 专用球管。

海南沃华医疗器械有限公司是飞利浦（中国）投资有限公司在中国区销售飞利浦 CT 球管的唯一总经销商，而北京天勤安捷技术发展有限公司是该公司经授权的针对本项目的唯一代理商。

综上所述，由于北京天勤安捷技术发展有限公司为本项目的唯一代理商，因此本次采购建议采用单一来源方式。

五、论证结果:详见各专家意见表。

六、论证报告签字：

专家组签字：



2024 年 01 月 11 日